



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6^{ης} Υ.Π.Ε.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ.
ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Γενικό Νοσοκομείο - Κ.Υ. Φιλιατών
Ημερομηνία: 04/06/2026
Αρ. Πρωτ.: 8827

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Τμήμα : Διοικητικό Οικονομικό
Ταχ. Διευθ. : Π. Μπέμπη 10
Ταχ. Κώδ. : 46300 Φιλιάτες
Πληροφορίες : Ειρήνη Φίλη
Τηλέφωνο : 26643 60215
Fax : 26640 22204
E-mail : filie@GNFiliaton.gr

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 34.030,10 € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ)

ΘΕΜΑ : ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Χ/ΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΣΧΕΤ. : α) Ο Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
β) Ο Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.
γ) Ο Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», (Φ.Ε.Κ. 147/Α/8-08-2016).
δ) Ο Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.», (Φ.Ε.Κ. 36/Α/9-03-2021).
ε) Την με αριθμ. **16^η/07-05-2026** απόφαση του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Φιλιατών.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να καταθέσουν **κλειστή προσφορά** και τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης (Ασφαλιστική Ενημερότητα, Φορολογική Ενημερότητα και Ποινικό Μητρώο), **για την προμήθεια Υγειονομικού Υλικού Χ/ΟΥ για το Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Φιλιατών**, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι τις **16-06-2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00** στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου Φιλιατών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες πρέπει να καλύπτουν τους παρακάτω όρους :

α) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 ότι, δεν υπάρχει εις βάρος του συμμετέχοντα/οικονομικού φορέα τελεσίδικη απόφαση για τους ακόλουθους λόγους:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24^{ης} Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42)
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των Κρατών Μελών της ΕΕ (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L της 31.7.2003, σ. 54) καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα.
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000.
- Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στο άρθρο 1 και 3 της απόφασης πλαίσιο 200/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13^{ης} Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26^{ης} Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008. του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
- παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5^{ης} Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 200/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013.
- για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας.

β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), στην οποία:

- Να δηλώνεται ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
- Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

- Ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος ή αποκλειστεί από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ ή Α.Ε του Δημοσίου τομέα ή αποκλειστεί από διαγωνισμούς για υπηρεσίες ή προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων.

- Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.

- Παιραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντικείμενο της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι η προμήθεια **Υγειονομικού Υλικού Χ/ΟΥ**, ήτοι :

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
1	Αιμοστατική σκόνη 5gr	18	215,00 €	3.870,00 €	503,10 €	4.373,10 €
2	Εργαλείο καθήλωσης πλέγματος μήκους 35,5cmΜΧ με 30 ελικοειδής κλιπς τιτανίου	20	280,00 €	5.600,00 €	1.344,00 €	6.944,00 €
3	Πλέγμα ενδοπεριτοναικό διπλής όψης 15x20	15	840,00 €	12.600,00 €	1.638,00 €	14.238,00 €
4	Ψαλίδι υπερήχων με ΑΙ λαπ 36cm	10	750,00 €	7.500,00 €	975,00 €	8.475,00 €
				29.570,00 €	4.460,10 €	34.030,10 €

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1) Σύστημα Ανοικτής & Λαπαροσκοπικής αιμόστασης αποτελούμενο από :

A). Αιμοστατική σκόνη σε συσκευασίες 3gr-5gr , παρασκευασμένη από απορροφήσιμους αιμοστατικούς πολυσακχαρίτες , με δυνατότητα απορρόφησης υγρών έως 45-50 φορές του βάρους της.

Η σκόνη θα πρέπει να παρασκευάζεται με την τεχνολογία APH (Absorbable Polysaccharide Hemostate) , οποία οδηγεί τα APH μόρια της σκόνης να αναπτύσουν υψηλή απορροφητικότητα με αποτέλεσμα 1 gr σκόνης να απορροφά 60ml υγρού.

Ο τρόπος παρασκευής από 100 % πολλαπλά φυτικά σωματίδια αμυλάσης .Να μην περιέχει ανθρωπινά ή ζωικά παράγωγα και είναι μη πυρετογόνος.

Να είναι πλήρως απορροφίσιμη εντός 48 ωρών από τον ανθρώπινο οργανισμό .

Να λειτουργεί τόσο σαν αιμοστατικό όσο και σαν αντισυμφυτικό (αποτρέποντας την συνένωση / συγκόλληση τμημάτων δύο διπλανών σωματικών οργάνων). Η αντισυμφυτική δράση της σκόνης, να πιστοποιείται εγγράφως.

Να κατατεθούν κλινικές μελέτες

B). Λαπαροσκοπικό εφαρμογέα μήκους 44cm , μια χρήσης , με κλιπ ασφαλείας για αποφυγή διαρροής και ειδικό άκρο με εγκοπή για αποφυγή δημιουργίας θρόμβου.

Η σκόνη και ο εφαρμογέας να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου για πλήρη συμβατότητα.

2) Λαπαροσκοπικό Καθηλωτικό πλέγματος με 30 κλιπ από τιτάνιο σε σχήμα βίδας με μήκος

Στειλεού 35,5cm δυνατότητα καθήλωσης σε ιστό 4mm πάχους και δυνατότητα αφαίρεσης του κλιπ με το καθηλωτικό με Grasper η Dissector, να παρέχεται πιστοποίηση της κατασκευάστριας εταιρείας για ασφαλή χρήση σε MRI

3) Ενδοπεριτοναϊκό Πλέγμα

Ενδοπεριτοναϊκό μη απορροφήσιμο πλέγμα διπλής όψεως. Να διατίθεται σε σχήμα οβάλ η στρόγγυλο. Η μία πλευρά να είναι από μονόκλωνο μακροπορώδες πολυπροπυλένιο και η άλλη από μη απορροφήσιμο διαφανές, ελαφρύ, εξαιρετικά λεπτό φιλμ πολυπροπυλενίου με 0,5cm επικάλυψη. Το νήμα του πλέγματος να έχει διάμετρο 120 μm. Το πλέγμα να έχει βάρος 48g/m². Να είναι πορώδες 91%, με πάχος 0,56mm και μέγεθος πόρων 2,76mm με μέση περιοχή πόρων 1,5mm². Το φιλμ να έχει βάρος 45g/m² και πάχος 0,05mm. Οι ραφές του νήματος να έχουν διάμετρο 120 μm και με πάχος 0,61mm. Ελεύθερο από φθαλικές ενώσεις και LATEX. Μη πυρογενές. (Με διάρκεια αποστείρωσης > 5ετών).

Να διατίθεται στις διαστάσεις :

- 9 X 13cm (οβαλ) Βάρος 0,78g
 - 10 X 15cm (οβαλ) Βάρος 1,00g
 - 15 X 20cm (οβαλ) Βάρος 2,06g
 - 15 X 25cm (οβαλ) Βάρος 2,59g
 - 18 X 24cm (οβαλ) Βάρος 3,00g
 - 20 X 30cm (οβαλ) Βάρος 4,20g
 - 26 X 34cm (οβαλ) Βάρος 6,23g
-
- Διάμετρος 6cm (στρόγγυλο) Βάρος 0,22g
 - Διάμετρος 9cm (στρόγγυλο) Βάρος 0,53g
 - Διάμετρος 12cm (στρόγγυλο) Βάρος 0,96g
-
- Διάμετρος 15cm (στρόγγυλο) Βάρος 1,53g
 - Διάμετρος 20cm (στρόγγυλο) Βάρος 2,77g

4) ΨΑΛΙΔΙ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ

Εργαλείο υπερήχων για αιμόσταση – διατομή αγγείων έως 7mm , για χρήση σε Λαπαροσκοπικές χειρουργικές επεμβάσεις, με τεχνολογία αλγορίθμου προσαρμοζόμενης ενέργειας στον ιστό.

Μήκος στειλειού 24 – 36 - cm, διαμέτρου 5,5 mm, με δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών, με την χρήση ειδικής περιστρεφόμενης ροδέλας χωρίς την ανάγκη χρήσης προσαρμογέα (να είναι ενσωματωμένος).

Να μην απαιτείται εγκατάσταση / ενεργοποίηση του ψαλιδιού κατά την σύνδεση με την γεννήτρια , αλλά να είναι τεχνολογίας PLUG N PLAY (Τοποθέτησης & Άμεσης Λειτουργίας).

Να μην απαιτείται χρήση δυναμόκλειδου για την ενεργοποίηση του ψαλιδιού.

Να διαθέτει έξυπνο Αλγόριθμο RTTE II για τον υπολογισμό παραμέτρων όπως :

- Πάχος του Ιστού
- Περιεκτικότητα Ιστού σε Αίμα
- Περιεκτικότητα Ιστού σε Νερό

Να αναλύει τα αποτελέσματα και να προσαρμόζει ιδανικά την εφαρμοζόμενη στον ιστό ενέργεια.

Να φέρει Λεπτή καμπυλωτή λεπίδα μήκους 16mm για ακριβή διαχωρισμό ιστών ακόμη και σε περιορισμένους χώρους.

Το εργαλείο να προσαρμόζεται σε φορητή γεννήτρια , μεγέθους Smart Phone (Για μέγιστη οικονομία χώρου στην χειρουργική αίθουσα & εύκολη μεταφορά) .

Η γεννήτρια να ενσωματώνει έξυπνο Αλγόριθμο RTTE II για έξυπνη αυτόματη ρύθμιση της ενέργειας και τεχνολογία PLUG N PLAY για πλήρη συνεργασία με το ψαλίδι

Χρεώνεται στον **ΑΛΕ 32302030000001**

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ILIANA KAINTASI

Διοικήτρια

04.06.2026 11:11

