



Γενικό Νοσοκομείο - Κ.Υ. Φιλιάτων
Ημερομηνία: 15/09/2026
Αρ. Πρωτ.: 14763



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6^{ης} Υ.ΠΕ.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ.
ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Τμήμα : Διοικητικό Οικονομικό
Ταχ. Διευθ. : Π. Μπέμπη 10
Ταχ. Κώδ. : 46300 Φιλιάτες
Πληροφορίες : Ειρήνη Φίλη
Τηλέφωνο : 26643 60215
Fax : 26640 22204
E-mail : filie@GNFiliaton.gr

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ : ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΣΧΕΤ. :) Ο Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
β) Ο Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.
γ) Ο Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», (Φ.Ε.Κ. 147/Α/8-08-2016).
δ) Ο Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.», (Φ.Ε.Κ. 36/Α/9-03-2021).
ε) Την με αριθμ. **14727/15-02-2026** απόφαση του Διοικητή Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Φιλιάτων.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι προμηθευτές, να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια των παρακάτω υλικών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής, ανά ζητούμενο είδος.

Α/Α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (*)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΜΕ ΓΛΟΥΚΩΝΙΚΗ ΧΡΩΡΕΞΙΔΙΝΗ Αποστειρωμένο διαφανές αντιμικροβιακό αυτοκόλλητο επίθεμα εμποτισμένο με γέλη γλουκονικής χλωρεξιδίνης CHG 2%. Να χρησιμοποιείται για τη συγκράτηση IV καθετήρων Να διαθέτει εμποτισμένο ταμπόν με 2% γέλη γλουκονικής χλωρεξιδίνης, που βοηθάει στην μείωση του ρυθμού αποικισμού του δέρματος κατά τη χρήση σε ασθενείς με φλεβικούς και αρτηριακούς καθετήρες διατηρώντας την αντιμικροβιακή δράση του καθ' όλη τη διάρκεια της χρήσης του. Να είναι συνδυασμός διαφανούς φιλμ και υφασμάτινης αυτοκόλλητης ταινίας προκειμένου να επιτρέπει τον αντιμικροβιακό οπτικό έλεγχο στο σημείο εισόδου του καθετήρα και να βοηθάει στην αναπνοή του δέρματος.	500

	Να είναι αδιάβροχο και αποστειρωμένο για προστασία από εξωτερικούς παράγοντες όπως υγρά , βακτήρια και ιούς. Διαπερατό στην αναπνοή έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η εξάτμιση της υγρασίας από το δέρμα. Να έχει την δυνατότητα να παραμείνει έως και 7 ημέρες. Να φέρει σήμανση CE βάση της κατηγορίας ΙΙΙ των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Διαστάσεις 8,5 x 11,5cm, συσκευασμένο σε αποστειρωμένη συσκευασία	
2	<u>ΒΕΛΟΝΕΣ FISTULA</u> Βελόνα αιμοκάθαρσης, fistula, με Back-Eye, αποστειρωμένη, αρτηριακή-φλεβική, μονή , άριστης ποιότητας. Η βελόνα να είναι ειδικά σχεδιασμένη, ατραυματική, έτσι ώστε να περιορίζει στο ελάχιστο τον τραυματισμό των ιστών του ασθενή, μειώνοντας δραστικά τον πόνο, κατά την φλεβοκέντηση . Κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα ιατρικής χρήσης και είναι επικαλυμμένη (συλικοναρισμένη), με αδρανές υλικό (polydimethylsiloxane) σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία. Το μήκος της βελόνας να είναι 25mm, διαμετρήματος 15G-16G-17G, με πάχος τοιχώματος 97microns, του τύπου «Εξαιρετικά Λεπτά τοιχώματα» (extra thin walled) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διεθνούς προτύπου ISO9626:1991. Η βελόνα να διαθέτει περιστρεφόμενη πεταλούδα που επιτρέπει τον ασφαλή χειρισμό της από το νοσηλευτικό προσωπικό χωρίς να γλιστρά, με διαφορετικό χρώμα για κάθε μέγεθος της βελόνας (color coded). Ο σωλήνας της βελόνας να είναι κατασκευασμένος από βιοσυμβατό PVC (DEHP-Free) και διατίθεται με μήκος 150mm ή 300mm, ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε Μ.Τ.Ν. και φέρει σφιγκτήρα για την δυναμική διακοπή της ροής του αίματος κατά την φλεβοκέντηση. Το άκρο σύνδεσης του σωλήνα φέρει αεροστεγές Luer lock για ασφαλή σύνδεση και καπάκι για την διατήρηση της στειρότητας πριν την τελική εφαρμογή. Οι βελόνες κατασκευάζονται από άριστης ποιότητας υλικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διεθνούς προτύπου ISO9626:1991.	
2.1	ΒΕΛΟΝΕΣ FISTULA 15 G 150 MM	2400
2.2	ΒΕΛΟΝΕΣ FISTULA 16 G 150 MM	100
2.3	ΒΕΛΟΝΕΣ FISTULA 17 G 150 MM	50
5	ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ HDF ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ DIANOVA X2	700
6	ΚΙΤΡΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 50%	180
7	<u>ΣΕΤ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ</u> <u>ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ</u> <u>ΣΕΤ αιμοκάθαρσης για χρήση με καθετήρα :</u> <u>ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ :</u> Αποστειρωμένο χειρουργικό πεδίο με οπή, απορροφητικό και αδιάβροχο 40x50cm 1 ζευγάρι αποστειρωμένα γάντια νιτριλίου μεσαίου μεγέθους (δυνατότητα επιλογής μεγέθους) 5 επιθέματα γάζας 7,5x7,5 εκ . 4ply 4 υποαλλεργικά αυτοκόλλητα για την σταθεροποίηση των γραμμών αιμοκάθαρσης 2x 14 εκ. 4 αντισηπτικά και αντιμικροβιακά επιθέματα εμποτισμένα με χλωρεξιδίνη 1 υποαλλεργικό αυτοκόλλητο επίθεμα 9x15 εκ για την στήριξη του καθετήρα <u>ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΛΗΞΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ :</u> 1 ζευγάρι αποστειρωμένα γάντια νιτριλίου μεσαίου μεγέθους (δυνατότητα επιλογής μεγέθους) 5 επιθέματα γάζας 7,5x7,5 εκ . 4ply 4 αντισηπτικά και αντιμικροβιακά επιθέματα εμποτισμένα με χλωρεξιδίνη 2 καπάκια ασφαλείας για τους καθετήρες 1 ειδική αυτοκόλλητη θήκη για την φύλαξη των καθετήρων (επιφάνεια θήκης 18,5x6,5 εκ και αυτοκόλλητη επιφάνεια : 8x10 εκ)	1500

8	ΣΕΤ ΦΛΕΦΟΚΕΝΤΗΣΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΕ ΠΙΕΣΤΡΑ <u>ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ</u> <u>ΣΕΤ ΑΜΚ (έναρξης-λήξης φίστουλας):</u> <u>ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ :</u> Ένα ζεύγος χειρουργικών γαντιών Τέσσερα strips για τη στήριξη των γραμμών Δύο strips με εγκοπή για τη στήριξη των βελονών Χειρουργικό πεδίο Δύο τολύπια γάζας Δύο γάζες 7,5cmx7,5cm <u>ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΛΗΞΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ :</u> Ένα ζεύγος χειρουργικών γαντιών Δύο ειδικούς πλαστικούς σφιγκτήρες βραχίονα ολικού μήκους 45cm έκαστος Πέντε τολύπια γάζας Δύο αυτοκόλλητους επιδέσμους τύπου Sureseal με γάζα που διογκώνεται κατά τον διαποτισμό Δύο γάζες 7,5cmx7,5cm Τέσσερα strips για την στήριξη των τολυπίων	1300
9	ΦΥΣΙΓΓΕΣ BICART ΓΙΑ CAMBRO ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	3000
10	CITROCTERIL 5 LT Διάλυμα με βάση το κιτρικό οξύ θερμοχημική απολύμανση και αφαλάτωση των μηχανήματων Τεχνητού Νεφρού FRESENIUS σειρά 5008 και 4008 , έχει περιεκτικότητα σε κιτρικό οξύ 20% και περιέχει επίσης μηλικό και γαλακτικό οξύ. Το προϊόν αυτό είναι κατάλληλο για τα μηχανήματα που διαθέτουν πρόγραμμα θερμικής απολύμανσης. Να φέρεται σε μπιτόνια των 5 λίτρων.	18

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι τις 21-09-2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στο e-mail filie@gnfiliaton.gr.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ILIANA KAINTASI
 Διοικήτρια
 15.09.2026 11:05