



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6^{ης} Υ.ΠΕ.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ.
ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Τμήμα : Διοικητικό Οικονομικό
Ταχ. Διευθ. : Π. Μπέμπη 10
Ταχ. Κώδ. : 46300 Φιλιάτες
Πληροφορίες : Ειρήνη Φίλη
Τηλέφωνο : 26643 60215
Fax : 26640 22204
E-mail : filie@GNFiliaton.gr

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 37.076,00€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ)

ΘΕΜΑ : ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Χ/ΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΣΧΕΤ. : α) Ο Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
β) Ο Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.
γ) Ο Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», (Φ.Ε.Κ. 147/Α/8-08-2016).
δ) Ο Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.», (Φ.Ε.Κ. 36/Α/9-03-2021).
ε) Την με αριθμ. **15096/21-09-2026** απόφαση του Διοικητή Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Φιλιατών.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να καταθέσουν **κλειστή προσφορά** και τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης (Ασφαλιστική Ενημερότητα, Φορολογική Ενημερότητα και Ποινικό Μητρώο), **για την προμήθεια Υγειονομικού Υλικού Χ/ΟΥ για το Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Φιλιατών**, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι τις **06-10-2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου Φιλιατών.**

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες πρέπει να καλύπτουν τους παρακάτω όρους :

α) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 ότι, δεν υπάρχει εις βάρος του συμμετέχοντα/οικονομικού φορέα τελεσίδικη απόφαση για τους ακόλουθους λόγους:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24^{ης} Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42)
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των Κρατών Μελών της ΕΕ (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L της 31.7.2003, σ. 54) καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα.
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000.
- Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στο άρθρο 1 και 3 της απόφασης πλαίσιο 200/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13^{ης} Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26^{ης} Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008. του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
- παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5^{ης} Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 200/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013.
- για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας.

β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), στην οποία:

- Να δηλώνεται ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
- Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

- Ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος ή αποκλείεται από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ ή Α.Ε του Δημοσίου τομέα ή αποκλείεται από διαγωνισμούς για υπηρεσίες ή προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων.
- Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
- Παρατείνεται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντικείμενο της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι η προμήθεια **Υγειονομικού Υλικού Χ/ΟΥ**, ήτοι :

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΜΗΜΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΤ. ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
1	ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΤΡΟΚΑΡ	Χ/Ο	20	42,00	840,00	24%	201,60	1.041,60
2	ΤΡΟΚΑΡ ΚΟΙΛΙΑΣ 5 MM	Χ/Ο	30	32,00	960,00	24%	230,40	1.190,40
3	ΤΡΟΚΑΡ ΚΟΙΛΙΑΣ 10 MM	Χ/Ο	30	42,00	1.260,00	24%	302,40	1.562,40
4	ΤΡΟΚΑΡ ΚΟΙΛΙΑΣ 12 MM	Χ/Ο	20	52,00	1.040,00	24%	249,60	1.289,60
5	ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΑΝΤΙΣΥΜΦΥΤΙΚΟ GEL 20 ML	Χ/Ο	5	270,00	1.350,00	13%	175,50	1.525,50
6	ΨΑΛΙΔΙ ΥΠΕΡΥΧΩΝ (LAP) LOTUS	Χ/Ο	8	510,00	4.080,00	24%	979,20	5.059,20
7	ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΗΣ	Χ/Ο	90	198,00	17.820,00	24%	4.276,80	22.096,80
8	Βούρτσες καθαρισμού ενδοσκοπίων	Χ/Ο	20	10,00	200,00	24%	48,00	248,00
9	Διπλά κλιπ τιτανίου μεγέθους extra large με κούμπωμα ασφαλείας	Χ/Ο	6	33,00	198,00	24%	47,52	245,52
10	Ράμματα συνθετικά μονόκλωνα υπέρβραδείας απορρόφησης από πολυ-τετρα υδροξυβουτυρικό USP 1 με στρογγυλή βελόνα ½ του κύκλου στρογγυλή 48 χιλ. και μήκος 150 εκατοστά Isoor με ελαστικότητα τουλάχιστον 20%	Χ/Ο	5	21,50	107,50	13%	13,98	121,48
11	Ράμματα συνθετικά μονόκλωνα υπέρβραδείας απορρόφησης από πολυ-τετρα υδροξυβουτυρικό USP 1 με βελόνα J hook 30 χιλ. και μήκος 70 εκατοστά με ελαστικότητα τουλάχιστον 20%	Χ/Ο	5	24,00	120,00	13%	15,60	135,60
					27.975,50		6.540,60	34.516,10

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A/A 01.

Λαπαροσκοπικό τροκάρ ανοικτής χειρουργικής τύπου Hasson 12X100χιλ. με ατραυματικό τυφλό άκρο και λεία κάνουλα, να διαθέτει σύστημα συγκράτησης με μπαλόνι στα 15χιλ. από το έσω άκρο της κάνουλας πληρούμενο με 10ml ορό ή 15ml αέρα. Η κάνουλα να διαθέτει ρυθμιζόμενο και κλειδούμενο κωνικό σύστημα

σταθεροποίησης με ενσωματωμένες θέσεις σταθεροποίησης ραμμάτων, μετατροπέα για πρόσβαση εργαλείων μικρότερης διαμέτρου καθώς και βαλβίδα ασφαλείας CO₂ 2 δρόμων. Να παρέχεται δυνατότητα αφαίρεσης του άνω άκρου με ένα χέρι (Μηχανισμός απελευθέρωσης με κουμπί) για εύκολη εξαγωγή του παρασκευάσματος

A/A 02.

Τροκάρ κοιλίας, με πλαστικά πτερύγια (διήνησης) διαμέτρου 5mm, με βαλβίδα CO₂, μήκους 10cm, με διαφανή λεία κάνουλα και στειλεό, μιας χρήσης αποστειρωμένο. Διαθέτει σύστημα συγκράτησης με μπαλόνι στα 15χιλ. από το έσω άκρο της κάνουλας πληρούμενο με 3ml ορό ή 4,5ml αέρα. Η κάνουλα διαθέτει ρυθμιζόμενο ελαστικό σύστημα σταθεροποίησης. Έχει μηχανισμό κλειδώματος του στειλεού στην κάνουλα και απασφάλιση με κουμπί. Παρέχεται δυνατότητα αφαίρεσης του άνω άκρου με ένα χέρι (Μηχανισμός απελευθέρωσης με κουμπί) για εύκολη εξαγωγή του παρασκευάσματος.

A/A 03.

Τροκάρ κοιλίας, με πλαστικά πτερύγια (διήνησης) διαμέτρου 10mm, με βαλβίδα CO₂, μήκους 10cm, με διαφανή λεία κάνουλα και στειλεό, μιας χρήσης αποστειρωμένο. Διαθέτει σύστημα συγκράτησης με μπαλόνι στα 15χιλ. από το έσω άκρο της κάνουλας πληρούμενο με 8ml ορό ή 12ml αέρα. Η κάνουλα διαθέτει ρυθμιζόμενο ελαστικό σύστημα σταθεροποίησης. Έχει μηχανισμό κλειδώματος του στειλεού στην κάνουλα και απασφάλιση με κουμπί. Παρέχεται δυνατότητα αφαίρεσης του ενσωματωμένου μετατροπέα με ένα χέρι (Μηχανισμός απελευθέρωσης με κουμπί) για εύκολη εξαγωγή του παρασκευάσματος.

A/A 04.

Τροκάρ κοιλίας, με πλαστικά πτερύγια (διήνησης) διαμέτρου 12mm, με βαλβίδα CO₂, μήκους 10cm, με διαφανή λεία κάνουλα και στειλεό, μιας χρήσης αποστειρωμένο. Διαθέτει σύστημα συγκράτησης με μπαλόνι στα 15χιλ. από το έσω άκρο της κάνουλας πληρούμενο με 8ml ορό ή 12ml αέρα. Η κάνουλα διαθέτει ρυθμιζόμενο ελαστικό σύστημα σταθεροποίησης. Έχει μηχανισμό κλειδώματος του στειλεού στην κάνουλα και απασφάλιση με κουμπί. Παρέχεται δυνατότητα αφαίρεσης του ενσωματωμένου μετατροπέα με ένα χέρι (Μηχανισμός απελευθέρωσης με κουμπί) για εύκολη εξαγωγή του παρασκευάσματος

A/A 05.

Αντισυμφυτικό gel για την πρόληψη των ενδοκοιλιακών, ενδοπυελικών και γυναικολογικών συμφύσεων αποτελούμενο από αποστειρωμένο διαφανές, υψηλού ιξώδους ιατρικό Υαλουρονικό Νάτριο γραμμικού μακρομοριακού βλεννοπολυσακχαρίτη, που ν' αποτελείται από επαναλαμβανόμενο δισακχαρίτη σε σύριγγες των 20ml.

A/A 06.

Αιμοστατικό ψαλίδι υπερήχων μήκους 37 cm με διάμετρο 5 mm, συχνότητας 35 kHz, περιστρεφόμενο κατά 280° , με λεπίδα που να πάλλεται περιστροφικά κάθετα στον διαμήκη άξονα(λειτουργία torsional), για λαπαροσκοπικές επεμβάσεις.

A/A 07.

Ρυθμιζόμενη παροχέτευση τραύματος πλήρης 10FR, 15FR, 19FR και Flatt 11mm. τεσσάρων θέσεων (ενσωματωμένων) 0kPa, 37mmHg, 75mmHg, 113mmHg.

- Να διαθέτει ενσωματωμένο ρυθμιστή της έντασης της αρνητικής πίεσης σε τέσσερις βαθμίδες 0kpa, 37mmhg, 75mmhg και 113mmhg.
- Να διαθέτει καθετήρα σιλικόνης τύπου Blake με ειδικούς αύλακες στο μέρος που παραμένει εσωτερικά του ασθενούς σε μεγέθη 10fr, 15fr και 19fr και καθετήρα flatt τύπου κεραμιδάκι πλάτους 11mm.
- Να διαθέτει ειδική βαλβίδα αντεπιστροφής που επιτρέπει την εκ νέου δημιουργία κενού στο εσωτερικό της φιάλης με ασφάλεια, χωρίς το άνοιγμα αυτής και διατηρώντας το σύστημα κλειστό.
- Να διαθέτει σκληρό περίβλημα 450 - 500ml.
- Να διαθέτει βελόνα με ειδική κλίση και όχι ευθεία για πιο εργονομική χρήση και τριγωνικό άκρο για την ελαχιστοποίηση τραύματος κατά την εισχώρηση της στον ασθενή

A/A 08.

Βούρτσες καθαρισμού ενδοσκοπίων ,για τον καθαρισμό των καναλιών των ενδοσκοπίων. Μιας Χρήσης, με διάμετρο 2,5 – 12 mm και απαραίτητο μήκος 40 – 61 cm

A/A 09.

Διπλά κλιπ τιτανίου μεγέθους extra large με κούμπωμα ασφαλείας

Να είναι ειδικά σχεδιασμένα για χειρουργικές επεμβάσεις σκωληκοειδούς απόφυσης.

Να καθηλώνουν τον ιστό με κατεύθυνση από την κορυφή των άκρων και προς το εγγύτερο σημείο των κλιπ (Cevron shape), ώστε να αγκαλιάζουν και να καθηλώνουν τον ιστό χωρίς να τον στραγγαλίζουν.

Να έχουν εσωτερικό προφίλ με σχήμα διαμαντιού (diamond shape profile) ώστε να συγκρατούν και να σταθεροποιούν τον ιστό άμεσα κατά την εφαρμογή.

Να έχουν διαστάσεις 16,2mm x 11,5mm σε κασετίνα των 4 κλιπ.

Να διαθέτουν σύστημα προεξέχοντων πτερυγίων για εύκολη αναγνώριση των κενών θυρίδων στην κασετίνα.

Να παρέχει τη δυνατότητα σταθεροποίησης με αυτοκόλλητη ταινία στο χειρουργικό πεδίο.

Να είναι συμβατά με κλιπαδόρους οι οποίοι φέρουν χρωματική ένδειξη μαύρου στον δακτύλιο, με ως οποίος παρέχεται ως συνοδός εξοπλισμός.

A/A 10.

Ράμματα συνθετικά μονόκλωνα υπέρβραδείας απορρόφησης από πολυ-τετρα υδροξυβουτυρικό USP 1 με στρογγυλή βελόνα ½ του κύκλου στρογγυλή 48 χιλ. και μήκος 150 εκατοστά loop με ελαστικότητα τουλάχιστον 20%

Να παρέχουν στήριξη ιστών για τουλάχιστον 90 ημέρες μετά την εμφύτευση διατηρώντας 50% της αντοχής στην τάση

Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό μετά απο ένα χρόνο.

Οι βελόνες να είναι ανοξείδωτου χάλυβα σειράς 300 σε συμμόρφωση με ASTM f899-12b για τη σφυρηλάτηση του ανοξείδωτου χάλυβα των ιατρικών οργάνων, ώστε βελτιστοποιημένα να αντιστέκονται στην κάμψη-στρεβλωση και να εξασφαλίζουν την ελάχιστη δυνατή αντίσταση διείσδυσης.

A/A 11.

Ράμματα συνθετικά μονόκλωνα υπέρβραδείας απορρόφησης από πολυ-τετρα υδροξυβουτυρικό USP 1 με βελόνα J hook 30 χιλ. και μήκος 70 εκατοστά με ελαστικότητα τουλάχιστον 20%

Να παρέχουν στήριξη ιστών για τουλάχιστον 90 ημέρες μετά την εμφύτευση διατηρώντας 50% της αντοχής στην τάση

Να απορροφούνται πλήρως από τον οργανισμό μετά από ένα χρόνο.

Οι βελόνες να είναι ανοξείδωτου χάλυβα σειράς 300 σε συμμόρφωση με ASTM f899-12b για τη σφυρηλάτηση του ανοξείδωτου χάλυβα των ιατρικών οργάνων, ώστε βελτιστοποιημένα να αντιστέκονται στην κάμψη-στρέβλωση και να εξασφαλίζουν την ελάχιστη δυνατή αντίσταση διείσδυσης.

Χρεώνεται στον **ΑΛΕ 32302030000001**

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ILIANA KAINTASI
Διοικήτρια
24.09.2026 11:06

