



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6^{ης} Υ.ΠΕ.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ.
ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Τμήμα : Διοικητικό Οικονομικό
Ταχ. Διευθ. : Π. Μπέμπη 10
Ταχ. Κώδ. : 46300 Φιλιάτες
Πληροφορίες : Ειρήνη Φίλη
Τηλέφωνο : 26643 60215
E-mail : filie@gnfiliaton.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ : ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΣΧΕΤ. : α) Ο Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
β) Ο Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.
γ) Ο Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», (Φ.Ε.Κ. 147/Α/8-08-2016).
δ) Ο Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.», (Φ.Ε.Κ. 36/Α/9-03-2021).
ε) Η με αριθμ. **15634/30-09-2026** απόφαση της Διοικήτριας του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Φιλιατών, έγκρισης διενέργειας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι προμηθευτές, να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια των παρακάτω υλικών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής, ανά ζητούμενο είδος.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αντικείμενο της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι η προμήθεια **Υγειονομικού Υλικού**, ήτοι :

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΛΥΣΗΣ ΑΡΘΡ/ΣΗΣ ,ΚΩΔ.4170223(ΓΙΑ ΑΡΘΡ/ΚΟ ΠΥΡΓΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ)	10
2	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΣΙΑΙΚΟΝΗΣ Νο 36	30
3	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΣΙΑΙΚΟΝΗΣ Νο 30	30
4	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΣΙΑΙΚΟΝΗΣ Νο 24	20

5	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ PENROSE 1/4	100
6	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ PENROSE 1/2	100
7	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ PENROSE 3/4	100
8	ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΓΥΝ/ΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ,32*120,ΠΕΡΙΠΟΥ	500
9	ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ,10*50	300
10	ΤΕΜΝΟΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΟΘΩΝΙΑ.ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ 250*300(ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ)	60
11	ΤΟΛΥΠΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΡΥΔΙΟΥ	500
12	ΤΟΛΥΠΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΦΟΥΝΤΟΘΚΙΟΥ	500
13	ΣΕΤ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΑΥΛΟΥ	15
14	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 200*400 ΤΥΝΕΚ	750
15	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 320*560ΤΥΝΕΚ	1000
16	ΤΡΟΚΑΡ (ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ)ΘΩΡΑΚΟΣ Νο28	30
17	ΤΡΟΚΑΡ (ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ)ΘΩΡΑΚΟΣ Νο24	30
18	ΤΡΟΚΑΡ (ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ)ΘΩΡΑΚΟΣ Νο20	30
19	ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΑ 3-4 ΘΑΛΑΜΩΝ (BILLOW)	30
20	ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ Μ.Χ.	300
21	ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ & ΜΠΟΥΤΟΝ	300
22	ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΛΥΣΗΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ	50
23	STERI-STRIP ΜΕΣΑΙΑ	300
24	ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΝΟ 3,4,5	30
25	ΚΑΣΕΤΑ ΜΕ ΚΛΙΠ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ,ΓΙΑ ΚΛΙΠΑΔΟΡΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	15
26	ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ I-GEL Νο3,4,5	25
27	ΜΑΣΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 3,4,5	12
28	ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΦΟΡΜΟΛΗ 110ML	20
29	ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΦΟΡΜΟΛΗ 20ML	120
30	ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΦΟΡΜΟΛΗ 60ML	60
31	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ 90*260	5000
32	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ 200*350	5000
33	ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ	200
34	ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΛΥΣΗ-ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ	50
35	ΕΝΔΟΣΚΟΠ. ΣΑΚΟΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ	50
36	ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΕΙΣ ΟΡΘΟΠ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ	10
37	ΡΥΓΧΗ ΥΑΝΚΑΥΕΡ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 2μ	400
38	ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ-ΝΕΥΡΩΝ(ΑΓΓΕΙΑΚΟΙ ΒΡΟΧΟΙ)	80
39	ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ(ΨΑΡΑΚΙ) ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ	100
40	ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΜΕΡΑΣ	150
41	ΒΟΥΡΤΣΕς ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (ΑΥΛΟΥ)	20
42	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ 25G,ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ	25
43	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ 25G	50
44	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ 22G	200
45	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 20,24,26FR	45
46	ΜΑΣΚΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ,ΝΟ 4,ΕΝΗΛΙΚΩΝ	20
47	ΜΑΣΚΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ,ΝΟ 3,ΕΝΗΛΙΚΩΝ	20
48	ΣΚΟΝΗ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΓΙΑ ΣΑΚΟΥΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ	100

49	ΣΕΤ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ-ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΑΣ 27G/18G	10
50	ΑΣΚΟΙ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 3LT	50
51	ΤΕΜΝΟΜΕΝΑ Χ/ΚΑ ΟΘΩΝΙΑ(STERI-DRAPE) 35*40	30
52	ΤΕΜΝΟΜΕΝΑ Χ/ΚΑ ΟΘΩΝΙΑ(STERI-DRAPE 35*60	40
53	ΤΕΜΝΟΜΕΝΑ Χ/ΚΑ ΟΘΩΝΙΑ(STERI-DRAPE45*90	40
54	ΛΑΠΑΡ.ΚΛΙΠ ΤΙΤΑΝΙΟΥ,ΤΩΝ 6,ΓΙΑ ΥΠΑΡΧΟΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟ	15
55	ΔΕΡΜΟΓΡΑΦΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ	50
56	ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ XL	150
57	ΚΑΛΤΣΑ ΟΡΘΟΠ. ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 32X120CM,ΑΠΟΣΤ.	150
58	ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ,ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ,50*40*10	2
59	ΛΑΒΗ ΠΛΥΣΗΣ ΟΣΤΩΝ,ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	15
60	ΡΥΓΧΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΟΣΤΩΝ	15
61	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ 250*430 MM	7.000
62	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ 300*470 MM	5.000
63	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ 130*280 MM	5.000

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α 01 ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΛΥΣΗΣ ΑΡΘΡ/ΣΗΣ ΚΩΔ. 4170223

Σωλήνας πλύσης αρθροσκοπήσεων για λειτουργία με την αντλία πλύσης – αναρρόφησης του κατασκευαστικού Οίκου WOLF

Α/Α. 19 ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΑ ΤΡΙΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ

Ενιαία μονάδα θωρακικής αποχέτευσης 3 θαλάμων Αναλυτικά με : Θάλαμο συλλογής υγρών χωρητικότητας τουλάχιστον 2000ml. Θάλαμο που να δείχνει την πνευμονική πίεση του ασθενούς. Θάλαμο νερού για τον έλεγχο της αναρρόφησης. - Το Billaw να μπορεί να λειτουργήσει τόσο με τη βαρύτητα όσο και με την αναρρόφηση. Η συσκευή θα πρέπει να φέρει : - Βαλβίδα εκτόνωσης της πίεσης . - Βαλβίδα ασφαλείας της θετικής πίεσης. - Επιπρόσθετη βαλβίδα ασφαλείας για άμεση εκτόνωση της αρνητικής πίεσης. - Σημείο σύνδεσης με την αναρρόφηση. - Ευανάγνωστες ενδείξεις σε ml σε όλους τους θαλάμους. - Δύο υποδοχές παροχέτευσης (η δεύτερη υποδοχή παροχέτευσης να χρησιμοποιείται κατά απαίτηση των χρηστών και όχι μόνιμα συνδεδεμένο το δεύτερο σωλήνα παροχέτευσης). - Προσυνδεδεμένο σωλήνα σύνδεσης με τον καθετήρα του ασθενούς που να καταλήγει σε ρύγχος (συνδετικό) που να ταιριάζει με όλους τους τύπους και τα νούμερα των θωρακικών καθετήρων. - Η συσκευασία να διαθέτει επιπλέον σωλήνα σύνδεσης με τον καθετήρα του ασθενούς που να καταλήγει σε ρύγχος (συνδετικό) , ώστε να χρησιμοποιείτε κατά περίπτωση αν χρειαστεί για δεύτερη γραμμή παροχέτευσης. Αν ο σωλήνας σύνδεσης είναι «μαλακός» να υπάρχει μηχανισμός (σπирάλ) στο σημείο προ της εισόδου στο δοχείο για να μην κάμπτεται (τσακίζει). - Να διαθέτει τρία διαφορετικά σημεία έγχυσης – λήψης δείγματος , με αυτόματο πωματισμό. - Να έχει σταθερή βάση ή περιστρεφόμενο stand, για να μην πέφτει η συσκευή. - Να έχει άνετη χειρολαβή για την μεταφορά και για ανάρτηση στο κρεβάτι. - Να διαθέτουν βαλβίδα ρύθμισης της υποπίεσης (suction control). - Όλο το σύστημα να είναι latex free. - Οδηγίες χρήσης στα ελληνικά στο κάθε τεμάχιο. - Να είναι αποστειρωμένο. - Να είναι εύκολη και όχι χρονοβόρα η προετοιμασία του και εύκολος ο έλεγχος καλής λειτουργίας του. - Να φαίνονται ευκρινώς η ποσότητα και τα χαρακτηριστικά των παροχτετευμένων υγρών (αίμα).

Α/Α 22 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΛΥΣΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΡΟΗΣ (SUCTION-IRRIGATION SETS)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

1. Χειρολαβή (Handpiece)

- Εργονομία: Σχεδιασμός τύπου "πιστόλι" (Pistol grip) ή "τρομπέτα" (Trumpet valve) για άνετο χειρισμό με το ένα χέρι.
- Έλεγχος Ροής: Διαθέτει δύο διακριτά πλήκτρα με χρωματική κωδικοποίηση (συνήθως Μπλε για την πλύση και Κίτρινο για την αναρρόφηση).
- Βαλβίδες: Υψηλής ευαισθησίας για ακριβή ρύθμιση της ροής και άμεση διακοπή (leak-free) για την αποφυγή απώλειας πνευμοπεριτοναίου.

2. Σωλήνας Αναρρόφησης/Πλύσης (Probe)

- Διαστάσεις: Συνήθης διάμετρος 5mm (συμβατή με standard trocars) και μήκος 33cm ή 45cm για παχύσαρκους ασθενείς.
- Άκρο: Ατραυματικό, συνήθως με πλάγιες οπές (pool tip) για την αποφυγή απόφραξης από ιστούς κατά την αναρρόφηση.
- Υλικό: Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι ή άκαμπτο πολυμερές.

3. Σύστημα Σωληνώσεων (Tubing)

- Διπλή Διαδρομή: Ξεχωριστοί σωλήνες για την πλύση και την αναρρόφηση, που ενώνονται πριν τη χειρολαβή.
- Συνδετικά:
 - Πλευρά Πλύσης: Αιχμηρό ρύγχος (spike) για σύνδεση με ασκούς φυσιολογικού ορού.
 - Πλευρά Αναρρόφησης: Κωνικός σύνδεσμος γενικής χρήσης για σύνδεση με το δοχείο συλλογής του πύργου.
- Υλικό: Διαφανές, εύκαμπτο ιατρικό PVC (Kink-resistant) για εύκολη παρακολούθηση της ροής.

4. Λειτουργία & Ασφάλεια

- Τύπος Ροής: Δυνατότητα σύνδεσης με αντλία (pump) για παροχή υπό πίεση ή λειτουργία μέσω βαρύτητας.
- Αποστείρωση: Αποστειρωμένο προϊόν μιας χρήσης (EO Sterilized).
- Latex-Free: Κατασκευή χωρίς λάτεξ για την αποφυγή αλλεργιών.

Α/Α 24. ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ

Αεραγωγός LMA Unique (αεροθάλαμος σιλικόνης) με τεχνολογία φουσκώματος με πιλοτικό μπαλόνι. Αυτή η λαρυγγική μάσκα προσφέρει τα πλεονεκτήματα μιας επαναχρησιμοποιήσιμης μάσκας (απαλότητα, ευκαμψία), ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τους κινδύνους μόλυνσης της επαναποστείρωσης.

Χαρακτηριστικά:

- Αεροθάλαμος σιλικόνης.
- Σωλήνας PVC.
- Δεν περιέχει λάτεξ από φυσικό καουτσούκ.
- Αποστειρωμένος.
- Μίας χρήσης.

Μέγεθος:

- 1: Νεογνά/βρέφη έως 5 kg - 4 ml.
- 1.5: Βρέφη 5-10 kg - 7 ml.
- 2: Βρέφη/παιδιά 10-20 kg - 10 ml.
- 2.5: Παιδιά 20-30 kg - 14 ml.
- 3: Παιδιά 30-50 kg - 20 ml.
- 4: Ενήλικες 50-70 kg - 30 ml.

- 5: Ενήλικες 70-100 kg - 40 ml.
- 6: Μεγαλόσωμοι ενήλικες πάνω από 100 kg - 50 ml.

Οι προσφερόμενες λαρυγγικές μάσκες αεραγωγού θα πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση σε αναισθησιολογικές και επείγουσες διαδικασίες διαχείρισης αεραγωγού, εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο ασφάλειας, αποτελεσματικότητας και αξιοπιστίας κατά την εφαρμογή τους.

Το σύστημα θα πρέπει να είναι τύπου LMA Unique, με αεροθάλαμο από σιλικόνη, ο οποίος να παρέχει άριστη προσαρμογή στην ανατομία του αεραγωγού και αποτελεσματική στεγανοποίηση, συμβάλλοντας στη διατήρηση ασφαλούς αερισμού του ασθενούς.

Η πλήρωση του αεροθαλάμου θα πρέπει να πραγματοποιείται μέσω τεχνολογίας φουσκώματος με πιλοτικό μπαλόνι (pilot balloon), το οποίο να επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο της πίεσης και της σωστής τοποθέτησης της συσκευής.

Ο σωλήνας της λαρυγγικής μάσκας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από PVC ιατρικής χρήσης, με κατάλληλη ευκαμνία και μηχανική αντοχή, ώστε να διευκολύνει την εισαγωγή και την ασφαλή διαχείριση του αεραγωγού.

Το προϊόν θα πρέπει να είναι χωρίς λάτεξ από φυσικό καουτσούκ (latex free), ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος αλλεργικών αντιδράσεων και να είναι κατάλληλο για ευρύ φάσμα ασθενών.

Οι λαρυγγικές μάσκες θα πρέπει να είναι αποστειρωμένες, μίας χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη ασφάλεια και αποφυγή κινδύνου διασταυρούμενων λοιμώξεων.

Το προϊόν θα πρέπει να διατίθεται σε πλήρη σειρά μεγεθών, κατάλληλη για νεογνά, παιδιά και ενήλικες, ως ακολούθως:

- Μέγεθος 1: Νεογνά/βρέφη έως 5 kg – 4 ml
- Μέγεθος 1.5: Βρέφη 5–10 kg – 7 ml
- Μέγεθος 2: Βρέφη/παιδιά 10–20 kg – 10 ml
- Μέγεθος 2.5: Παιδιά 20–30 kg – 14 ml
- Μέγεθος 3: Παιδιά 30–50 kg – 20 ml
- Μέγεθος 4: Ενήλικες 50–70 kg – 30 ml
- Μέγεθος 5: Ενήλικες 70–100 kg – 40 ml
- Μέγεθος 6: Μεγαλόσωμοι ενήλικες άνω των 100 kg – 50 ml

Οι συσκευές θα πρέπει να είναι σχεδιασμένες ώστε να εξασφαλίζουν εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση, σταθερή εφαρμογή και αποτελεσματικό αερισμό, μειώνοντας τον κίνδυνο διαρροών και επιπλοκών κατά τη χρήση.

Το προϊόν θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/745 (MDR) και να συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης του κατασκευαστή.

Τέλος, θα πρέπει να διαθέτει πλήρη τεκμηρίωση ποιότητας και ασφάλειας, καθώς και οδηγίες χρήσης σε νοσοκομειακό περιβάλλον, κατάλληλες για επαγγελματίες υγείας.

Α/Α 25 ΚΛΙΠ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ

Προδιαγραφές: Κλιπ απολίνωσης πολυοξυμεθυλενίου (M/ML/L/XL). Τα κλιπ απολίνωσης να κουμπώνουν και να ασφαλίζουν στον ιστό, για χρήση σε ανοιχτές και λαπαροσκοπικές επεμβάσεις σε κασέτα των 6 τεμ. Με ειδική αυτοκόλλητη ταινία σταθεροποίησης για το χειρουργικό πεδίο. Τα κλιπ να φέρουν CE, FDA που αποδεικνύει κλινικές μελέτες και να συμμορφώνονται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2007/47/EC η οποία αποτελεί προσθήκη στην οδηγία 93/42 / ΕΟΚ του Συμβουλίου,

που δηλώνει ότι όλες οι εμφυτεύσιμες ιατρικές συσκευές που έρχονται σε επαφή με το κεντρικό κυκλοφορικό σύστημα πρέπει να είναι κατηγορίας III (RISK CLASS III).

A/A 26 ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΜΕ GEL

Υλικά και Κατασκευή

- Υλικό Cuff: Κατασκευασμένη από ιατρικού βαθμού θερμοπλαστικό ελαστομερές (TPE), το οποίο είναι μαλακό, τζελ-ειδές και προσαρμόζεται στην ανατομία με τη θερμοκρασία του σώματος.
- Σύνθεση: Η συσκευή είναι Latex-free και PVC-free, μειώνοντας τον κίνδυνο αλλεργικών αντιδράσεων και ερεθισμών.
- Αποστείρωση: Διατίθεται αποστειρωμένη (συνήθως με ακτινοβολία ή ETO) και προορίζεται για μία χρήση (single use).

Λειτουργικές Προδιαγραφές

- Συνδετικό (Connector): Διαθέτει τυπικό σύνδεσμο 15mm, συμβατό με όλα τα standard συστήματα αναπνοής και ασκούς ανάνηψης.
- Πίεση Στεγανότητας (Leak Pressure): Παρέχει υψηλές πιέσεις στεγανότητας, συνήθως μεταξύ 20–30 cm H₂O, επιτρέποντας αποτελεσματικό αερισμό υπό θετική πίεση.
- Γαστρικός Δίαυλος (Gastric Channel): Επιτρέπει την εισαγωγή ρινογαστρικού καθετήρα (Levin) για την παροχέτευση του στομάχου (εξαιρείται το μέγεθος 1).
- Προστασία: Ενσωματωμένο σκληρό τμήμα (bite block) για την αποφυγή σύγκλεισης του αυλού αν ο ασθενής δαγκώσει τη συσκευή.

Τεχνικός Πίνακας Μεγεθών και Συμβατότητας

Κάθε μέγεθος έχει συγκεκριμένα όρια για τη χρήση παρελκόμενων σωλήνων:

Μέγεθος i-gel	Βάρος Ασθενούς	Μέγιστος Σωλήνας	Γαστρικός	Μέγιστος Σωλήνας	Ενδοτραχειακός
3.0 (Ενήλικες)	30 – 60 kg	12 FG		6.0 mm	
4.0 (Ενήλικες)	50 – 90 kg	12 FG		7.0 mm	
5.0 (Ενήλικες)	> 90 kg	14 FG		8.0 mm	

A/A 28, 29, 30 ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΑ ΔΟΧΕΙΑ ΦΟΡΜΟΛΗΣ

A/ A	ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
A	Η προσφέρουσα εταιρεία να διαθέτει πιστοποίηση για διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων ΔΥ8δ/Γ.Π. Οικ/1348/2004, EN ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016, ISO 14001:2015, ISO 37001:2016
B	Ο κατασκευαστής να διαθέτει ISO 13485:2012 και CE

Γ	Η προσφέρουσα εταιρεία να διαθέτει διαθέσιμα όλα τα μεγέθη δοχείων που ακολουθούν και να πληροί τις προδιαγραφές επί ποινή αποκλεισμού
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
1	Προγεμισμένο κλειστό σύστημα με ερμητικά σφραγισμένη φορμόλη (10% NBF συγκέντρωσης 20% φορμαλίνης) & 12ml PBS. Να αποτελείται από δοχείο παρασκευάσματος και από προγεμισμένο καπάκι με 24 ml . Η φορμόλη να διοχετεύεται ασφαλώς στο δοχείο παρασκευάσματος κατά την διαδικασία βιδώματος του καπακιού. Να διαθέτει ελαστικό δακτύλιο-φλάντζα στο καπάκι για την ασφάλεια από τυχόν διαρροές
2	Προγεμισμένο κλειστό σύστημα με φορμαλδεΰδη 4%. Να αποτελείται από δοχείο παρασκευάσματος και από προγεμισμένο καπάκι με 60ml ερμητικά σφραγισμένη φορμόλη. Η φορμόλη να διοχετεύεται ασφαλώς στο δοχείο παρασκευάσματος κατά την διαδικασία βιδώματος του καπακιού. Να διαθέτει ελαστικό δακτύλιο-φλάντζα στο καπάκι για την ασφάλεια από τυχόν διαρροές
3	Προγεμισμένο κλειστό σύστημα με φορμαλδεΰδη 4%. Να αποτελείται από δοχείο παρασκευάσματος και από προγεμισμένο καπάκι με 110ml ερμητικά σφραγισμένη φορμόλη. Η φορμόλη να διοχετεύεται ασφαλώς στο δοχείο παρασκευάσματος κατά την διαδικασία βιδώματος του καπακιού. Να διαθέτει ελαστικό δακτύλιο-φλάντζα στο καπάκι για την ασφάλεια από τυχόν διαρροές
4	Προγεμισμένο κλειστό σύστημα με φορμαλδεΰδη 4%. Να αποτελείται από δοχείο παρασκευάσματος και από προγεμισμένο καπάκι με 300ml ερμητικά σφραγισμένη φορμόλη. Η φορμόλη να διοχετεύεται ασφαλώς στο δοχείο παρασκευάσματος κατά την διαδικασία βιδώματος του καπακιού. Να διαθέτει ελαστικό δακτύλιο-φλάντζα στο καπάκι για την ασφάλεια από τυχόν διαρροές
5	Προγεμισμένο κλειστό σύστημα με φορμαλδεΰδη. Να αποτελείται από δοχείο παρασκευάσματος χωρητικότητας 500 ml προγεμισμένο με 115ml ερμητικά σφραγισμένη φορμόλη (10% NBF συγκέντρωσης 8% φορμαλίνης) & 115ml PBS. Το παρασκεύασμα να τοποθετείται σε ξεχωριστό διάτρητο δοχείο το οποίο να εμβαπτίζεται αυτόματα στην φορμόλη κατά την διαδικασία βιδώματος του καπακιού.
6	Προγεμισμένο κλειστό σύστημα με φορμαλδεΰδη 4%. Να αποτελείται από δοχείο παρασκευάσματος και από προγεμισμένο καπάκι με 900ml ερμητικά σφραγισμένη φορμόλη. Η φορμόλη να διοχετεύεται ασφαλώς στο δοχείο παρασκευάσματος κατά την διαδικασία βιδώματος του καπακιού. Να διαθέτει ελαστική φλάντζα στο καπάκι για την προστασία από τυχόν διαρροές και ειδικό δακτύλιο ασφαλείας
7	Προγεμισμένο κλειστό σύστημα με φορμαλδεΰδη 4%. Να αποτελείται από δοχείο παρασκευάσματος και από προγεμισμένο καπάκι με 1200ml ερμητικά σφραγισμένη φορμόλη. Η φορμόλη να διοχετεύεται ασφαλώς στο δοχείο παρασκευάσματος κατά την διαδικασία βιδώματος του καπακιού. Να διαθέτει ελαστική φλάντζα στο καπάκι για την προστασία από τυχόν διαρροές και ειδικό δακτύλιο ασφαλείας
8	Προγεμισμένο κλειστό σύστημα με φορμαλδεΰδη 4%. Να αποτελείται από δοχείο παρασκευάσματος και από προγεμισμένο καπάκι με 2000ml ερμητικά σφραγισμένη φορμόλη. Η φορμόλη να διοχετεύεται ασφαλώς στο δοχείο παρασκευάσματος κατά

	την διαδικασία βιδώματος του καπακιού. Να διαθέτει ελαστική φλάντζα στο καπάκι για την προστασία από τυχόν διαρροές και ειδικό δακτύλιο ασφαλείας
9	Βάση στήριξης μεγάλων δοχείων

Α/Α 34 ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΛΥΣΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ

Σύστημα λαπαροσκοπικής πλύσης-αναρρόφησης, μίας χρήσης, διαστάσεων 5X330mm, εργονομικά σχεδιασμένος, πλήρες σετ προ-συνδεδεμένων σωλήνων, στυλεού, λαβής και χειριστηρίων, το οποίο λειτουργεί με όλα τα συστήματα πλύσης-αναρρόφησης, βαρύτητας και πίεσης. Διαθέτει διαφανή εργονομική λαβή, τύπου τρομπέτας, με χρωματικά κωδικοποιημένα, μαλακά χειριστήρια (μπουτόν), για άμεση αναγνώριση και εύκολη χρήση (λευκό πλύση, πράσινο αναρρόφηση), διπλό διακλαδωμένο σωλήνα έγχυσης με δύο τροκάρ διάτρησης ορού, σφικτήρες ελέγχου ροής (clamp) και ανθεκτικό στυλεό 5mm, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι, με ατραυματικής σχεδίασης άκρο πολλαπλών οπών και ειδικά επεξεργασμένη επιφάνεια για την αποφυγή αντανάκλασεων.

Είναι ελεύθερο από λάτεξ (Latex free), δεν περιέχει φθαλικές ενώσεις (DEHP free) και διατίθεται σε διπλή συσκευασία ολοκληρωμένου σετ, αποστειρωμένη με οξείδιο του αιθυλενίου, 3-ετούς διάρκειας στείρας.

Α/Α 36 ΑΝΤΙΣΗΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΛΥΣΗΣ

Να είναι κατάλληλο για ορθοπεδικές επεμβάσεις (ολική ορθροπλαστική γόνατος, ισχίου και αναθεώρηση αυτών)

Να είναι διαφανές, άχρωμο και άοσμο, με pH 5,0-6,5.

Να περιέχει πολυεξανίδη PHMB σε συγκέντρωση 0,1% και πολοξαμερές (τασιενεργό)

Να διαθέτει εξαιρετική καθαριστική δράση και να εμποδίζει τον σχηματισμό βιοφίλμ

Να διαθέτει ευρύ φάσμα αντιμικροβιακής δράσης εντός 1 min. και να είναι φιλικό προς τους ιστούς

Να διατίθεται σε διαφανή φιάλη των 1000ml.

Να μπορεί να συνδυαστεί και με ειδικό πιστόλι παλμικής πλύσης (pulse lavage)

Να είναι καταχωρημένο ως ιατροτεχνολογικό προϊόν κλάσης III, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 93/42/ΕΟΚ. Να διαθέτει CE.

*Το κιβώτιο περιέχει 10τμχ του 1L

*Η διάρκεια ζωής του μετά το άνοιγμα φτάνει έως και 8 εβδομάδες αρκεί να μην υπάρχει κίνδυνος επιμόλυνσης.

Α/Α.37 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 210 cm ΜΕ ΡΥΓΧΟΣ YANKAUER

1. Ρύγχος Yankauer

- Σχεδιασμός: Διαθέτει ατραυματικό στρογγυλεμένο άκρο για την αποφυγή τραυματισμού των ιστών.
- Οπές: Συνήθως φέρει μία κεντρική οπή και 4 πλάγιες οπές για τη διασφάλιση συνεχούς αναρρόφησης χωρίς να «κολλάει» στους ιστούς.
- Υλικό & Ορατότητα: Κατασκευασμένο από σκληρό, διαφανές πλαστικό (συχνά K-resin ή PP/PS), που επιτρέπει την άμεση οπτική παρακολούθηση των εκκρίσεων.

- Έλεγχος Κενού: Διατίθεται σε εκδόσεις με ή χωρίς οπή ελέγχου (vent/suction control) για τη ρύθμιση της έντασης με το δάχτυλο.
- Μέγεθος: Συνηθισμένο μέγεθος CH 24 (εξωτερική διάμετρος περίπου 8.0 mm).

2. Σωλήνας Σύνδεσης

- Μήκος: 210 cm, προσφέροντας μεγάλη εμβέλεια στο χειρουργικό πεδίο.
- Υλικό: Μαλακό και εύκαμπτο ιατρικό PVC (συντά χωρίς DEHP/Latex).
- Αντοχή: Διαθέτει εσωτερικές ραβδώσεις (star-lumen) ή ενισχυμένα τοιχώματα ώστε να μην τσακίζει (kink-resistant) και να αντέχει στην υψηλή αρνητική πίεση χωρίς να συμπιέζεται.
- Συνδετικά: Φέρει θηλυκά συνδετικά (funnel connectors) στα άκρα, τα οποία είναι κωνικά και ελαστικά για να εφαρμόζουν στεγανά σε όλες τις συσκευές αναρρόφησης.

3. Γενικές Προδιαγραφές

- Αποστείρωση: Αποστειρωμένος με οξείδιο του αιθυλενίου (EO) και συσκευασμένος σε ατομική συσκευασία (blister ή peel-pack).
- Χρήση: Προϊόν μιας χρήσης (disposable) για την αποφυγή επιμολύνσεων.

Πιστοποίηση: Φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν κατηγορίας IIa

A/A 43, 44 ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΒΕΛΟΝΑ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

Τραυματική βελόνα ραχιαίας αναισθησίας, οσφυϊκής παρακέντησης και κυτταρολογικών βιοψιών > Λοξότμηση βελόνας Quincke > Εργονομική διαφανής λαβή που επιτρέπει τον απόλυτο έλεγχο της βελόνας κατά την προώθηση της ώστε να είναι εύκολη η αναγνώριση της δομής των ιστών. > Ειδική οπτική σήμανση (κρύσταλλο) για άμεση αντίχρεση επιστροφής του ENY. Η ασημί αντανάκλαση του κρυστάλλου πριν εισέλθει ο ENY γίνεται διαφανής κατά την είσοδο του ENY στην λαβή(αλλαγή χρώματος) > Γρήγορη έξοδος εγκεφαλονωτιαίου υγρού λόγω λεπτών τοιχωμάτων της βελόνας. > Άριστη αίσθηση της σκληράς μήνιγγας > Χρωματικός κώδικας > Οίκου B.BRAUN/Γερμανίας

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι τις **16-10-2026**, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στο e-mail filie@gnfiliaton.gr.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ILIANA KAINTASI

Διοικήτρια

13.10.2026 14:22