Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.04 12:04:01 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης Υ.ΠΕ.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Ημερομηνία: 04/11/2026
Αρ. Πρωτ.: 17866

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Π. Μπέμπη 10
Τ.Κ. : 46300
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. ΤΣΟΥΠΗ
ΑΡΙΘΜ. ΤΗΛ. : 26643 60375

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 07/2026

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

C.P.V. : 33140000-3

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.: 259.309,02€ με Φ.Π.Α

ILIANA KAINTASI
ILIANA KAINTASI
2026.11.04 11:50:02 +02'00'

Περιεχόμενα

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 4
1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 4
1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 4
1.4 Θεσμικό πλαίσιο 5
1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 7
1.6 Δημοσιότητα 7
1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 7

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 7

2.1 Γενικές Πληροφορίες 7
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 7
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 8
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 8
2.1.4 Γλώσσα 8
2.1.5 Εγγυήσεις 9
2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 9
2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 10
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 10
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 10
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 11
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 14
2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 14
2.2.6 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 14
2.2.6.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 14
2.2.6.2 Αποδεικτικά μέσα 15
2.2.7 Κανόνες Απόδειξης ποιοτικής επιλογής 15
2.2.7.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 16
2.2.7.2 Αποδεικτικά μέσα 17
2.3 Κριτήριο Ανάθεσης 20
2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 20
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 20
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 20
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 23
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών 23
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 24
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 24

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 26

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 26
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 26
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 26
3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης 28
3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 29
3.4 Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή Δικαστική Προστασία 30
3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 32

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 32

4.1 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 33
4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 33
4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 33
4.4 Υπεργολαβία 34
4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκεια της 34
4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 34

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 36

5.1 Τρόπος πληρωμής 36
5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 36
5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 37

5.4 Διοικητική επίλυση διαφορών……37

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 39

6.1 Χρόνος παράδοσης εξοπλισμού 39
6.2 Παραλαβή εξοπλισμού -Χρόνος και τρόπος παραλαβής εξοπλισμού 39
6.3 Απόρριψη παραδοτέων - Αντικατάσταση 40
6.4 Δείγματα- δειγματοληψίας – Εργαστηριακές Εξετάσεις 40
6.4 Αναπροσαρμογή τιμής 40

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 41

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ – Στοιχεία υπό προμήθειας ειδών 41
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 47
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 97
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 98
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 100
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ – Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 107

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία	Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Φιλιατών
Ταχυδρομική διεύθυνση	Π. Μπέμπη 10
Πόλη	Φιλιάτες
Ταχυδρομικός Κωδικός	46300
Χώρα	ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός NUTS	EL542
Τηλέφωνο	26643 60375
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο	tsoupia@gnfiliaton.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες	Α. Τσούπη
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)	www.gnfiliaton.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Φιλιατών και είναι ΝΠΔΔ και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, στον Υποτομέα Κεντρικής Κυβέρνησης.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή υπηρεσιών Υγείας.

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το Ελληνικό

Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες α) από την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr, β) την διεύθυνση: www.gnfiliaton.gr και γ) στη διεύθυνση: Π. Μπέμπη 10, 46300 Φιλιάτες – Γρ. Προμηθειών.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η το Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Φιλιατών, ύστερα από την υπ' αριθ. 33η/07-10-2026(θέμα 4ο) Απόφαση του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Φιλιατών. Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει την με Α.Λ.Ε. : 32302030000001 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2026 του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Φιλιατών

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 17059 (ΑΔΑΜ:26REQ020037259), (ΑΔΑ:Ψ04Ψ46904Α-ΩΧΦ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2026 και έλαβε α/α 938 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Φιλιατών.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ιατρικών αναλωσίμων (υγειονομικού υλικού διάφορου).

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 33140000-3.

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για κάθε ζητούμενο είδος, όπως αναλυτικά φαίνονται στον Πίνακα 1 στο Παράρτημα Α΄.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 259.309,02€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σε ΕΥΡΩ, και ανά ζητούμενο είδος, του πίνακα 1, του Παραρτήματος Α΄.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

- Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».

- Του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) "*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».*

- Του Ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337.

- Του Ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37.

- Του Ν. 4601/2019 (Α' 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις».

- Του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 (Α΄ 204) «*Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…*».

- Του Ν. 3548/2007 (Α' 68) «*Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις*».

- Του άρθρου 4 του Π.Δ. 118/07 (Α' 150).

- Το Π.Δ 39 (ΦΕΚ 64 Α 04.05.2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».

- Της υπ΄ αριθ. 52445 ΕΞ2023/4-4-2023 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας, με θέμα: «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς», (Β'2385 με διορθ. σφαλ. στο Β' 3061).

- Της υπ' αριθμ. 102080/24-10-2022 (Β΄5623/02.11.2022) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016».

- Της υπ' αριθμ. 76928/13.07.2021 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας: "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)" (Β' 3075).

- Της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».

- Της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (Β' 2338/02.06.2021) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο

πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».

- Της υπ΄ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 98979 ΕΞ2021 (Β' 3766/13.08.2021) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44).

- Του Ν. 5005/2022 (Α' 236) «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο - Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων εντύπου και ηλεκτρονικού Τύπου - Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις».

- Του Ν. 4919/2022 (Α' 71) «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις».

- Του Ν. 4914/2022 (Α'61) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις».

- Του Ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις».

- Του Ν. 4624/2019 (Α' 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».

- Του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «*Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις*»**.**

- Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «*Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές*».

- Του Ν. 3419/2005 (Α' 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας».

- Του Ν. 2859/2000 (Α' 248) «*Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας*».

- Του Ν. 2690/1999 (Α' 45) «*Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις*» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.

- Του Ν. 2121/1993 (Α' 25) «*Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα*».

- Του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) *«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».*

- Του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «*Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία*».

- Τον κανονισμό Ε.Ε. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119.

- Την με αριθμ.33η/07-10-2026 (θέμα 4ο) απόφαση του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Φιλιατών, έγκρισης προκήρυξης του διαγωνισμού.

- Την υπ' αριθμ. 17059/21-10-2026 και με αριθμό καταχώρησης 1155 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ψ04Ψ46904Α-ΩΧΦ),

- Την με αριθμ. 17798/03-11-2026 απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. – Κ.Υ. Φιλιατών, συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού.

- Την ΚΥΑ αριθ. Οικ. 98979ΕΞ2021/10-08-2021 <<Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019(Α.44)>> (Β.3766/2021) με κωδικό ΑΑΗΤ του Νοσοκομείου 1015.Ε00214.0001

- Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του

ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

- Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η **04/12/2026 ημέρα Παρασκεύη και ώρα 23:59;59.**

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, **την 09/12/2026 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 .**

1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : **532050.**

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και στις παρακάτω εφημερίδες : (δύο (2) ημερήσιες & μία (1) εβδομαδιαία)

«ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ» - Ηγουμενίτσα
«ΤΙΤΑΝΗ» - Ηγουμενίτσα
«ΘΕΣΠΡΩΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ» - Ηγουμενίτσα

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.gnfiliaton.gr, στην διαδρομή : Εφημερίδα ► Προκηρύξεις διαγωνισμών προμηθειών ► Επιλογή του τίτλου του διαγωνισμού, επιλογή του PDF.

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων

Τα έξοδα δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο.
Οι δαπάνες δημοσίευσης, καταβάλλονται από τον φορέα που έδωσε την εντολή καταχώρισης στην εφημερίδα, εντός των προθεσμιών του άρθρου 69Ζ του ν. 4270/2014 (Α' 143). Σε περίπτωση ανακήρυξης αναδόχου της δημοσιευόμενης διαδικασίας, οι ως άνω δαπάνες παρακρατούνται από τον φορέα και αφαιρούνται από το τίμημα που οφείλει στον ανάδοχο για την προμήθεια.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:

- η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ - Ζητούμενα προς προμήθεια είδη

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ - Απαιτήσεις – Τεχνικές προδιαγραφές

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ - Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ - Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄- Σχέδιο σύμβασης

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ' - ΕΕΕΣ

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Για πληροφορίες αναφορικά με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών Νοσοκομείου Φιλιατών, Π. Μπέμπη 10, 46300 Φιλιάτες, όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 26643 60375.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής.

Η αναθέτουσα αρχή, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, δύναται να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο «Διορθωτικό») και στο ΚΗΜΔΗΣ.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι **προσφορές**, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ' επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η περ. αα' του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

(Σύμφωνα με τα υποδείγματα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ΄)

*Στις εγγυητικές επιστολές θα πρέπει να αναγράφονται στοιχεία επικοινωνίας του εκδότη και συγκεκριμένα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), στην οποία θα πρέπει να απευθυνθεί η Α.Α. προκειμένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους καθώς σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, άρθρο 72, παρ. 13: «Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους».

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για τον σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στον βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον·

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης (άνευ Φ.Π.Α.) των προσφερομένων ειδών.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι **04-07-2027**, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.6, γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.7 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί, ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών

από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα εγκλήματα:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α' 103),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α'103),

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α' 139),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Οι υποχρεώσεις των περ. α' και β' της παρ. 2.2.3.2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.

2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2.2.6.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.

2.2.3.5. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.

2.2.3.6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

Η εξέταση των, κατά τα ανωτέρω, προσκομισθέντων από τον οικονομικό φορέα στοιχείων, για τη διαπίστωση της επάρκειας η μη των επανορθωτικών μέτρων που έλαβε και επικαλείται, θα πραγματοποιηθεί κατά το στάδιο της εξέτασης των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

2.2.3.7. Η απόφαση για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο, εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, καθώς και στην υπ' αριθμ. 102080/24-10-2022 (Β΄5623/02.11.2022) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με θέμα: *«Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016».*

Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει στην Επιτροπή εξέτασης επανορθωτικών μέτρων της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 το σχέδιο της απόφασής της περί της διαπίστωσης της επάρκειας ή μη των ληφθέντων από τον οικονομικό φορέα επανορθωτικών μέτρων, συνοδευόμενο από πλήρη φάκελο που περιλαμβάνει όλα τα σχετικά με την υπόθεση στοιχεία. Το σχέδιο της απόφασης της αναθέτουσας αρχής, μαζί με όλα τα σχετικά με την υπόθεση στοιχεία, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου epanorthotika@eaadhsy.gr.

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν έχει προσκομίσει, με δική του πρωτοβουλία, τα στοιχεία, με τα οποία αποδεικνύονται τα επικαλούμενα μέτρα αυτοκάθαρσης (εκδοθείσες αποφάσεις διοίκησης, αποδεικτικά εξόφλησης προστίμων, αλληλογραφία με αρμόδιες ελεγκτικές αρχές κ.λπ.), η αναθέτουσα αρχή, πριν από τη σύνταξη και αποστολή του σχεδίου απόφασης στην Επιτροπή, υποχρεούται να ζητήσει από τον οικονομικό φορέα την προσκόμισή τους, εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες. Με την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι τα αιτούμενα στοιχεία δεν προσκομίστηκαν. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας υποβάλλει αίτημα για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από έγγραφα, με τα οποία αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των στοιχείων, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.

Αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι τα στοιχεία που προσκόμισε ο οικονομικός φορέας δεν είναι πλήρη ή απαιτούνται διευκρινίσεις, πριν από την αποστολή του σχεδίου της απόφασής της στην Επιτροπή, καλεί τον οικονομικό φορέα για τη συμπλήρωση των σχετικών στοιχείων ή/και την παροχή διευκρινίσεων, εντός προθεσμίας, που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες.

Αν ο οικονομικός φορέας δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, το γεγονός αυτό μνημονεύεται στο σχέδιο της απόφασης.

Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, δεν εξετάζονται από την Επιτροπή επανορθωτικά μέτρα που επικαλείται ένας οικονομικός φορέας, προκειμένου να αποδείξει την αξιοπιστία του, εφόσον αυτά έχουν ληφθεί μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή δεν τα λαμβάνει υπόψη και δεν τα μνημονεύει στο σχέδιο της απόφασής της που αποστέλλει στην Επιτροπή.

Στην περίπτωση που κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ από τον οικονομικό φορέα, δεν συνέτρεχε στο πρόσωπό του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 1 και της παρ. 4, εκτός από την περ. β' αυτής, του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, αλλά η συνδρομή του προέκυψε κατά τη διάρκεια της παρούσας διαδικασίας (οψιγενής μεταβολή), τα μέτρα αυτοκάθαρσης που επικαλείται, λαμβάνονται υπόψη από την αναθέτουσα αρχή, κατά τη σύνταξη του σχεδίου απόφασής της και εξετάζονται από την Επιτροπή.
Οι διαδικαστικές λεπτομέρειες εξέτασης και επανεξέτασης των επανορθωτικών μέτρων ρυθμίζονται αναλυτικά στην ως άνω υπουργική απόφαση.

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
να διαθέτουν αντίστοιχα πιστοποιητικά σειράς ISO του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος, ως και πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE (οδηγία 93/42/ΕΟΚ), σε πρωτότυπο ή νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο, που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα.

2.2.6 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία

2.2.6.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια, σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.5), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση

της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.

2.2.6.2. Υπεργολαβία

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.

2.2.7 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.7.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.7.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.7.1 και 2.2.7.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφος 2.2.5).

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.7.1 και 2.2.7.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας.

Αν μετά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι τη ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για τη σύναψη του συμφωνητικού επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι πληρούν, οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.

2.2.7.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 της παρούσας, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΣΤ το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1.

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό.

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή τού κατά περίπτωση εκπροσώπου τού οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας και ταυτόχρονα να επικαλεστεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του.

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσας, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης.

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του σχετικά με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. α' και β' της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις σχετικά με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.

Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας δηλώνει ότι εμπίπτει σε μία από τις καταστάσεις των παρ. 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β' αυτής, για τις οποίες συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού, υποχρεούται, εφόσον επικαλεστεί μέτρα αυτοκάθαρσης για να αποδείξει την αξιοπιστία του, στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ, που εμφανίζεται κατόπιν της θετικής απάντησης που έδωσε περί συνδρομής κάποιου από τους ανωτέρω λόγους αποκλεισμού, να δηλώσει:

α. εάν τα μέτρα αυτοκάθαρσης, τα οποία έλαβε για τον συγκεκριμένο λόγο αποκλεισμού που έχει δηλώσει στο ΕΕΕΣ, έχουν ήδη κριθεί σε προγενέστερη διαδικασία στην οποία συμμετείχε, βάσει απόφασης που εκδόθηκε από την ίδια ή άλλη αναθέτουσα αρχή, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής εξέτασης επανορθωτικών μέτρων.

β. εάν τα μέτρα κρίθηκαν ως επαρκή ή μη επαρκή επισυνάπτοντας την απόφαση της περ. α΄ με βάση την οποία έχουν κριθεί τα συγκεκριμένα μέτρα αυτοκάθαρσης. Περαιτέρω δηλώνεται εάν η ως άνω απόφαση έχει καταστεί «δεσμευτική», με την έννοια ότι, είτε δεν έχουν ασκηθεί τα προβλεπόμενα μέσα έννομης προστασίας είτε ασκήθηκαν και έχει εκδοθεί σχετική απόφαση.

γ. στην περίπτωση που τα μέτρα έχουν κριθεί ως μη επαρκή, εάν έχει λάβει πρόσθετα μέτρα αυτοκάθαρσης μετά την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της περ. α΄ και σε περίπτωση που ισχύει το ανωτέρω να προβεί σε ανάλυσή τους, αναγράφοντας υποχρεωτικά και την ημερομηνία κατά την οποία αυτά ελήφθησαν.

Ειδικά, στην περίπτωση που έχουν συμπεριληφθεί στα έγγραφα της σύμβασης δυνητικοί λόγοι αποκλεισμού, για τους οποίους δεν έχουν προβλεφθεί πεδία δήλωσης πληροφοριών στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σχετικά με τη λήψη εκ μέρους των οικονομικών φορέων επανορθωτικών μέτρων, αυτά θα δηλώνονται (περιγράφονται) στη συμπληρωματική υπεύθυνη δήλωση της παρ. 9, του άρθρου 79 του ν. 4412/2016.

2.2.7.2 Αποδεικτικά μέσα

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ' άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως

εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2.5 και 3.2 της παρούσας.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται κατωτέρω.

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α' και β', καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α' και β', καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

Ειδικότερα, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α' αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α' πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α', πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους σχετικά με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, το οποίο έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Ειδικά για τη διαδικασία εξυγίανσης προσκομίζεται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση

του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ότι τηρούνται οι όροι της συμφωνίας εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.

iii) Εκτύπωση της καρτέλας "Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης" από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.

δ) για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

ε) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής εις βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Β.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Β.3. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα πιστοποιητικά σειράς ISO του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος, ως και πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE (οδηγία 93/42/ΕΟΚ), σε πρωτότυπο ή νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο, που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα.

Β.4. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά κατά την κείμενη νομοθεσία και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:

i) **για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης**, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται κατά την κείμενη νομοθεσία να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ,προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

ii) Για την **απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών** του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό

μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κ.λπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμόδιου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρεία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β.5. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς, όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, προσκομίζονται πέραν της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β.

Β.6. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Β.7. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών. Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζομένου για την εκτέλεση της σύμβασης. Η σχετική αναφορά πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ' ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ' του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος XII του

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με τη σχετική επαγγελματική εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.

Β.8. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των εργασιών.

Β.9. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

- οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
- οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

2.3 Κριτήριο Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά ζητούμενο είδος του Πίνακα 1, του Παραρτήματος Α΄.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα Α΄ και Β΄ της Διακήρυξης, για τα ζητούμενα προς προμήθεια είδη.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Η ένωση Οικονομικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους Οικονομικούς Φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά δηλώνεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Η εν λόγω δήλωση περιλαμβάνεται είτε στο ΕΕΕΣ (Μέρος ΙΙ. Ενότητα Α) είτε στη συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση που δύναται να υποβάλλουν τα μέλη της ένωσης. Για την υπογραφή της προδικαστικής προσφυγής από τον εκπρόσωπο / συντονιστή της ένωσης απαιτείται ρητή εξουσιοδότηση. Η εν λόγω εξουσιοδότηση μπορεί να περιλαμβάνεται είτε στο ΕΕΕΣ (Μέρος ΙΙ. Ενότητα Α), είτε στη συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση, είτε στα έγγραφα συμφωνίας των οικονομικών φορέων για συμμετοχή στο διαγωνισμό ως ένωση, είτε στα πρακτικά των αρμοδίων οργάνων διοίκησης των μελών της ένωσης

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην, κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016, εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», εφεξής «Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες».

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:

(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, με τα δεδομένα και συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στη συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας, εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθεισών αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.

2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής :

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά και δεν απαιτείται να προσκομιστούν και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille

β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία καταχωρίζονται

από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF**.**

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομιστούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με τον ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης, απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά, το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.

Σημειώνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 "Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας", όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης το φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση.

Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», το σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών), προκειμένου να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»

2.4.3.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν με

ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης ως Παράρτημα αυτής.

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (https://espd.eprocurement.gov.gr/) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για τον σκοπό αυτό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ (συμπεριλαμβανομένων των διακριτών ΕΕΕΣ από δανείζοντες εμπειρία ή υπεργολάβους, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8), καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση β' ή δ΄ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.

[Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και συμπλήρωσης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και της χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint είναι αναρτημένες σε σχετική θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη (https://espd.eprocurement.gov.gr/) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.]

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο «Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές» του Παραρτήματος Β΄ της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα του προσφερόμενου είδους, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.

Στον φάκελο της ηλεκτρονικής Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης και τα εξής:
α) Φύλλο Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών, σύμφωνα με το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β της διακήρυξης.

β) Πιστοποιητικά και πρωτότυπα prospectus, από τα οποία να προκύπτει ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν σήμανση CE.

γ) Πιστοποιητικό - Βεβαίωση κοινοποιημένου οργανισμού για την Ορθή Πρακτική Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων.

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν:

α) το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

β) τη χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος και την επιχειρηματική μονάδα στην οποία παράγεται αυτό, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, όπως ορίζεται κατωτέρω:

Τιμές

Η τιμή της παρεχόμενης προμήθειας δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.

[Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο "οικονομική προσφορά" την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα Γ΄ της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.]

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι:

α) 0,1% υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 7, παρ. 3 του Ν. 4912/17-03-2022/ΦΕΚ 59 Α΄)
β) 2% υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β΄/24-3-'09)
γ) 4% παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με το Ν.2198/1994.
Ο Φ.Π.Α καταβάλλεται από το Νοσοκομείο.

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη κανονική.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 περί συμπλήρωσης, αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς, ειδικά ως προς τους όρους, οι οποίοι ρητώς έχουν καθοριστεί, επί ποινή αποκλεισμού, στην παρούσα Διακήρυξη), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών, ειδικά ως προς τους όρους, οι οποίοι ρητώς έχουν καθοριστεί, επί ποινή αποκλεισμού, στην παρούσα Διακήρυξη), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ της παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.

στ) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το κόστος που προτείνει σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016,

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016,

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής,

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», 03/12/2026 και ώρα 11:00.

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την αναθέτουσα αρχή.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ' αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα.

Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις/ συμπληρώσεις, κατ΄εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 102 του ν.4412/2016, ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης των Προσφορών (Επιτροπή Διενεργείας Διαγωνισμού), μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία»:

- είτε από την Επιτροπή, μέσω του πιστοποποιημένου χρήστη της παρούσας ηλεκτρονικής διαδικασίας (χειριστή του διαγωνισμού), χωρίς τη σύνταξη διακριτού εγγράφου
- είτε, με αποστολή διακριτού εγγράφου της Επιτροπής, μέσω του πιστοποποιημένου χρήστη της παρούσας ηλεκτρονικής διαδικασίας (χειριστή του διαγωνισμού), χωρίς, στην περίπτωση αυτή, να απαιτείται περαιτέρω έγκρισή του από το αποφαινόμενο όργανο.

Σημειώνεται ότι, όσο διαρκεί η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και μέχρι την αποστολή των σχετικών πρακτικών της Επιτροπής στον χειριστή του διαγωνισμού, προς έκδοση των σχετικών αποφάσεων, οι διευκρινίσεις ζητούνται από την Επιτροπή και δεν υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση του αποφαινομένου οργάνου.

Σε κάθε περίπτωση, μετά την ολοκήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, εκ μέρους της Επιτροπής και τη διαβίβαση των σχετικών πρακτικών προς το αποφαινόμενο όργανο, το τελευταίο, δύναται, κατά την κρίση του, να ζητεί διευκρινίσεις, από τους προσφέροντες, για στοιχεία των προσφορών, για τα οποία δεν ζητήθηκαν, είτε ακόμη και για στοιχεία, για τα οποια έχει ήδη γνωμοδοτήσει σχετικώς η Επιτροπή.

Το αποφαινόμενο όργανο διατηρεί το δικαίωμα να αναπέμψει στην Επιτροπή προς εξέταση και περαιτέρω διευκρινίσεις οποιοδήποτε ζήτημα, κατά την κρίση της, χρήζει διευκρινίσεων/ συμπληρώσεων.

Τα ανωτέρω ισχύουν και ως προς τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων-συμπληρώσεων, σε περιπτώσεις ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών, καθώς και στο στάδιο της υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου.

Ειδικότερα :

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την

ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες με επιμέλεια αυτής μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί, παράλληλα, με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/2016 και τους όρους της παρούσας. Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, της βαθμολόγησης των αποδεκτών τεχνικών προσφορών με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης των παραγράφων 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ. Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.

δ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό, στο οποίο καταχωρούνται οι προσφορές κατά σειρά κατάταξης, καθώς και η αιτιολογημένη εισήγησή της για την αποδοχή ή απόρριψή τους και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, μεταξύ δύο ή περισσότερων προσφερόντων η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό κατάταξης των προσφορών, εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη προσφέροντα, στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παρ. 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης προσφορών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή

ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.7.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.6 αυτής.

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας.

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.6 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί, οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση **ή** δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά **ή** δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της

παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της εισήγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης των προσφερόντων και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, σε συνέχεια της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών τους.

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στο ΕΣΗΔΗΣ, σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά, ιδίως δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών κατάταξης των προσφερόντων και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν, της κατάταξης των προσφορών και των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά:

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά,

β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016,

γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται,

και

δ) ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός χρονικού

διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 346 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. του π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επόμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016. Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντος από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με τα άρθρα 368 του ν. 4412/2016 και 20 του π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο μέτρων προσωρινής προστασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 του π.δ. 39/2017.

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»:

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 του π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.

β) Διαβιβάζει στην Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης.

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους.

δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής.

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή.

Με την απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο.

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., την αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται, επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος, να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων.

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων.

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της αίτησης κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του ν. 4412/2016.

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.

Αν το Δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης.

Επίσης, μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης

Εγγύηση καλής εκτέλεσης:

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ε της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.

4.3.3. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και

ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νόμιμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής, στην περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση, ισχύουν για όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.7.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσα, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα

απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας,

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη δέσμευση ακεραιότητας της παρ. 4.3.3. της παρούσας, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα σχέδιο σύμβασης.

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει για το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών και μέσα στη νόμιμη προθεσμία που προβλέπεται στην υποπαράγραφο Ζ5 του Ν. 4152 (ΦΕΚ 107/09-05-2013, τ. Α΄)

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) 0,1% υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 7, παρ. 3 του Ν. 4912/17-03-2022/ΦΕΚ 59 Α΄)

β) 2% υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β' /24-3-'09)

γ) 4% παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με το Ν.2198/1994.

5.1.3. Σε περίπτωση υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου, ο ανάδοχος συμπληρώνει στο πεδίο ΒΤ-11: Στοιχείο αναφοράς αγαθού του Εθνικού Μορφότυπου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου τον ΑΔΑ Ανάληψης

Κωδικός Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης του Γ.Ν. – Κ.Υ. Φιλιατών: 1015.Ε002140001

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής):

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης,

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

β) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό φορέα, είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης, είτε με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του ν.

4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν.

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο.

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός φορέας.

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1.01.

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής.

γ) Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις.

5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης αγαθών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών αγαθών – αντικατάσταση), καθώς και κατ' εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση που συνάπτεται στο πλαίσιο της

παρούσας Διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας στην οποία εκτελείται η σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Χρόνος παράδοσης εξοπλισμού

6.1.1. Η παράδοση θα γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου. Το Νοσοκομείο θα παραδίδει εγγράφως την παραγγελία στον προμηθευτή. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκτελέσει την παραγγελία μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των αγαθών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσας.
Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των αγαθών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

6.2 Παραλαβή αγαθών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής αγαθών

6.2.1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν. 4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα ΣΤ΄ της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό-παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του Ν. 4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Αγαθά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του Ν. 4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ' έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα της κατ' έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ'

έφεση εξέτασης.

6.2.2. Η παραλαβή των αγαθών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία προσκόμισης των ειδών για παραλαβή

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.3 Απόρριψη συμβατικών αγαθών – Αντικατάσταση

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των αγαθών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
6.3.3. Η επιστροφή των αγαθών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.4 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις

Ο προσφέρων θα πρέπει :
• Να καταθέσει δείγμα του προσφερόμενου είδους, σε ποσότητα ή μέγεθος απόλυτα επαρκές, για την σχετική μηχανική, χημική ή μακροσκοπική εξέταση ή πρακτική δοκιμασία.
• Το δείγμα θα κατατεθεί πριν από την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού στο Νοσοκομείο, η δε σχετική απόδειξη υποβάλλεται μαζί με την προσφορά.
• Κατά τα λοιπά ως προς την κατάθεση δειγμάτων ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 214 του Ν. 44212/2016.

6.5 Αναπροσαρμογή τιμής

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΗΛΙΑΝΑ ΚΑΪΝΤΑΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΓΑΖΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ ΑΠΟ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 5 x 7,5cm	100	15,61	1.561,00 €	13,0%	202,93	1.763,93 €
2	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΓΑΖΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ ΑΠΟ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 10 x 20cm	100	37,2	3.720,00 €	13,0%	483,6	4.203,60 €
3	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ 5gr	75	215	16.125,00 €	13,0%	2096,25	18.221,25 €
4	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ 3gr	75	215	16.125,00 €	13,0%	2096,25	18.221,25 €
5	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ - ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ 6ml	10	380	3.800,00 €	13,0%	494	4.294,00 €
6	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ	100	18	1.800,00 €	13,0%	234	2.034,00 €
7	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ	100	8	800,00 €	13,0%	104	904,00 €
8	ΒΙΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΓΑΖΑ ΜΗ ΟΞΥΔΩΜΕΝΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ 5 x 7,5cm	50	200	10.000,00 €	13,0%	1300	11.300,00 €
9	ΤΖΕΛ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΦΥΣΕΩΝ	20	450	9.000,00 €	13,0%	1170	10.170,00 €
10	ΑΜΡU ΠΑΙΔΙΚΕΣ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	5	60	300,00 €	24,0%	72	372,00 €
11	ΑΜΡU ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	20	65	1.300,00 €	24,0%	312	1.612,00 €
12	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ (ΟΣΦΥ-ΟΝΩΤΙΑΙΑΣ) 22G	400	1,15	460,00 €	24,0%	110,4	570,40 €
13	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ (ΟΣΦΥ-ΟΝΩΤΙΑΙΑΣ) 25G	100	1,15	115,00 €	24,0%	27,6	142,60 €
14	ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ 22G 120 ΜΜ ΜΗΚΟΥΣ	150	1,65	247,50 €	24,0%	59,4	306,90 €
15	ΓΑΖΕΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 8 x 15cm (± 1cm), ΜΗ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ	1100	0,05	55,00 €	13,0%	7,15	62,15 €
16	ΓΑΖΕΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 8 x 25cm (± 1cm), ΜΗ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ	700	0,08	56,00 €	13,0%	7,28	63,28 €
17	ΓΑΖΕΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 8 x 30cm (± 1cm), ΜΗ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ	1100	0,105	115,50 €	13,0%	15,015	130,52 €
18	ΕΚΡΙΖΩΤΕΣ ΚΙΡΣΩΝ ΣΑΦΗΝΕΚΤΟΜΗΣ (STRIPPER ΜΗΚΟΥΣ 90CM)	10	70	700,00 €	24,0%	168	868,00 €
19	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ No 2	10	3,25	32,50 €	24,0%	7,8	40,30 €
20	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ No 2,5	10	3,25	32,50 €	24,0%	7,8	40,30 €
21	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ No 3	10	3,25	32,50 €	24,0%	7,8	40,30 €
22	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ No 3,5	10	3,25	32,50 €	24,0%	7,8	40,30 €
23	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ No 4	10	4	40,00 €	24,0%	9,6	49,60 €
24	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF No 4,5	20	4	80,00 €	24,0%	19,2	99,20 €
25	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF No 5,0	50	4	200,00 €	24,0%	48	248,00 €
26	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF No 5,5	50	4	200,00 €	24,0%	48	248,00 €
27	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF No 6,0	50	4	200,00 €	24,0%	48	248,00 €
28	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF No 6,5	50	4	200,00 €	24,0%	48	248,00 €
29	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF No 7,0	400	5	2.000,00 €	24,0%	480	2.480,00 €
30	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF No 7,5	200	5	1.000,00 €	24,0%	240	1.240,00 €
31	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF No 8	200	5	1.000,00 €	24,0%	240	1.240,00 €

32	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF No 8,5	300	5	1.500,00 €	24,0%	360	1.860,00 €
33	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF No 9,0	100	5	500,00 €	24,0%	120	620,00 €
34	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ ΜΕ CUFF No 6,0	30	6	180,00 €	24,0%	43,2	223,20 €
35	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ ΜΕ CUFF No 6,5	50	6	300,00 €	24,0%	72	372,00 €
36	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ ΜΕ CUFF No 7,0	50	6	300,00 €	24,0%	72	372,00 €
37	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ ΜΕ CUFF No 7,5	50	6	300,00 €	24,0%	72	372,00 €
38	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ ΜΕ CUFF No 8	50	6	300,00 €	24,0%	72	372,00 €
39	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ ΜΕ CUFF No 8,5	50	6	300,00 €	24,0%	72	372,00 €
40	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΥΠΟΥ TENSOPLAST (ΚΟΛΑ ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΟΨΗ) 5cm x 2,5m ή 4,5m	100	2,5	250,00 €	24,0%	60	310,00 €
41	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΥΠΟΥ TENSOPLAST (ΚΟΛΑ ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΟΨΗ) 7,5cm x 2,5m ή 4,5m	100	4	400,00 €	24,0%	96	496,00 €
42	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΥΠΟΥ TENSOPLAST (ΚΟΛΑ ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΟΨΗ) 10cm x 2,5m ή 4,5m	100	5	500,00 €	24,0%	120	620,00 €
43	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ ΛΟΥΠ-ΣΠΑΤΟΥΛΑ	10	86,5	865,00 €	24,0%	207,6	1.072,60 €
44	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ ΛΟΥΠ-ΒΕΛΟΝΗ	10	83	830,00 €	24,0%	199,2	1.029,20 €
45	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ ΛΟΥΠ-ΜΠΙΛΙΑ	10	50,5	505,00 €	24,0%	121,2	626,20 €
46	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ ΛΟΥΠ ΚΕΡΑΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	10	80	800,00 €	24,0%	192	992,00 €
47	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ 110y.401 HOOK	10	95	950,00 €	24,0%	228	1.178,00 €
48	ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΠΕΔΙΑ (210cm x 120cm)	150	8	1.200,00 €	24,0%	288	1.488,00 €
49	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΟ 12, 14, 16, 18	600	0,35	210,00 €	24,0%	50,4	260,40 €
50	ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΙΑ ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	5	15	75,00 €	24,0%	18	93,00 €
51	ΚΟΛΛΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ	50	14	700,00 €	24,0%	168	868,00 €
52	ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΕΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΙ ΜΗΚΟΥΣ 60mm	40	225	9.000,00 €	24,0%	2160	11.160,00 €
53	ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΕΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΙ ΜΗΚΟΥΣ 80mm	40	225	9.000,00 €	24,0%	2160	11.160,00 €
54	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΕΣ ΜΗΚΟΥΣ 60mm	40	60	2.400,00 €	24,0%	576	2.976,00 €
55	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΕΣ ΜΗΚΟΥΣ 80mm	40	60	2.400,00 €	24,0%	576	2.976,00 €
56	ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΑΣ	10	310	3.100,00 €	24,0%	744	3.844,00 €
57	ΛΑΔΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ ΣΠΡΕΫ	15	10	150,00 €	24,0%	36	186,00 €
58	ΜΑΣΚΕΣ ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ No 3 ΜΕ ΤΖΕΛ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ	10	55	550,00 €	24,0%	132	682,00 €
59	ΜΑΣΚΕΣ ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ No 4 ΜΕ ΤΖΕΛ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ	10	55	550,00 €	24,0%	132	682,00 €
60	ΜΑΣΚΕΣ ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ No 5 ΜΕ ΤΖΕΛ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ	10	55	550,00 €	24,0%	132	682,00 €
61	ΜΑΣΚΕΣ ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ No 3	50	2,7	135,00 €	24,0%	32,4	167,40 €
62	ΜΑΣΚΕΣ ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ No 4	50	2,7	135,00 €	24,0%	32,4	167,40 €
63	ΜΑΣΚΕΣ ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ No 5	50	2,7	135,00 €	24,0%	32,4	167,40 €

64	ΝΥΣΤΕΡΙΑ Νο11	2300	0,04	92,00 €	24,0%	22,08	114,08 €
65	ΝΥΣΤΕΡΙΑ Νο 12	100	0,04	4,00 €	24,0%	0,96	4,96 €
66	ΝΥΣΤΕΡΙΑ Νο 15	500	0,04	20,00 €	24,0%	4,8	24,80 €
67	ΝΥΣΤΕΡΙΑ Νο 20	300	0,04	12,00 €	24,0%	2,88	14,88 €
68	ΝΥΣΤΕΡΙΑ Νο 24	1900	0,09	171,00 €	24,0%	41,04	212,04 €
69	ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΜΕ ΛΑΒΗ Νο11	300	0,1397	41,91 €	24,0%	10,0584	51,97 €
70	ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΜΕ ΛΑΒΗ Νο15	300	0,1397	41,91 €	24,0%	10,0584	51,97 €
71	ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΜΕ ΛΑΒΗ Νο 20	200	0,1397	27,94 €	24,0%	6,7056	34,65 €
72	ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΜΕ ΛΑΒΗ Νο24	200	0,1397	27,94 €	24,0%	6,7056	34,65 €
73	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ PEN-ROSE 3/4 ‘	300	0,6	180,00 €	24,0%	43,2	223,20 €
74	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ PEN-ROSE 1/2 ‘	300	0,6	180,00 €	24,0%	43,2	223,20 €
75	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ PEN-ROSE 1/4 ‘	300	0,6	180,00 €	24,0%	43,2	223,20 €
76	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Νο 24	150	4,7	705,00 €	24,0%	169,2	874,20 €
77	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Νο 30	150	4,7	705,00 €	24,0%	169,2	874,20 €
78	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Νο 32	150	4,7	705,00 €	24,0%	169,2	874,20 €
79	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Νο 36	150	4,7	705,00 €	24,0%	169,2	874,20 €
80	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ REDON ΜΙΚΡΟ	60	14	840,00 €	24,0%	201,6	1.041,60 €
81	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ REDON ΜΕΣΑΙΟ	100	14	1.400,00 €	24,0%	336	1.736,00 €
82	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ REDON ΜΕΓΑΛΟ	100	14	1.400,00 €	24,0%	336	1.736,00 €
83	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ	10	199,65	1.996,50 €	24,0%	479,16	2.475,66 €
84	ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΊΑΣ	700	0,6	420,00 €	24,0%	100,8	520,80 €
85	ΠΟΥΑΡ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ - ΟΡΩΝ 500 ML	550	8,5	4.675,00 €	24,0%	1122	5.797,00 €
86	ΠΟΥΑΡ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ - ΟΡΩΝ 1000 ML	50	6	300,00 €	24,0%	72	372,00 €
87	ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 24ml ΜΕ ΦΟΡΜΟΛΗ	400	4,5	1.800,00 €	24,0%	432	2.232,00 €
88	ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 60ml ΜΕ ΦΟΡΜΟΛΗ	120	5,2	624,00 €	24,0%	149,76	773,76 €
89	ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 110ml ΜΕ ΦΟΡΜΟΛΗ	40	10	400,00 €	24,0%	96	496,00 €
90	ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 300 ml ΜΕ ΦΟΡΜΟΛΗ	40	28	1.120,00 €	24,0%	268,8	1.388,80 €
91	ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 500ml ΜΕ ΦΟΡΜΟΛΗ	30	32	960,00 €	24,0%	230,4	1.190,40 €
92	ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 900ml ΜΕ ΦΟΡΜΟΛΗ	40	34	1.360,00 €	24,0%	326,4	1.686,40 €
93	ΡΥΓΧΗ YANKAUER ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 210cm	400	1	400,00 €	24,0%	96	496,00 €
94	ΣΕΤ ΑΙΜΟΡΡΟΪΔΕΚΤΟΜΗΣ	20	450	9.000,00 €	24,0%	2160	11.160,00 €
95	ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΧΑ-ΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ	50	51	2.550,00 €	13,0%	331,5	2.881,50 €
96	ΣΕΤ ΣΥΝΔ. ΡΑΧΙΑΙΑΣ & ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΑΣ 27G/18G	50	28	1.400,00 €	24,0%	336	1.736,00 €
97	ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ	400	6,5	2.600,00 €	24,0%	624	3.224,00 €
98	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΥΠΟΥ SOLUSET 100ml	350	0,9	315,00 €	24,0%	75,6	390,60 €
99	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 15 ΗΜΕΡΩΝ	10	860	8.600,00 €	24,0%	2064	10.664,00 €

100	ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΛΥΣΗΣ ΑΡΘΡ/ΣΗΣ ΚΩΔ. 4170223	10	62	620,00 €	24,0%	148,8	768,80 €
101	ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΛΥΣΗΣ ΑΡΘΡ/ΣΗΣ ΚΩΔ. 4171223	10	55	550,00 €	24,0%	132	682,00 €
102	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΛΥΣΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΡΟΗΣ	250	40	10.000,00 €	24,0%	2400	12.400,00 €
103	ΘΩΡΑΚΙΚΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΕΝΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ	60	15,5	930,00 €	24,0%	223,2	1.153,20 €
104	ΤΡΟΚΑΡ ΓΙΑ BILLOW No 16	20	4	80,00 €	24,0%	19,2	99,20 €
105	ΤΡΟΚΑΡ ΓΙΑ BILLOW No 20	50	5	250,00 €	24,0%	60	310,00 €
106	ΤΡΟΚΑΡ ΓΙΑ BILLOW No 24	60	5,5	330,00 €	24,0%	79,2	409,20 €
107	ΤΡΟΚΑΡ ΓΙΑ BILLOW No 28	60	6,5	390,00 €	24,0%	93,6	483,60 €
108	ΤΡΟΚΑΡ ΓΙΑ BILLOW No 32	50	7	350,00 €	24,0%	84	434,00 €
109	ΘΩΡΑΚΙΚΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΡΙΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ	60	25	1.500,00 €	24,0%	360	1.860,00 €
110	ΦΑΚΑΡΟΛΑ	800	0,14	112,00 €	24,0%	26,88	138,88 €
111	ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ (ΗΕΡΡΑ)	100	1,4	140,00 €	13,0%	18,2	158,20 €
112	ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ Μ.Χ.	500	0,8	400,00 €	24,0%	96	496,00 €
113	ΨΑΛΙΔΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΡΑΜΜΑΤΩΝ	50	2	100,00 €	24,0%	24	124,00 €
114	STERI - STRIP 6 x 75mm (± 1mm)	200	0,07	14,00 €	13,0%	1,82	15,82 €
115	STERI - STRIP 13 x 102mm (± 1mm)	200	0,07	14,00 €	13,0%	1,82	15,82 €
116	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΘΗΚΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ & ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	200	2	400,00 €	24,0%	96	496,00 €
117	ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ C-ARM ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ 90cm x 230cm	10	14	140,00 €	24,0%	33,6	173,60 €
118	ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ C-ARM ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ 90cm x 90cm	100	3	300,00 €	24,0%	72	372,00 €
119	ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΜΕΡΑΣ 14 x 250cm	300	2,5	750,00 €	24,0%	180	930,00 €
120	ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΧΕΡΟΥΛΙ ΠΡΟΒΟΛΕΑ	1700	0,6	1.020,00 €	24,0%	244,8	1.264,80 €
121	ΕΣΩΡΟΥΧΟ Μ.Χ. NOWOMEN ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ	400	0,6	240,00 €	24,0%	57,6	297,60 €
122	ΚΑΛΤΣΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ Μ.Χ. ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ large 30 x 120cm	500	3	1.500,00 €	24,0%	360	1.860,00 €
123	ΑΝΤΙΕΜΒΟΛΙΚΗ ΚΑΛΤΣΑ MEDIUM	200	3,6	720,00 €	13,0%	93,6	813,60 €
124	ΑΝΤΙΕΜΒΟΛΙΚΗ ΚΑΛΤΣΑ LARGE	200	3,6	720,00 €	13,0%	93,6	813,60 €
125	ΑΝΤΙΕΜΒΟΛΙΚΗ ΚΑΛΤΣΑ XLARGE	200	3,8	760,00 €	13,0%	98,8	858,80 €
126	ΚΑΛΤΣΕΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΕΣ, πλεκτή σε ρολλό 10cm x 1m περίπου	50	4	200,00 €	24,0%	48	248,00 €
127	ΚΑΛΤΣΕΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΕΣ, πλεκτή σε ρολλό 12cm x 1m περίπου	50	5,2	260,00 €	24,0%	62,4	322,40 €
128	ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ Χ/Ο ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ LARGE	50	2,3	115,00 €	24,0%	27,6	142,60 €
129	ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ Χ/Ο ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ XLARGE	50	2,3	115,00 €	24,0%	27,6	142,60 €
130	ΜΑΝΙΚΙΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ	50	0,2	10,00 €	24,0%	2,4	12,40 €
131	ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙΑ	4000	0,018	72,00 €	6,0%	4,32	76,32 €
132	ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ Μ.Χ.	900	0,6	540,00 €	24,0%	129,6	669,60 €
133	ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΙΑ TUR-T. (XL,XXL)	500	1,1	550,00 €	24,0%	132	682,00 €
134	ΜΠΛΟΥΖΕΣ Χ/ΟΥ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ L	300	1,1	330,00 €	24,0%	79,2	409,20 €
135	ΜΠΛΟΥΖΕΣ Χ/ΟΥ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ XL	500	1,1	550,00 €	24,0%	132	682,00 €

136	ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ XXL	200	1,1	220,00 €	24,0%	52,8	272,80 €
137	ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	5500	0,09	495,00 €	24,0%	118,8	613,80 €
138	ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΓΥΝ/ΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. 80 x 140	150	2,5	375,00 €	24,0%	90	465,00 €
139	ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΥΡΩ-ΓΥΡΩ	600	0,1	60,00 €	24,0%	14,4	74,40 €
140	ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ	600	0,5	300,00 €	24,0%	72	372,00 €
141	ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΜΧ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ	100	0,03	3,00 €	24,0%	0,72	3,72 €
142	ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 10 x 50cm ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ	600	1,1	660,00 €	24,0%	158,4	818,40 €
143	ΤΕΜΝΟΜΕΝΑ Χ/ΚΑ ΟΘΩΝΙΑ Steri-Drape 35 x 40	80	1,35	108,00 €	13,0%	14,04	122,04 €
144	ΤΕΜΝΟΜΕΝΑ Χ/ΚΑ ΟΘΩΝΙΑ Steri-Drape 35 x 60	80	1,35	108,00 €	13,0%	14,04	122,04 €
145	ΤΕΜΝΟΜΕΝΑ Χ/ΚΑ ΟΘΩΝΙΑ Steri-Drape 45 x 60	80	1,8	144,00 €	13,0%	18,72	162,72 €
146	ΤΕΜΝΟΜΕΝΑ Χ/ΚΑ ΟΘΩΝΙΑ Steri-Drape 90 x 60	80	1,9	152,00 €	13,0%	19,76	171,76 €
147	ΟΘΩΝΙΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ 320 x 250cm	200	17	3.400,00 €	24,0%	816	4.216,00 €
148	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Μ.Χ .ΑΠΛΑ ΠΕΔΙΑ 2 PLY 75cm x 90cm ΠΕΡΙΠΟΥ, 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ	2000	0,4	800,00 €	24,0%	192	992,00 €
149	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Μ.Χ .ΑΠΛΑ ΠΕΔΙΑ 2 PLY 150cm x 240cm, ΠΕΡΙΠΟΥ, 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ	1000	2,2	2.200,00 €	24,0%	528	2.728,00 €
150	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Μ.Χ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ 2 PLY 75 x 90cm, ΠΕΡΙΠΟΥ, 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ	1200	0,4	480,00 €	24,0%	115,2	595,20 €
151	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Μ.Χ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ 2 PLY 150 x 240cm ΠΕΡΙΠΟΥ, 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ	900	1,6	1.440,00 €	24,0%	345,6	1.785,60 €
152	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Μ.Χ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΟΠΗ 2 PLY 75 x 90cm, ΠΕΡΙΠΟΥ, 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ	500	0,8	400,00 €	24,0%	96	496,00 €
153	ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ	200	2,2	440,00 €	24,0%	105,6	545,60 €
154	ΣΕΝΤΟΝΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ Χ/ΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	200	12	2.400,00 €	24,0%	576	2.976,00 €
155	ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ	100	12	1.200,00 €	24,0%	288	1.488,00 €
156	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΜΕ ΟΠΗ U 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 200 x 260 x 100cm	500	3,2	1.600,00 €	24,0%	384	1.984,00 €
157	BOWIE - DICK TEST (πράσινη κάρτα), για καθημερινό έλεγχο κλιβάνων	600	1,8	1.080,00 €	24,0%	259,2	1.339,20 €
158	ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΤΜΟΥ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΛΕΠΤΟΥ	800	9	7.200,00 €	24,0%	1728	8.928,00 €
159	ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ	100	5,6	560,00 €	24,0%	134,4	694,40 €
160	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΙ	480	1,8	864,00 €	24,0%	207,36	1.071,36 €
161	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΙ	2000	0,04	80,00 €	24,0%	19,2	99,20 €
162	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ 90 x 260mm (± 10mm)	1600	0,014	22,40 €	24,0%	5,376	27,78 €
163	ΘΗΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ 130 x 280mm (± 10mm)	16000	0,0224	358,40 €	24,0%	86,016	444,42 €

164	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ 200 x 350mm (± 10mm)	12000	0,05	600,00 €	24,0%	144	744,00 €
165	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ 250 x 430mm (± 10mm)	2000	0,06	120,00 €	24,0%	28,8	148,80 €
166	ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ 300 x 470mm (± 10mm)	8000	0,2	1.600,00 €	24,0%	384	1.984,00 €
167	ΧΑΡΤΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ 100 x 140cm	2000	0,9	1.800,00 €	24,0%	432	2.232,00 €
168	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ STERRAD ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ	100	0,14	14,00 €	24,0%	3,36	17,36 €
169	ΘΗΚΕΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 130 x 280mm (± 20mm)	750	1,25	937,50 €	24,0%	225	1.162,50 €
170	ΘΗΚΕΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 150 x 420mm (± 20mm)	250	1,25	312,50 €	24,0%	75	387,50 €
171	ΘΗΚΕΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 320 x 560mm (± 20mm)	750	1,25	937,50 €	24,0%	225	1.162,50 €
172	ΘΗΚΕΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 250 x 480mm (± 20mm)	250	1,25	312,50 €	24,0%	75	387,50 €
				215.215,00 €			**259.309,02 €**

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΗΛΙΑΝΑ ΚΑΪΝΤΑΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για την εκτέλεση της προμήθειας του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ θα πρέπει να πληρούνται οι Τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ			
Τα προσφερόμενα είδη, θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης και καθορίζουν τις ελάχιστες αναγκαίες απατήσεις και είναι απαράβατες. Οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές, συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς και έχουν ως ακολούθως :	ΝΑΙ		
1.1. ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΓΑΖΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ ΑΠΟ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, 5cm x 7,5cm Αιμοστατική γάζα από 100% Οξειδωμένη Αναγεννημένη Κυτταρίνη σε συσκευασία αλουμινίου για προστασία από περιβαλλοντικούς παράγοντες (υγρασία, σκόνη και άλλους). Να διαθέτει μάζα πυρήνα 8mg/cm2. Να διαθέτει βακτηριοκτόνο δράση ενάντια σε όλα τα παρακάτω βακτήρια (επί ποινή απόρριψης): methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) penicillin-resistant Streptococcus pneumoniae (PRSP) vancomycin-resistant Enterococcus (VRE methicillin-resistant Staphylococcus epidermidis (MRSE) Staphylococcus aureus Bacillus subtilis Staphylococcus epidermidis Proteus vulgaris Micrococcus luteus Corynebacterium xerosis Streptococcus pyogenes Group A Mycobacterium phlei Streptococcus pyogenes Group B Clostridium tetani Streptococcus salivarius Clostridium perfringens Branhamella catarrhalis Bacteroides fragilis Escherichia coli Enterococcus Klebsiella aerogenes Enterobacter cloacae Lactobacillus sp. Pseudomonas aeruginosa Salmonella enteritidis Pseudomonas stutzeri Shigella dysenteriae Proteus mirabilis,, η οποία να ποσοτικοποιείται για τους σημαντικότερους. Να απορροφάται εντός 1-2 εβδομάδων με μηδενική ιστική αντίδραση και ο χρόνος αιμοστάσεως να είναι κάτω των 8 λεπτών. Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται από: εγχειρίδιο χρήσεως, prospectus και δημοσιευμένες μελέτες. Διαστάσεις: 5 x 7,5 εκατοστά.	ΝΑΙ		
1.2. ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΓΑΖΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ ΑΠΟ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, 10cm x 20cm Αιμοστατική γάζα από 100% Οξειδωμένη Αναγεννημένη Κυτταρίνη σε συσκευασία αλουμινίου για προστασία από περιβαλλοντικούς παράγοντες (υγρασία, σκόνη και άλλους). Να διαθέτει μάζα πυρήνα 8mg/cm2. Να διαθέτει βακτηριοκτόνο δράση ενάντια σε όλα τα παρακάτω βακτήρια (επί ποινή απόρριψης): methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) penicillin-resistant Streptococcus pneumoniae (PRSP) vancomycin-resistant Enterococcus (VRE methicillin-resistant	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Staphylococcus epidermidis (MRSE) Staphylococcus aureus Bacillus subtilis Staphylococcus epidermidis Proteus vulgaris Micrococcus luteus Corynebacterium xerosis Streptococcus pyogenes Group A Mycobacterium phlei Streptococcus pyogenes Group B Clostridium tetani Streptococcus salivarius Clostridium perfringens Branhamella catarrhalis Bacteroides fragilis Escherichia coli Enterococcus Klebsiella aerogenes Enterobacter cloacae Lactobacillus sp. Pseudomonas aeruginosa Salmonella enteritidis Pseudomonas stutzeri Shigella dysenteriae Proteus mirabilis, η οποία να ποσοτικοποιείται για τους σημαντικότερους. Να απορροφάται εντός 1-2 εβδομάδων με μηδενική ιστική αντίδραση και ο χρόνος αιμοστάσεως να είναι κάτω των 8 λεπτών. Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται από: εγχειρίδιο χρήσεως, prospectus και δημοσιευμένες μελέτες. Διαστάσεις: 10 x 20 εκατοστά.			
1.3.1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΚΑΙ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ (ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ) 5gr ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: α) Αιμοστατική σκόνη σε συσκευασία 5gr, παρασκευασμένη από απορροφήσιμους αιμοστατικούς πολυσακχαρίτες, με δυνατότητα απορρόφησης υγρών έως 45-50 φορές του βάρους της. - Να παρασκευάζεται από 100% πολλαπλά φυτικά σωματίδια αμυλάσης, σε δομή αλυσίδας ώστε να προσδίδει στα σωματίδια της υδρόφιλα και βιοσυμβατά χαρακτηριστικά. - Να μην περιέχει ανθρωπινά ή ζωικά παράγωγα και να μην είναι πυρετογόνος. -Να λειτουργεί τόσο σαν αιμοστατικό όσο και σαν αντισυμφυτικό (αποτρέποντας την συνένωση / συγκόλληση τμημάτων δύο διπλανών σωματικών οργάνων). Η αντισυμφυτική δράση της σκόνης, να πιστοποιείται εγγράφως, βάσει μελέτης. - Να απορροφάται από τον οργανισμό σε 48 ώρες. - Να πραγματοποιεί πήξη σε δύο (2) λεπτά ενεργοποιώντας διπλό μηχανισμό αιμόστασης, δημιουργώντας ένα φράγμα γέλης ερχόμενη σε επαφή με το αίμα ενώ ταυτόχρονα να αυξάνει την συγκέντρωση ινωδογόνου – αιμοπεταλίων – ερυθρών αιμοσφαιρίων για την επιτάχυνση του μηχανισμού πήξης. β) Λαπαροσκοπικό εφαρμογέα για χρήση της αιμοστατικής σκόνης σε Ανοιχτές και Λαπαροσκοπικές επεμβάσεις. - Να είναι μήκους 44cm μιας χρήσης με κλιπ ασφαλείας για αποφυγή διαρροής και ειδικό άκρο με εγκοπή για αποφυγή δημιουργίας θρόμβου.	ΝΑΙ		
1.3.2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΚΑΙ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ (ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ) 3 gr Απορροφήσιμα αιμοστατικά μικροινίδια Οξειδωμένης Αναγενώμενης Κυτταρίνης με ψεκαστικό μηχανισμό. Να επιφέρει αιμόσταση σε λιγότερο των 35 δευτερόλεπτων, με αποδεδειγμένη δεισδυτική ικανότητα στο αίμα φθάνοντας την κύτη της αιμορραγικής περιοχής, βάσει μελέτης. Να δύναται να παρέχει κάλυψη 66 cm2 (εμβαδόν 8.1 x 8.1 cm) Να έχει in vitro βακτηριο-	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
κτόνο δράση για το μέγιστο εύρος μικροοργανισμών ΛΧΠ συμπεριλαμβανομένων των: Ανθεκτικός στη μεθικιλλίνη Staphylococcus aureus (MRSA), Shigella sonnei, Ανθεκτικός στην πενικιλλίνη Streptococcus pneumoniae (PRSP), Serratia marcescens, Ανθεκτικός στη βανκομυκίνη Enterococcus (VRE), Bacillus subtilis, Ανθεκτικός στην μεθικιλλίνη, Staphylococcus epidermidis (MRSE), Proteus vulgaris, Staphylococcus aureus, Corynebacterium xerosis, Staphylococcus epidermidis, Mycobacterium phlei, Micrococcus luteus, Clostridium tetani, Streptococcus Ομάδα A, Clostridium perfringens, Streptococcus Ομάδα B, Bacteroides fragilis, Streptococcus salivarius, Enterococcus sp., Branhamella catarrhalis, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas stutzeri, Lactobacillus sp., Proteus mirabilis, Salmonella enteritidis, η οποία να αναγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσεως. Τουλάχιστον 3 γραμμάρια ουσίας. Ενδοσκοπικός εφαρμογέας συνολικού για το παραπάνω αιμοστατικό υλικό μήκους 36 εκατοστών (συνδυασμένης χρήσης), απαρτιζόμενο από μεταλλικό εξωτερικό αυλό 31 εκατοστών, και εσωτερικό εύκαμπτο ακροφύσιο 38 εκατοστών για βέλτιστη χειρουργική τοποθέτηση και τη στόχευση ανατομικά δυσπρόσιτων περιοχών. Δυνατότητα χρησιμοποίησης εσωτερικού αυλού αυτοτελώς, καθώς και σε συνδυασμό με τον μεταλικό. Δυνατότητα διαπεράσεως κάνουλας διαμέτρου 5 mm και άνω.			
1.4. ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ - ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ, 6ml Αιμοστατική ζελατίνη με ανθρώπινη θρομβίνη 2000IU, σε συσκευασία ενός τεμαχίου μεγαλύτερη των 6ml, για επάρκεια ενός τεμαχίου ανά χειρουργική επέμβαση, με την μικρότερη τιμή ανά ml τελικής ουσίας. Να έχει σταθερή σύσταση (ρεολογικά χαρακτηριστικά) τελικής ουσίας για όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Να συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία: • Μια σύριγγα χωρίς βελόνα προγεμισμένη με 2 mL αποστειρωμένου νερού για ενέσιμα (sWFI) για ταχύτερη ανασύσταση της θρομβίνης, φέρουσα περιστρεφόμενο μπλε παρέμβυσμα, επιτρέποντας την ευελιξία στην τοποθέτηση της σύριγγας κατά περίπτωση. • Εύκαμπτο ακροφύσιο (με μνήμη) με δυνατότητα λειτουργικής κάμψης 360 μοιρών για ανατομικά δυσπρόσιτες περιοχές και άκαμπτο ακροφύσιο με δυνατότητα κοπής στο επιθυμητό μήκος, το οποίο εγγυάται το μη τραυματισμό των επικείμενων ιστών σε περίπτωση επαφής με αυτούς. Να απορροφάται σε 4-6 εβδομάδες. Ολα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσεως, ή δημοσιευμένες μελέτες, ή άλλους τεχνικούς φακέλους και όχι προϊοντικά διαφημιστικά φυλλάδια	ΝΑΙ		
1.5. ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Αιμοστατικός απορροφήσιμος αποστειρωμένος πορώδης σπόγγος Χοίρειας Ζελατίνης, αδιάλυτος στο νερό, για χρήση σε αιμορραγικές επιφάνειες. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στεγνός ή εμποτισμένος σε αποστειρωμένο διάλυμα χλωριούχου νατρίου χωρίς να διαλύεται, να μην κολλάει στα γάντια ή τα εργαλεία όταν βραχεί. Να δύναται να απορροφά 45 φορές το βάρος του. Ο μέσος χρόνος αιμόστασης να είναι κάτω των 6 λεπτών. Να ενδείκνυται για εφαρμογή σε αιμορραγικό βλεννογόνο, όπως επεμβάσεις αιμορροϊδεκτομών, όπου να υγροποιείται από 2 έως 5 ημέρες, να απορροφάται σε 4 έως 6 εβδομάδες και να φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου 15°C – 30°C. Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται απο: εγχειρίδιο χρήσεως, prospectus και δημοσιευμένες μελέτες. Διαστάσεις: 30 x 80 χιλιοστά.			
1.6. ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ Αιμοστατικός σπόγγος Χοίρειας Ζελατίνης, αδιάλυτος στο νερό, με αμελητέες ιστικές αντιδράσεις. Με μέσο χρόνο αιμοστάσεως κάτω των 3, 6 και 10 λεπτών σε επεμβάσεις καρδιοχειρουργικής, γεν. χειρουργικής, και ορθοπεδικής αντιστοίχως, όπως αποδεικνύεται από τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες. Να δύναται να απορροφά 45 φορές το βάρος του. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στεγνός ή εμποτισμένος σε αποστειρωμένο διάλυμα NaCL χωρίς να διαλύεται. Δυνατότητα εφαρμογής σε αιμορραγικό βλεννογόνο, όπου ο σπόγγος υγροποιείται από 2 έως 5 ημέρες. Απορροφάται σε 4 έως 6 εβδομάδες. Διαστάσεις: 7 εκ. Χ 5εκ. Χ 1εκ.	ΝΑΙ		
1.7. ΒΙΟ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΗ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΗΣ, ΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ, ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΓΑΖΑΣ 5 x 7,5cm Μηχανισμός λειτουργίας. Σε αντίθεση με οποιοδήποτε άλλο αιμοστατικό προϊόν που διατίθεται σήμερα, το αιμοστατικό έχει πολλαπλούς μηχανισμούς δράσης. Όταν η μη οξειδωμένη αναγεννημένη κυτταρινική δομή του, η οποία είναι κατοχυρωμένη ι με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από την κατασκευάστριά εταιρεία , έρθει σε επαφή με το αίμα, μετατρέπεται σε ένα παχύ, ανθεκτικό, διογκούμενο τζελ, που προσκολλάται στις επιφάνειες του τραύματος σταματώντας την αιμορραγία σχεδόν ακαριαία . Πλεονεκτήματα αιμοστατικού •Βιοαπορροφήσιμο εμφυτεύσιμο αιμοστατικό μη οξειδωμένης, μη αναγεννημένης κυτταρινικής δομής (NONRCS). •Διασπάτε και απορροφάτε από τον οργανισμό από 7 ως 14 ημέρες. •Απορροφά έως και το 2.500% του βάρους του σε αίμα και παραμένει ενεργά απορροφητικό για έως και 24 ώρες. •Διαθέτει τρισδιάστατη μήτρα γέλης επιτρέποντας τη συγκέντρωση αιμοπεταλίων, ερυθρών αιμοσφαιρίων και παραγόντων πήξης, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που να ευνοεί την πήξη. •Διαθέτει εύκαμπτη τρισδιάστατη μήτρα γέλης ώστε να προσκολλάτε στους περιβάλλοντες ιστούς του τραύματος ώστε να	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
μη μπορεί να αποσπαστεί από την κίνηση του ασθενούς, κατά την διάρκεια κάποιου χειρισμού του τραύματος ή από έντονη αιμορραγία λόγω υψηλής πίεσης. •Μετατρέπει τους παράγοντες πήξης του Plasma Thromboplastin Antecedent ή PTA (XI) και Hageman (XII) από ανενεργούς σε ενεργούς (XIa και XIIa)επιτρέποντας την επίτευξη ταχείας και σταθερής αιμόστασης. •Δεν χρειάζεται συμπίεση για να είναι αποτελεσματικό. •Δεν διοχετεύει καολίνη και δεν ρίχνει σωματίδια πυριτίου στο σημείο αιμορραγίας Τα πλεονέκτημά αυτά, δημιουργούν γρήγορη και αποτελεσματική διακοπή της αιμορραγίας καθώς και πλήρη απορρόφησή του βιοαπορροφήσιμου αιμοστατικού σε μικρό χρονικό διάστημα.			
2.1. ΤΖΕΛ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΦΥΣΕΩΝ Αντισυμφυτικό gel για την πρόληψη των ενδοκοιλιακών, ενδοπυελικών και γυναικολογικών συμφύσεων αποτελούμενο από αποστειρωμένο διαφανές, υψηλού ιξώδους ιατρικό Υαλουρονικό Νάτριο γραμμικού μακρομοριακού βλεννοπολυσακχαρίτη, που ν' αποτελείται από επαναλαμβανόμενο δισακχαρίτη σε σύριγγες των 20ml. Να συνοδεύται με ρύγχος εφαρμογής κατασκευασμένο από πολυμερές υλικό καλής βιοσυμβατότητας, που να διασφαλίζει την ομαλή και ακριβή τοποθέτηση του, σε μήκος 25cm	ΝΑΙ		
3. ΑΜΡU ΠΑΙΔΙΚΕΣ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Να αποτελούνται από ασκό αναζωογόνησης αποστειρωμένο 450-550 ml , βαλβίδα εισόδου αέρα και υποδοχή για σύνδεση με σωλήνα παροχής οξυγόνου, ρεζερβουάρ οξυγόνου (αποθεματικό ασκό) για παιδιά 45ο-550 ml. Να διαθέτει μάσκα παιδιατρική πολλαπλών χρήσεων και peep valve, να φέρει σήμανση CE. Latex free. Το προσφερόμενο παιδιατρικό σύστημα αναζωογόνησης τύπου AMBU θα πρέπει να είναι κατάλληλο για χρήση σε επείγουσες και αναισθησιολογικές καταστάσεις σε παιδιατρικούς ασθενείς, εξασφαλίζοντας αποτελεσματικό αερισμό με θετική πίεση, υψηλή ασφάλεια και αξιόπιστη λειτουργία. Το σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει αποστειρωμένο ασκό αναζωογόνησης (resuscitation bag) χωρητικότητας 450–550 ml, κατάλληλο για τον ασφαλή και ελεγχόμενο αερισμό παιδιατρικών ασθενών, με εργονομικό σχεδιασμό που να διευκολύνει τη χρήση από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό. Θα πρέπει να διαθέτει βαλβίδα εισόδου αέρα με μηχανισμό ασφαλείας, καθώς και υποδοχή για σύνδεση με σωλήνα παροχής οξυγόνου, εξασφαλίζοντας συνεχή και ελεγχόμενη χορήγηση οξυγόνου κατά την αναζωογόνηση. Το σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει ρεζερβουάρ οξυγόνου (reservoir bag) για παιδιά, χωρητικότητας 450–550 ml, κατάλληλο για τη διατήρηση υψηλών συγκεντρώσεων παρεχόμενου οξυγόνου και τη βελτιστοποίηση της αναπνευστικής υποστήριξης.	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Θα πρέπει να συνοδεύεται από παιδιατρική μάσκα πολλαπλών χρήσεων, κατασκευασμένη από βιοσυμβατό υλικό, με εργονομική σχεδίαση για άριστη εφαρμογή και αποτελεσματική στεγανοποίηση στον παιδιατρικό αεραγωγό. Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει βαλβίδα PEEP (Positive End-Expiratory Pressure), η οποία να συμβάλλει στη βελτίωση της οξυγόνωσης και της αναπνευστικής λειτουργίας, ιδιαίτερα σε επείγουσες καταστάσεις. Ολα τα επιμέρους εξαρτήματα θα πρέπει να είναι latex free, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος αλλεργικών αντιδράσεων και να διασφαλίζεται η καταλληλότητα για ευαίσθητους παιδιατρικούς ασθενείς. Το προϊόν θα πρέπει να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και να συμμορφώνεται πλήρως με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/745 (MDR), καθώς και με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα για συσκευές αναζωογόνησης. Το σύστημα θα πρέπει να είναι κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις (επαναχρησιμοποιούμενα εξαρτήματα όπου προβλέπεται), με δυνατότητα εύκολου καθαρισμού και απολύμανσης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Τέλος, το προϊόν θα πρέπει να εξασφαλίζει αξιόπιστη και σταθερή απόδοση σε παιδιατρικές επείγουσες καταστάσεις, με υψηλό επίπεδο ασφάλειας για τον ασθενή και τον χρήστη.			
4. ΑΜΡU ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Να αποτελούνται από ασκό αναζωογόνησης αποστειρωμένο 1200-1500 ml, βαλβίδα εισόδου αέρα και υποδοχή για σύνδεση με σωλήνα παροχής Οξυγόνου, ρεζερβουάρ οξυγόνου (αποθεματικό ασκό) για ενήλικες 2600 (+/- 10%) ml. Να διαθέτει μάσκα ενηλίκων πολλαπλών χρήσεων και peep valve, να φέρει σήμανση CE. Latex free. Το προσφερόμενο σύστημα αναζωογόνησης τύπου AMBU για ενήλικες θα πρέπει να είναι κατάλληλο για χρήση σε επείγουσες και αναισθησιολογικές καταστάσεις, εξασφαλίζοντας αποτελεσματικό αερισμό με θετική πίεση και υψηλό επίπεδο ασφάλειας και αξιοπιστίας. Το σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει αποστειρωμένο ασκό αναζωογόνησης (resuscitation bag) χωρητικότητας 1200–1500 ml, κατάλληλο για επαρκή αερισμό ενήλικων ασθενών, με εργονομικό σχεδιασμό που να επιτρέπει εύκολη και αποτελεσματική χρήση από το ιατρικό προσωπικό. Θα πρέπει να διαθέτει βαλβίδα εισόδου αέρα με μηχανισμό ασφαλείας, καθώς και υποδοχή για σύνδεση με σωλήνα παροχής οξυγόνου, εξασφαλίζοντας συνεχή και ελεγχόμενη χορήγηση οξυγόνου στον ασθενή. Το σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει ρεζερβουάρ οξυγόνου (reservoir bag) χωρητικότητας περίπου 2600 ml (±10%), κατάλληλο για τη διατήρηση υψηλών συγκεντρώσεων παρεχόμενου οξυγόνου κατά τη διάρκεια της αναζωογόνησης.	ΝΑΙ		

<table>
<tr><th>ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</th><th>ΑΠΑΙΤΗΣΗ</th><th>ΑΠΑΝΤΗΣΗ</th><th>ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ</th></tr>
<tr><td>Θα πρέπει να συνοδεύεται από μάσκα ενηλίκων πολλαπλών χρήσεων, κατασκευασμένη από βιοσυμβατό υλικό, με εργονομικό σχεδιασμό για καλή εφαρμογή και αποτελεσματική στεγανοποίηση του αεραγωγού.
Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει βαλβίδα PEEP (Positive End-Expiratory Pressure), για τη διατήρηση θετικής τελοεκπνευστικής πίεσης, βελτιώνοντας την οξυγόνωση και την αναπνευστική λειτουργία του ασθενούς.
Ολα τα επιμέρους εξαρτήματα θα πρέπει να είναι latex free, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος αλλεργικών αντιδράσεων και να είναι κατάλληλα για ευρύ φάσμα ασθενών.
Το προϊόν θα πρέπει να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και να συμμορφώνεται πλήρως με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/745 (MDR), καθώς και με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα για συσκευές αναζωογόνησης και αερισμού.
Το σύστημα θα πρέπει να είναι κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις (επαναχρησιμοποιούμενα εξαρτήματα όπου προβλέπεται), με δυνατότητα εύκολου καθαρισμού και απολύμανσης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Τέλος, το προϊόν θα πρέπει να εξασφαλίζει αξιόπιστη λειτουργία σε επείγουσες συνθήκες, με υψηλή ανθεκτικότητα και σταθερή απόδοση κατά τη διάρκεια της αναζωογόνησης.</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5. έως 7. ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ
Τραυματική βελόνα ραχιαίας αναισθησίας, οσφυϊκής παρακέντησης και κυτταρολογικών βιοψιών
Λοξότμηση βελόνας Quincke

Εργονομική διαφανής λαβή που επιτρέπει τον απόλυτο έλεγχο της βελόνας κατά την προώθηση της ώστε να είναι εύκολη η αναγνώριση της δομής των ιστών.

Ειδική οπτική σήμανση (κρύσταλλο) για άμεση ανίχνευση επιστροφής του ΕΝΥ. Η ασημί αντανάκλαση του κρυστάλλου πριν εισέλθει ο ΕΝΥ γίνετε διαφανής κατά την είσοδο του ΕΝΥ στην λαβή(αλλαγή χρώματος)

Γρήγορη έξοδος εγκεφαλονωτιαίου υγρού λόγο λεπτών τοιχωμάτων της βελόνας.

Άριστη αίσθηση της σκληράς μήνιγγας

Χρωματικός κώδικας

Χαρακτηριστικά Προϊόντος
<table>
<tr><th>Βελόνας mm</th><th>Μήκος σε mm</th><th>G</th><th>Μήκος σε inch</th><th>Χρωμ. Κωδ.</th></tr>
<tr><td>0.70</td><td>40</td><td>22</td><td>1 1/2"</td><td>Μαύρο</td></tr>
</table>
</td><td>ΝΑΙ</td><td></td><td></td></tr>
</table>

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ					ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
0.70	75	22	3"	μαύρο			
0.70	88	22	3 1/2"	μαύρο			
0.70	120	22	4 3/4"	μαύρο			
0.53	75	25	3"	Πορτο-καλί			
0.53	88	25	3 1/2"	Πορτο-καλί			
0.53	120	25	4 3/4"	Πορτο-καλί			
11. ΕΚΡΙΖΩΤΕΣ ΚΙΡΣΩΝ ΣΑΦΗΝΕΚΤΟΜΗΣ (STRIPPER ΜΗΚΟΥΣ 90cm) Τεχνικά Χαρακτηριστικά & Προδιαγραφές Σύρμα / Οδηγός (Cable): Υλικό: Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι υψηλής αντοχής ή ειδικό νάιλον (πολυαμίδιο) για μέγιστη ευκαμψία χωρίς τον κίνδυνο θραύσης ή στρέβλωσης (kinking). Επικάλυψη: Συχνά διαθέτει πλαστική επικάλυψη (λεία επιφάνεια) για να γλιστράει εύκολα μέσα στον αυλό της φλέβας χωρίς τριβές. Μήκος: Standard στα 90 cm (επαρκές για ολόκληρο το μήκος του ποδιού). Κεφαλές Εκρίζωσης (Olives / Cups): Σετ: Συνήθως συνοδεύονται από 4 διαφορετικά μεγέθη κεφαλών (π.χ. διαμέτρου 6mm, 9mm, 12mm και 15mm) για προσαρμογή στη διάμετρο της φλέβας του ασθενούς. Σχήμα: Κωνικό ή καμπυλωτό άκρο (ατραυματικό) για την εύκολη εισαγωγή και σχήμα "κούπας" στο πίσω μέρος για τη σταθερή συγκράτηση της φλέβας κατά την έλξη. Λαβή Έλξης (Handle): Περιλαμβάνεται μια εργονομική λαβή που προσαρμόζεται στο άκρο του σύρματος, επιτρέποντας στον χειρουργό να ασκεί τη δέουσα δύναμη με σταθερότητα κατά την εκρίζωση. Λειτουργικότητα: Αμφίδρομη χρήση: Πολλά μοντέλα επιτρέπουν την εισαγωγή είτε από την περιοχή της βουβωνικής χώρας είτε από τον αστράγαλο. Ατραυματικό άκρο: Η κεφαλή οδηγός είναι στρογγυλεμένη για να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα τραυματισμού των γύρω ιστών ή των νεύρων.					ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Συσκευασία & Ασφάλεια Τύπος: Κυρίως μιας χρήσης (Disposable) για την αποφυγή λοιμώξεων και τη διατήρηση της ακεραιότητας του σύρματος. Αποστείρωση: Παραδίδονται σε αποστειρωμένη διπλή συσκευασία (Sterile, EO). Πρότυπα: Κατασκευή σύμφωνα με τα ιατρικά πρότυπα ISO και σήμανση CE.			
12. έως 16. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΧΩΡΙΣ CUFF No 2, 2.5, 3, 3.5, 4 Να είναι : Προσχηματισμένοι κεκαμμένοι σωλήνες κατασκευασμένοι από μαλακό PVC, latex free, DEHP free, αποστειρωμένοι, μιας χρήσηςΟ σωλήνας να έχει διαβάθμιση σε όλο του το μήκος, να είναι ακτινοσκιερός έως το κατώτερο άκρο του, χωρίς να διακόπτεται η ακτινοσκιερή γραμμή του. Να διαθέτει Murphy eye, κατάλληλος για στοματική διασωλήνωση, με μαύρο δακτυλίδι σε όλη τη περίμετρο του σωλήνα και πάνω από το cuff για ένδειξη σωστής τοποθέτησης. Να υπάρχουν οι ενδείξεις αποστείρωσης και η απουσία latex επί της ατομικής συσκευασίας του είδους.	ΝΑΙ		
17. έως 26. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕ CUFF No 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9 Ενδοτραχειακός σωλήνας για στοματική και ρινική διασωλήνωση με αεροθάλαμο από pvc υψηλού όγκου και χαμηλής πίεσης. Με όγκο αέρος του cuff πάνω από 25ml για πίεση 30- 35 της στήλης ύδατος που φουσκώνει ομοιόμορφα. Το cuff να έχει λεπτά τοιχώματα και να είναι εύκαμπτο για διευκόλυνση της διασωλήνωσης και αποφυγή τραυματισμού των τοιχωμάτων της τραχείας. Με ακτινοσκιερή γραμμή σε όλο το ραχιαίο μήκος του που να επιτρέπει τον εντοπισμό και την επιβεβαίωση της θέσης του σωλήνα (tip to tip). Δυο μαύρα ακτινοσκιερά δακτυλίδια σε όλη την περίμετρο του σωλήνα περίπου 2 εκ. Πάνω από το cuff για ένδειξη σωστής τοποθέτησης. Το cuff να εφάπτεται πλήρως στο σωλήνα όταν είναι ξεφούσκωτο και να είναι απόλυτα συμμετρικό όταν φουσκώνει. Ο σωλήνας να έχει αριθμημένες διαβαθμίσεις στην εξωτερική του επιφάνεια, να διαθέτει ειδικά τηγμένο άκρο, που βοηθάει τη διασωλήνωση και παρέχει άνεση και υψηλή ασφάλεια για τον ασθενή και αποσπώμενο συνδετικό 15μμ. Ο λόγος της εσωτερικής από την εξωτερική διάμετρο να ειναι μικρότερος του 1.41 σε όλα τα μεγέθη. Να αναγράφεται το μέγεθος του σωλήνα στο κάτω και άνω μέρος του. Μ.Χ, αποστειρωμένος με αιθυλενοξείδιο για 5 χρόνια. Να υπάρχουν αντίστοιχες ενδείξεις επί της συσκευασίας. Μεγέθη: 4.5 – 9.0 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ Ενδοτραχειακός σωλήνας από PVC για στοματική και ρινική διασωλήνωση με ενσωματωμένο αυλό αναρρόφησης των υπο-	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
γλωττιδικών εκκρίσεων στο τοίχωμα του σωλήνα που μπορεί να συνδεθεί με συσκευή αναρρόφησης ή με σύριγγα για την αποστράγγιση του υπογλωττιδικού χώρου. Να διαθέτει αεροθάλαμο κωνικού σχήματος με βαθμιαία μειούμενη διάμετρο σε όλο το μήκος ώστε να βελτιώνεται η απόδοση φραγής κατά 90%. Να διαθέτει συνδετικό 15mm και Murphy eye. Να διατίθεται σε μεγέθη 6.00mm έως 9.00mm			
27. έως 32. ΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ SPIRAL ΜΕ CUFF No 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5 Να είναι: Σωλήνας με ομοιόμορφη μεταλλική σπείρα ενίσχυσης, η οποία δεν τσακίζει και δε μικραίνει τη διάμετρο του σωλήνα - από μαλακό PVC, latex free, DEHP free, αποστειρωμένοι, μιας χρήσης. Ο αεροθάλαμος να είναι Υψηλού Όγκου-Χαμηλής Πίεσης (Hi-Lo), ώστε η επιφάνεια επαφής του στην τραχεία να είναι μεγάλη χωρίς να εξασκείται πίεση. Στον οδηγό πλήρωσης του cuff να αναγράφεται το νούμερο του σωλήνα για ευκρινή έλεγχο. Ο σωλήνας να έχει διαβάθμιση σε όλο του το μήκος, να είναι ακτινοσκιερός έως το κατώτερο άκρο του, χωρίς να διακόπτεται η ακτινοσκιερή γραμμή του. Να διαθέτει Murphy eye, κατάλληλος για στοματική διασωλήνωση, με μαύρο δακτυλίδι σε όλη τη περίμετρο του σωλήνα και πάνω από το cuff για ένδειξη σωστής τοποθέτησης. Να υπάρχουν οι ενδείξεις αποστείρωσης και η απουσία latex επί της ατομικής συσκευασίας του είδους.	ΝΑΙ		
33. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ (ΤΥΠΟΥ TENSOPLAST). 1. Υλικό Κατασκευής • Σύνθεση: Υφαντό ύφασμα από 100% βαμβάκι υψηλής ποιότητας. • Ελαστικότητα: Διαθέτει μεγάλη ελαστικότητα κατά μήκος (συνήθως 50-70%), επιτρέποντας την προσαρμογή στις κινήσεις του σώματος χωρίς να περιορίζει την κυκλοφορία. • Διαπνοή: Η ύφανση είναι πορώδης, επιτρέποντας στο δέρμα να «αναπνέει», γεγονός που μειώνει τον κίνδυνο διαβροχής (maceration) του δέρματος. 2. Συγκολλητική Επιφάνεια • Κόλλα: Περιέχει οξείδιο του ψευδαργύρου (Zinc Oxide), το οποίο προσφέρει εξαιρετική αρχική και διαρκή πρόσφυση, ακόμη και υπό πίεση ή εφίδρωση. • Εφαρμογή: Η κόλλα είναι απλωμένη σε γραμμές (porous coating) για να διευκολύνεται ο εξαερισμός. • Σταθερότητα: Διατηρεί τη συμπίεση σταθερή για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να χαλαρώνει.	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
3. Σχεδιασμός & Χρήση • Κίτρινη Γραμμή: Φέρει μια κίτρινη κεντρική γραμμή (σήμα κατατεθέν του Tensoplast) που βοηθά στην ευθυγράμμιση και τη σωστή αλληλοκάλυψη των στρώσεων κατά την εφαρμογή. • Άκρα: Διαθέτει μαλακά άκρα (non-frayed edges) που δεν ξεφτίζουν και δεν «κόβουν» το δέρμα. Διαστάσεις: Να διατίθεται σε πλάτη 5cm, 7.5cm και 10cm με μήκος (τεντωμένο) 2.5m ή 4.5m			
34. ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ ΛΟΥΠ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΥ QMR Τα προσφερόμενα είδη να είναι του ιδίου οίκου με την γεννήτρια.	ΝΑΙ		
ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΘΟΔ			
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΤΡΙΧΑ ΜΕΘΟΔΟΥ QMR ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΔΙΑΜΕΤΡΙΟΥ			
ΗΛΕΚΤΟΔΙΟ ΤΡΙΧΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 30mm			
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΤΥΠΟΥ ΒΕΛΟΝΗ ΜΗΚΟΥΣ 50mm ΜΕ ΔΙΑΤΟΜΗ ΕΝΕΡΓ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟ ΑΚΡΟ 20mm ΜΕΘΟΔΟΥ QMR			
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΜΠΙΛΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 2mm ΚΑΙ ΜΟΝΟΜΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤ QMR			
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΜΠΙΛΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 4mm ΚΑΙ ΜΟΝΟΜΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤ QMR			
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗ NON STICK (ενεργου σωματος 2 νου σωματος 25mm)			
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ NON STICK ΜΕΘΟΔΟΥ QM			
ΚΕΡΑΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΟΔΟΥ QMR ΑΝΩ ΤΩΝ			
Τα υλικά να είναι του ιδίου κατασκευαστικού οίκου με την γεννήτρια για μέγιστη ασφάλεια και βέλτιστο αποτέλεσμα. • Συμβατά με την Γεννήτρια κβαντικού μοριακού συντονισμού, Με τις εξής προδιαγραφές: • Να διαθέτει έξοδο ραδιοσυχνοτήτων εντάσεως 4-8-12-16 MHz σε μονοπολική και διπολική λειτουργία, λειτουργία Cut (τομής) ,cut coag (τομής αιμόστασης) ή Coagulation (αιμόστασης), • Να ενεργοποιείται με δακτυλοδιακόπτη ή ποδοδιακόπτη ανάλογα με τον τρόπο χρήσης με δυνατότητα μεταβολής της έντασης από τον μπροστινό πίνακα. • Να έχει την δυνατότητα λειτουργίας με 2 ταυτόχρονα συνδεδεμένα εξαρτήματα,έτοιμα προς χρήση. • Να είναι εξοπλισμένα με ένα σύστημα παρακολούθησης της ποιότητας επαφής του διαιρεμένου ουδέτερου ηλεκτροδίου. • Να διαθέτει λειτουργίες αυτόματης εκκίνησης και ελέγχου σύνθετης αντίστασης A.I. enanched. • Να διαθέτει πιστοποίηση MDR.			
35. ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ 110y.401 HOOK	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Μονοπολικό ηλεκτρόδιο μιας χρήσης J-HOOK 5X330χιλ. με δύο ενσωματωμένα κουμπιά, κοπής και αιμόστασης, ενσωματωμένο μη αφαιρούμενο καλώδιο σύνδεσης σε γεννήτρια διαθερμίας τριών μέτρων και **αναρρόφηση καπνού** με ενσωματωμένο σωλήνα και βαλβίδα. Το προσφερόμενο μονοπολικό ηλεκτρόδιο μίας χρήσης τύπου J-HOOK θα πρέπει να είναι κατάλληλο για χρήση σε χειρουργικές επεμβάσεις με διαθερμία, εξασφαλίζοντας υψηλή ακρίβεια κοπής και αποτελεσματική αιμόσταση, με ασφάλεια και εργονομία κατά τη χρήση. Το ηλεκτρόδιο θα πρέπει να έχει μορφολογία τύπου J-HOOK και διαστάσεις περίπου 5 x 330 mm, κατάλληλο για λαπαροσκοπικές και ανοιχτές χειρουργικές επεμβάσεις, παρέχοντας ευελιξία και ακριβή χειρισμό στο χειρουργικό πεδίο. Θα πρέπει να διαθέτει δύο ενσωματωμένα κουμπιά χειρισμού επί της λαβής, ένα για λειτουργία κοπής και ένα για λειτουργία αιμόστασης, επιτρέποντας άμεση εναλλαγή λειτουργιών χωρίς ανάγκη αλλαγής εργαλείου. Το εργαλείο θα πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένο, μη αφαιρούμενο καλώδιο σύνδεσης με γεννήτρια διαθερμίας, μήκους περίπου 3 μέτρων, εξασφαλίζοντας επαρκή ελευθερία κινήσεων και ασφαλή μεταφορά ενέργειας. Θα πρέπει να ενσωματώνει σύστημα αναρρόφησης καπνού (smoke evacuation), με ενσωματωμένο σωλήνα και βαλβίδα, ώστε να απομακρύνονται αποτελεσματικά οι χειρουργικοί καπνοί από το πεδίο, βελτιώνοντας την ορατότητα και την ασφάλεια του χειρουργού και του προσωπικού. Το σύστημα αναρρόφησης θα πρέπει να είναι εργονομικά ενσωματωμένο στο εργαλείο, χωρίς να επηρεάζει τον χειρισμό και τη λειτουργικότητα του ηλεκτροδίου. Το προϊόν θα πρέπει να είναι αποστειρωμένο, μίας χρήσης, έτοιμο προς άμεση χειρουργική εφαρμογή, με πλήρη στοιχεία ιχνηλασιμότητας και σήμανση ασφαλούς χρήσης. Θα πρέπει να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και να συμμορφώνεται πλήρως με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/745 (MDR), καθώς και με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα για ηλεκτροχειρουργικά εργαλεία. Τέλος, το μονοπολικό ηλεκτρόδιο θα πρέπει να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο ασφάλειας, αξιοπιστίας και λειτουργικότητας, συμβάλλοντας στη βελτίωση της χειρουργικής ακρίβειας και στη μείωση των διεγχειρητικών επιπλοκών.			
Α/Α 36 ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΠΕΔΙΑ (210cm x 120cm) Ισοθερμικά πεδία τριών στρωμάτων (βαμβακερή nonwoven επένδυση, επένδυση ανακλαστικού φιλμ με ψήγματα αλουμινίου υφασμένο σε κυψελίδες και μη αγώγιμη μονωτική πλαστική επίστρωση) μίας χρήσης. Να είναι ελεύθερα latex, αντιστατικά, μη αγώγιμα, να καλύπτουν όλες τις οδηγίες περί μη εύφλεκτων προϊόντων, να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε CT/ X-Ray, καθώς και σε επεμβάσεις με χρήση laser.	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Να προσφέρουν απαλότητα και άνεση στον ασθενή και να επιτρέπουν τη διαπνοή. Να αντανακλούν τη θερμότητα του σώματος και τη συντηρούν σε υψηλά επίπεδα, διατηρώντας τη έως και 95%. Να μην απορροφούν υγρά, απόλυτα υγρο-απωθητικά, με στρογγυλεμένες γωνίες και λαιμόκοψη, «ματ» φινίρισμα για αποφυγή ανάκλασης του φωτός, φιλικά προς το περιβάλλον, να μην απελευθερώνουν ίνες ή άλλα σωματίδια κατά τη χρήση τους (non linting) και είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις ISO 9073-10, διαστάσεων 120 εκ. x 210εκ., με λαιμόκοψη.			
37. ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ No 12, 14, 16, 18 Να είναι: Καθετήρας Ελεγχόμενης Αναρρόφησης με βαλβίδα (control), ανοικτού άκρου με δύο (2) πλευρικές οπές, ακτινοσκιερός, μιας χρήσης, Είναι κατασκευασμένος από υλικό διάφανο, ιατρικού τύπου PVC (medical grade) και το μήκος του έως 55cm. αποστειρωμένος σε ατομική συσκευασία. Είναι κατασκευασμένος από υλικό διάφανο, ιατρικού τύπου PVC (medical grade) και το μήκος του έως 55cm. Φέρει βαλβίδα (control valve) προκειμένου να επιτυγχάνεται ελεγχόμενη αναρρόφηση. Το άκρο του είναι ανοικτό στρογγυλοποιημένο και μη τραυματικό, ενώ οι πλάγιες οπές του είναι λείες και στρογγυλοποιημένες προκειμένου να μην τραυματίζουν. Ο καθετήρας δεν τσακίζει και η υποδοχή είναι έγχρωμη ανάλογα με το μέγεθος του καθετήρα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα· Είναι αποστειρωμένος με Οξείδιο αιθυλενίου (ΕΟ) και συσκευασμένος σε ασφαλή συσκευασία Peel Pack. · Να είναι Latex Free- Dhep Free.	ΝΑΙ		
38. ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΙΑ ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ Μ.Χ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ Καλώδιο πολλαπλών χρήσεων για γείωση διαθερμίας universal, με μήκος 5m. Είναι latex free	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
39. ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ Να διατίθεται αποστειρωμένο, ως υγρό τοπικό συγκολλητικό δέρματος που περιέχει ένα μονομερές ιδιοσκεύασμα (2-οκτυλ κυανοακρυλικός εστέρας) και τη χρωστική ουσία D & C Ιώδης #2. Να παρέχεται ως συσκευή εφαρμογής μίας χρήσης, χωρίς πτερύγια, σε συσκευασία αμπούλας (blister) 0,36ml. Το υγρό να έχει ιξώδες και να πολυμερίζεται μέσα σε λίγα λεπτά. Να παρέχει πάνω από 90% αντιμικροβιακή προστασία εντός 72 ωρών από την εφαρμογή του. Να δύναται να παράγει ζώνη αναχαίτισης στα gram-θετικά βακτήρια (MRSA and MRSE) και gram-αρνητικά βακτήρια (E coli) in vitro. Να στεγνώνει σε 2.4min. Να κατατεθούν επί ποινή απόρριψης κλινικές μελέτες του προϊόντος (όχι του υλικού) και τα απαραίτητα έγγραφα προς τεκμηρίωση.			
40. ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΕΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΙ ΜΗΚΟΥΣ 60mm Επαναφορτιζόμενο εργαλείο μιας χρήσης, ευθείας συρραφής-διατομής ιστών (8 πυροδοτήσεων) προφορτωμένο με ανταλλακτική κεφαλή, με νέα κοπτική λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι σε κάθε επαναφόρτιση και μηχανισμό αποφυγής προπυροδότησης και επαναπυροδότησης. Ρυθμιζόμενη αμφίπλευρη πυροδότηση με ενισχυμένους σιαγώνες και διπλή κεντρική στήριξη για μεγαλύτερη αντοχή στις στρεβλώσεις. Χειρολαβές με ενσωματωμένο πολυμερές για βέλτιστο έλεγχο του εργαλείου. Να τοποθετεί δύο τριπλές ανισοϋψείς αλληλοκαλυπτόμενες γραμμές συρραφής εκατέρωθεν της διατομής για αυξημένη ασφάλεια συρραφής, με αγκτήρες τιτανίου ορθογώνιας διατομής που να διαθέτουν την μέγιστη αντοχή σε λυγισμό για αποφυγή στρέβλωσης του κλίπ, ύψους αντίστοιχα (2,4mm-2,7mm-3mm) για αγγειακούς/μεσαίους ιστούς, (3mm-3,5mm-4mm) για μεσαίους/παχείς ιστούς και (4mm-4,5mm-5mm) για πολύ παχείς ιστούς. 60mm για μεσαίους/παχείς ιστούς (με ύψος ανοικτού κλιπ 3,0-3,5-4,0mm). Η προμηθεύτρια εταιρεία, σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την κατασκευάστρια, να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι είναι εξουσιοδοτημένη από τον κατασκευαστικό οίκο για την τεχνική υποστήριξη των προϊόντων και την τήρηση των διαδικασιών σε πιθανή ανάκληση/απόσυρση προϊόντος.	ΝΑΙ		
41. ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΕΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΙ ΜΗΚΟΥΣ 80mm Επαναφορτιζόμενο εργαλείο μιας χρήσης, ευθείας συρραφής-διατομής ιστών (8 πυροδοτήσεων) προφορτωμένο με ανταλλακτική κεφαλή, με νέα κοπτική λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι σε κάθε επαναφόρτιση και μηχανισμό αποφυγής προπυροδότησης και επαναπυροδότησης. Ρυθμιζόμενη αμφίπλευρη πυροδότηση με ενισχυμένους σιαγώνες και διπλή κεντρική στήριξη για μεγαλύτερη αντοχή στις στρεβλώσεις. Χειρολαβές με ενσωματωμένο πολυμερές για βέλτιστο έλεγχο του εργαλείου. Να τοποθετεί δύο τριπλές ανισοϋψείς αλληλοκαλυπτόμενες γραμμές συρραφής εκατέρωθεν της διατομής για αυξημένη ασφάλεια συρραφής, με αγκτήρες τιτανίου ορθογώνιας διατομής που να	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
διαθέτουν την μέγιστη αντοχή σε λυγισμό για αποφυγή στρέβλωσης του κλίπ, ύψους αντίστοιχα (2,4mm-2,7mm-3mm) για αγγειακούς/μεσαίους ιστούς, (3mm-3,5mm-4mm) για μεσαίους/παχείς ιστούς και (4mm-4,5mm-5mm) για πολύ παχείς ιστούς. 80mm για μεσαίους/παχείς ιστούς (με ύψος ανοικτού κλιπ 3,0-3,5-4,0mm). Η προμηθεύτρια εταιρεία, σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την κατασκευάστρια, να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι είναι εξουσιοδοτημένη από τον κατασκευαστικό οίκο για την τεχνική υποστήριξη των προϊόντων και την τήρηση των διαδικασιών σε πιθανή ανάκληση/απόσυρση προϊόντος.			
42. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΕΣ ΜΗΚΟΥΣ 60mm Ανταλλακτική κεφαλή για επαναφορτιζόμενο εργαλείο μιας χρήσης, ευθείας συρραφής-διατομής ιστών, με νέα κοπτική λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι σε κάθε επαναφόρτιση και μηχανισμό αποφυγής προπυροδότησης και επαναπυροδότησης. Να τοποθετεί δύο τριπλές ανισοϋψείς αλληλοκαλυπτόμενες γραμμές συρραφής εκατέρωθεν της διατομής για αυξημένη ασφάλεια συρραφής, με αγκτήρες τιτανίου ορθογώνιας διατομής που να διαθέτουν την μέγιστη αντοχή σε λυγισμό για αποφυγή στρέβλωσης του κλίπ, ύψους αντίστοιχα (2,4mm-2,7mm-3mm) για αγγειακούς/μεσαίους ιστούς, (3mm-3,5mm-4mm) για μεσαίους/παχείς ιστούς και (4mm-4,5mm-5mm) για πολύ παχείς ιστούς. 80mm για μεσαίους/παχείς ιστούς (με ύψος ανοικτού κλιπ 3,0-3,5-4,0mm) 60mm για μεσαίους/παχείς ιστούς (με ύψος ανοικτού κλιπ 3,0-3,5-4,0mm). Η προμηθεύτρια εταιρεία, σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την κατασκευάστρια, να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι είναι εξουσιοδοτημένη από τον κατασκευαστικό οίκο για την τεχνική υποστήριξη των προϊόντων και την τήρηση των διαδικασιών σε πιθανή ανάκληση/απόσυρση προϊόντος.	ΝΑΙ		
43. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΕΣ ΜΗΚΟΥΣ 80mm Ανταλλακτική κεφαλή για επαναφορτιζόμενο εργαλείο μιας χρήσης, ευθείας συρραφής-διατομής ιστών, με νέα κοπτική λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι σε κάθε επαναφόρτιση και μηχανισμό αποφυγής προπυροδότησης και επαναπυροδότησης. Να τοποθετεί δύο τριπλές ανισοϋψείς αλληλοκαλυπτόμενες γραμμές συρραφής εκατέρωθεν της διατομής για αυξημένη ασφάλεια συρραφής, με αγκτήρες τιτανίου ορθογώνιας διατομής που να διαθέτουν την μέγιστη αντοχή σε λυγισμό για αποφυγή στρέβλωσης του κλίπ, ύψους αντίστοιχα (2,4mm-2,7mm-3mm) για αγγειακούς/μεσαίους ιστούς, (3mm-3,5mm-4mm) για μεσαίους/παχείς ιστούς και (4mm-4,5mm-5mm) για πολύ παχείς ιστούς. 80mm για μεσαίους/παχείς ιστούς (με ύψος ανοικτού κλιπ 3,0-3,5-4,0mm) 80mm για μεσαίους/παχείς ιστούς (με ύψος ανοικτού κλιπ 3,0-3,5-4,0mm). Η προμηθεύτρια εταιρεία, σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την κατασκευάστρια,	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι είναι εξουσιοδοτημένη από τον κατασκευαστικό οίκο για την τεχνική υποστήριξη των προϊόντων και την τήρηση των διαδικασιών σε πιθανή ανάκληση/απόσυρση προϊόντος.			
44. ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΑΣ Κυκλικοί αναστομωτήρες με τριπλή γραμμή συρραφής για εκμηδενισμό των διαφυγών, κυρτοί με ισχυρούς αγκτήρες (κλιπς) τιτανίου κλιμακωτής σχεδίασης διαφορετικού ύψους που προσδίδουν μεγαλύτερη ασφάλεια (3,0mm -3,5mm - 4,0mm & 4,0mm -4,5mm - 5,0mm), μεσαίους - παχείς & παχείς - πολύ παχείς ιστούς. Με ανακλινόμενη κεφαλή ώστε να εκμηδενίζεται η πιθανότητα κακοποίησης της αναστόμωσης κατά την απόσυρση του εργαλείου. α) Για ανοιχτές και λαπαροσκοπικές επεμβάσεις μήκους 22 εκ. Διαμέτρου 25mm (με ύψος ανοικτού κλιπ 4,0-4,5-5,0mm) β) Για ανοιχτές και λαπαροσκοπικές επεμβάσεις μήκους 22 εκ. Διαμέτρου 28mm (με ύψος ανοικτού κλιπ 4,0-4,5-5,0mm) γ) Για ανοιχτές και λαπαροσκοπικές επεμβάσεις μήκους 22 εκ. Διαμέτρου 31mm (με ύψος ανοικτού κλιπ 4,0-4,5-5,0mm) Η προμηθεύτρια εταιρεία, σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την κατασκευάστρια, να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι είναι εξουσιοδοτημένη από τον κατασκευαστικό οίκο για την τεχνική υποστήριξη των προϊόντων και την τήρηση των διαδικασιών σε πιθανή ανάκληση/απόσυρση προϊόντος.	ΝΑΙ		
46, 47, 48. ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΜΕ GEL Υλικά και Κατασκευή • Υλικό Cuff: Κατασκευασμένη από ιατρικού βαθμού θερμοπλαστικό ελαστομερές (TPE), το οποίο είναι μαλακό, τζελ-ειδές και προσαρμόζεται στην ανατομία με τη θερμοκρασία του σώματος. • Σύνθεση: Η συσκευή είναι Latex-free και PVC-free, μειώνοντας τον κίνδυνο αλλεργικών αντιδράσεων και ερεθισμών. • Αποστείρωση: Διατίθεται αποστειρωμένη (συνήθως με ακτινοβολία ή ΕΤΟ) και προορίζεται για μία χρήση (single use). Λειτουργικές Προδιαγραφές • Συνδετικό (Connector): Διαθέτει τυπικό σύνδεσμο 15mm, συμβατό με όλα τα standard συστήματα αναπνοής και ασκούς ανάνηψης. • Πίεση Στεγανότητας (Leak Pressure): Παρέχει υψηλές πιέσεις στεγανότητας, συνήθως μεταξύ 20–30 cm H_2O, επιτρέποντας αποτελεσματικό αερισμό υπό θετική πίεση. • Γαστρικός Δίαυλος (Gastric Channel): Επιτρέπει την εισαγωγή ρινογαστρικού καθετήρα (Levin) για την παροχέτευση του στομάχου (εξαιρείται το μέγεθος 1).	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
• Προστασία: Ενσωματωμένο σκληρό τμήμα (bite block) για την αποφυγή σύγκλεισης του αυλού αν ο ασθενής δαγκώσει τη συσκευή. Τεχνικός Πίνακας Μεγεθών και Συμβατότητας Κάθε μέγεθος έχει συγκεκριμένα όρια για τη χρήση παρελκόμενων σωλήνων: Μέγεθος i-gel | Βάρος Ασθενούς | Μέγιστος Γαστρικός Σωλήνας **3.0** (Ενήλικες) | 30 – 60 kg | 12 FG **4.0** (Ενήλικες) | 50 – 90 kg | 12 FG **5.0** (Ενήλικες) | > 90 kg | 14 FG			
49, 50, 51. ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ Αεραγωγός LMA Unique (αεροθάλαμος σιλικόνης) με τεχνολογία φουσκώματος με πιλοτικό μπαλόνι. Αυτή η λαρυγγική μάσκα προσφέρει τα πλεονεκτήματα μιας επαναχρησιμοποιήσιμης μάσκας (απαλότητα, ευκαμψία), ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τους κινδύνους μόλυνσης της επαναποστείρωσης. **Χαρακτηριστικά:** • Αεροθάλαμος σιλικόνης. • Σωλήνας PVC. • Δεν περιέχει λάτεξ από φυσικό καουτσούκ. • Αποστειρωμένος. • Μίας χρήσης. **Μέγεθος:** • 1: Νεογνά/βρέφη έως 5 kg - 4 ml. • 1.5: Βρέφη 5-10 kg - 7 ml. • 2: Βρέφη/παιδιά 10-20 kg - 10 ml. • 2.5: Παιδιά 20-30 kg - 14 ml. • 3: Παιδιά 30-50 kg - 20 ml. • 4: Ενήλικες 50-70 kg - 30 ml. • 5: Ενήλικες 70-100 kg - 40 ml. • 6: Μεγαλόσωμοι ενήλικες πάνω από 100 kg - 50 ml. Οι προσφερόμενες λαρυγγικές μάσκες αεραγωγού θα πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση σε αναισθησιολογικές και επείγουσες διαδικασίες διαχείρισης αεραγωγού, εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο ασφάλειας, αποτελεσματικότητας και αξιοπιστίας κατά την εφαρμογή τους. Το σύστημα θα πρέπει να είναι τύπου LMA Unique, με αεροθάλαμο από σιλικόνη, ο οποίος να παρέχει άριστη προσαρμογή στην ανατομία του αεραγωγού και αποτελεσματική στεγανοποίηση, συμβάλλοντας στη διατήρηση ασφαλούς αερισμού του ασθενούς.	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Η πλήρωση του αεροθαλάμου θα πρέπει να πραγματοποιείται μέσω τεχνολογίας φουσκώματος με πιλοτικό μπαλόνι (pilot balloon), το οποίο να επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο της πίεσης και της σωστής τοποθέτησης της συσκευής. Ο σωλήνας της λαρυγγικής μάσκας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από PVC ιατρικής χρήσης, με κατάλληλη ευκαμψία και μηχανική αντοχή, ώστε να διευκολύνει την εισαγωγή και την ασφαλή διαχείριση του αεραγωγού. Το προϊόν θα πρέπει να είναι χωρίς λάτεξ από φυσικό καουτσούκ (latex free), ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος αλλεργικών αντιδράσεων και να είναι κατάλληλο για ευρύ φάσμα ασθενών. Οι λαρυγγικές μάσκες θα πρέπει να είναι αποστειρωμένες, μίας χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη ασφάλεια και αποφυγή κινδύνου διασταυρούμενων λοιμώξεων, χωρίς να απαιτείται επαναποστείρωση. Το προϊόν θα πρέπει να διατίθεται σε πλήρη σειρά μεγεθών, κατάλληλη για νεογνά, παιδιά και ενήλικες, ως ακολούθως: • Μέγεθος 1: Νεογνά/βρέφη έως 5 kg – 4 ml • Μέγεθος 1.5: Βρέφη 5–10 kg – 7 ml • Μέγεθος 2: Βρέφη/παιδιά 10–20 kg – 10 ml • Μέγεθος 2.5: Παιδιά 20–30 kg – 14 ml • Μέγεθος 3: Παιδιά 30–50 kg – 20 ml • Μέγεθος 4: Ενήλικες 50–70 kg – 30 ml • Μέγεθος 5: Ενήλικες 70–100 kg – 40 ml • Μέγεθος 6: Μεγαλόσωμοι ενήλικες άνω των 100 kg – 50 ml Οι συσκευές θα πρέπει να είναι σχεδιασμένες ώστε να εξασφαλίζουν εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση, σταθερή εφαρμογή και αποτελεσματικό αερισμό, μειώνοντας τον κίνδυνο διαρροών και επιπλοκών κατά τη χρήση. Το προϊόν θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/745 (MDR) και να συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης του κατασκευαστή. Τέλος, θα πρέπει να διαθέτει πλήρη τεκμηρίωση ποιότητας και ασφάλειας, καθώς και οδηγίες χρήσης σε νοσοκομειακό περιβάλλον, κατάλληλες για επαγγελματίες υγείας.			
68., 69., 70. ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ (REDON) ΜΕΓΕΘΟΣ : ΜΕΓΑΛΟ, ΜΕΣΑΙΟ, ΜΙΚΡΟ 1. Μεγέθη Φιαλών (Χωρητικότητα) • Μεγάλο (Large): Χωρητικότητα 600 ml. Χρησιμοποιείται σε μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις (π.χ. ορθοπεδικές, γενική χειρουργική) όπου αναμένεται μεγάλη ποσότητα εκκρίσεων. • Μεσαίο (Medium): Χωρητικότητα 400 ml. Το πιο κοινό μέγεθος για επεμβάσεις μέσης βαρύτητας.	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
• Μικρό (Small): Χωρητικότητα 200 ml (ή 50-100 ml για παιδιατρική χρήση/μικρές τομές). Ιδανικό για πλαστική χειρουργική ή επεμβάσεις θυρεοειδούς. 2. Χαρακτηριστικά Φιάλης • Υλικό: Κατασκευασμένη από άκαμπτο, διαφανές πλαστικό (PVC ή PETG) για εύκολη παρακολούθηση του περιεχομένου. • Κενό (Vacuum): Διατίθενται προ-εκκενωμένες (pre-evacuated) με υψηλό κενό (high vacuum) για άμεση λειτουργία. • Ενδείξεις: Φέρουν διαβάθμιση (κλίμακα) ανά 10-50 ml και δείκτη κενού (πράσινο/κόκκινο έμβολο) που δείχνει αν το σύστημα παραμένει ενεργό. • Βαλβίδες: Διαθέτουν αντεπίστροφη βαλβίδα για την αποφυγή παλινδρόμησης υγρών προς τον ασθενή. 3. Καθετήρες Παροχέτευσης (Redon Drains) • Διάμετρος: Συνήθως από CH 06 έως CH 18. • Υλικό: Ιατρικού τύπου PVC ή σιλικόνη, ακτινοσκιεροί (για εντοπισμό με ακτινογραφία). • Διάτρηση: Το άκρο διαθέτει πολλαπλές πλάγιες οπές σε μήκος 5-15 cm για αποτελεσματική αναρρόφηση. • Σύνδεση: Συνοδεύονται από συνδετικό σωλήνα με Luer-Lock ή κωνικό βύσμα. 4. Αποστείρωση & Ασφάλεια • Αποστείρωση: Με Οξείδιο του Αιθυλενίου (EO). • Χρήση: Αυστηρά μιας χρήσης (Single Use). Πρότυπα: Συμμόρφωση με ISO 13485 και σήμανση CE			
71. ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Ρυθμιζόμενη παροχέτευση τραύματος τεσσάρων θέσεων (ενσωματωμένων) 0kPa, 37mmHg, 75mmHg, 113mmHg (ρεζερβουάρ) κατάλληλο για το σύστημα endosponge που χρησιμοποιείται στο νοσοκομείο - Ρεζερβουάρ που αποτελείται από σκληρό περίβλημα 450-500ml και διαθέτει ενσωματωμένο ρυθμιστή της έντασης της αρνητικής πίεσης σε τέσσερις βαθμίδες 0kpa, 37mmhg, 75mmhg και 113mmhg. - Να είναι συμβατό με ασφαλή σύνδεση με τον καθετήρα της πλήρους ρυθμιζόμενης παροχέτευσης. - Να διαθέτει επίσης ειδική βαλβίδα αντεπιστροφής που να επιτρέπει την εκ νέου δημιουργία κενού στο εσωτερικό της φιάλης με ασφάλεια, χωρίς το άνοιγμα αυτής και διατηρώντας το σύστημα κλειστό.	ΝΑΙ		
72. ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ Μ.Χ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΑΓΩΓΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Τεχνικές Προδιαγραφές & Χαρακτηριστικά • Σχεδιασμός Δύο Πεδίων (Split Design): o Η αγώγιμη επιφάνεια χωρίζεται σε δύο ανεξάρτητα τμήματα.	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
○ Η γεννήτρια μετράει την αντίσταση (εμπέδηση) μεταξύ των δύο αυτών πεδίων. Αν η πλάκα ξεκολλήσει έστω και μερικώς, η συσκευή διακόπτει αυτόματα τη λειτουργία της. • Υλικό Κατασκευής: ○ Υπόστρωμα (Backing): Συνήθως από αφρώδες υλικό (foam) ή μη υφασμένο ύφασμα (non-woven), αδιάβροχο και φιλικό προς το δέρμα. ○ Αγώγιμο Υλικό: Στρώμα αλουμινίου καλυμμένο με υδρογέλη (hydrogel). • Υδρογέλη (Hydrogel): ○ Παρέχει ομοιόμορφη κατανομή του ρεύματος σε όλη την επιφάνεια. ○ Έχει χαμηλή ηλεκτρική αντίσταση. ○ Είναι υποαλλεργική και δεν αφήνει υπολείμματα στο δέρμα μετά την αφαίρεση. • Διαστάσεις & Επιφάνεια: ○ Ενήλικες: Συνήθως ≥ 130cm2 συνολική ενεργή επιφάνεια. ○ Παιδιατρικές/Νεογνικές: Μικρότερες διαστάσεις προσαρμοσμένες για βάρος <15 Kg ή <5 Kg. ○ Σύνδεση (Connector): ○ Διατίθενται είτε με ενσωματωμένο καλώδιο (συνήθως 3m) είτε χωρίς καλώδιο (tab type) για χρήση με επαναχρησιμοποιούμενο "μανταλάκι" (cable clamp). • Πιστοποιήσεις & Ασφάλεια: ○ Συμμόρφωση με το πρότυπο AAMI HF18 (που ορίζει τις μέγιστες θερμοκρασίες και αντιστάσεις). ○ Σήμανση CE και κατασκευή χωρίς Latex (Latex-free).			
73,74 ΠΟΥΑΡ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ - ΟΡΩΝ 500ml ΚΑΙ 1000ml Ασκός πίεσης, χορήγησης υγρών 500ml και 1000ml .Συσκευή για την ταχεία και ελεγχόμενη ενδοφλέβια χορήγηση ορών , φαρμάκων ή αίματος .Η συσκευή να λειτουργεί ασκώντας μηχανική πίεση εξωτερικά στον ασκό του υγρού επιταχύνοντας τον ρυθμό ροής	ΝΑΙ		
75. ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΦΟΡΜΟΛΗ - 24ml - Τα προσφερόμενα είδη να συμμορφώνονται με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις εφαρμοζόμενες απαιτήσεις για τα συγκεκριμένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και να προσκομίζονται τα αντίστοιχα αποδεικτικά συμμόρφωσης. - Ο κατασκευαστής/οικονομικός φορέας να διαθέτει πιστοποιήσεις ποιότητας και συμμόρφωσης που σχετίζονται με την κατασκευή και διάθεση των προσφερόμενων προϊόντων, όπως ISO 13485:2016, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, καθώς και	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
την απαιτούμενη Δήλωση Συμμόρφωσης (DoC) και τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία έγγραφα συμμόρφωσης/καταχώρησης του προϊόντος. Ειδικότερα: προγεμισμένο κλειστό σύστημα με 3 ml ερμητικά σφραγισμένης φορμόλης (10% Neutral Buffered Formalin – NBF) και 20 ml PBS, συνολικού όγκου δοχείου παρασκευάσματος 24 ml. Η φορμόλη να διοχετεύεται με ασφαλή τρόπο στο δοχείο παρασκευάσματος μέσω πιεστικού μηχανισμού ενσωματωμένου στο καπάκι. Το σύστημα να διαθέτει ελαστικό δακτύλιο/φλάντζα στεγανοποίησης στο καπάκι, ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία από τυχόν διαρροές			
76. ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΦΟΡΜΟΛΗ - 60ml - Τα προσφερόμενα είδη να συμμορφώνονται με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις εφαρμοζόμενες απαιτήσεις για τα συγκεκριμένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και να προσκομίζονται τα αντίστοιχα αποδεικτικά συμμόρφωσης. - Ο κατασκευαστής/οικονομικός φορέας να διαθέτει πιστοποιήσεις ποιότητας και συμμόρφωσης που σχετίζονται με την κατασκευή και διάθεση των προσφερόμενων προϊόντων, όπως ISO 13485:2016, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, καθώς και την απαιτούμενη Δήλωση Συμμόρφωσης (DoC) και τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία έγγραφα συμμόρφωσης/καταχώρησης του προϊόντος. Ειδικότερα: προγεμισμένο κλειστό σύστημα με φορμαλδεΰδη 4%, αποτελούμενο από δοχείο παρασκευάσματος και προγεμισμένο καπάκι με 60 ml ερμητικά σφραγισμένης φορμόλης.Η φορμόλη να διοχετεύεται με ασφαλή τρόπο στο δοχείο παρασκευάσματος, το οποίο να διαθέτει χωρητικότητα 70 ml, κατά τη διαδικασία βιδώματος του καπακιού. Το καπάκι να διαθέτει ελαστικό δακτύλιο/φλάντζα στεγανοποίησης για την αποφυγή τυχόν διαρροών			
77. ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΦΟΡΜΟΛΗ - 110ml - Τα προσφερόμενα είδη να συμμορφώνονται με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις εφαρμοζόμενες απαιτήσεις για τα συγκεκριμένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και να προσκομίζονται τα αντίστοιχα αποδεικτικά συμμόρφωσης. - Ο κατασκευαστής/οικονομικός φορέας να διαθέτει πιστοποιήσεις ποιότητας και συμμόρφωσης που σχετίζονται με την κατασκευή και διάθεση των προσφερόμενων προϊόντων, όπως ISO 13485:2016, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, καθώς και την απαιτούμενη Δήλωση Συμμόρφωσης (DoC) και τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία έγγραφα συμμόρφωσης/καταχώρησης του προϊόντος. Ειδικότερα: προγεμισμένο κλειστό σύστημα με φορμαλδεΰδη 4%, αποτελούμενο από δοχείο παρασκευάσματος και προγεμισμένο καπάκι με 110 ml ερμητικά σφραγισμένης φορμόλης.Η φορμόλη να διοχετεύεται με ασφαλή τρόπο στο δοχείο παρασκευάσματος, το οποίο να διαθέτει χωρητικότητα 135 ml, κατά	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
τη διαδικασία βιδώματος του καπακιού. Το καπάκι να διαθέτει ελαστικό δακτύλιο/φλάντζα στεγανοποίησης για την αποφυγή τυχόν διαρροών			
78. ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΦΟΡΜΟΛΗ - 300ml - Τα προσφερόμενα είδη να συμμορφώνονται με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις εφαρμοζόμενες απαιτήσεις για τα συγκεκριμένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και να προσκομίζονται τα αντίστοιχα αποδεικτικά συμμόρφωσης. - Ο κατασκευαστής/οικονομικός φορέας να διαθέτει πιστοποιήσεις ποιότητας και συμμόρφωσης που σχετίζονται με την κατασκευή και διάθεση των προσφερόμενων προϊόντων, όπως ISO 13485:2016, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, καθώς και την απαιτούμενη Δήλωση Συμμόρφωσης (DoC) και τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία έγγραφα συμμόρφωσης/καταχώρησης του προϊόντος. Ειδικότερα: προγεμισμένο κλειστό σύστημα με φορμαλδεΰδη 4%, αποτελούμενο από δοχείο παρασκευάσματος και προγεμισμένο καπάκι με 300 ml ερμητικά σφραγισμένης φορμόλης. Η φορμόλη να διοχετεύεται με ασφαλή τρόπο στο δοχείο παρασκευάσματος, το οποίο να διαθέτει χωρητικότητα 320 ml, κατά τη διαδικασία βιδώματος του καπακιού. Το καπάκι να διαθέτει ελαστικό δακτύλιο/φλάντζα στεγανοποίησης για την αποφυγή τυχόν διαρροών.	ΝΑΙ		
79. ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΦΟΡΜΟΛΗ - 500ml - Τα προσφερόμενα είδη να συμμορφώνονται με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις εφαρμοζόμενες απαιτήσεις για τα συγκεκριμένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και να προσκομίζονται τα αντίστοιχα αποδεικτικά συμμόρφωσης. - Ο κατασκευαστής/οικονομικός φορέας να διαθέτει πιστοποιήσεις ποιότητας και συμμόρφωσης που σχετίζονται με την κατασκευή και διάθεση των προσφερόμενων προϊόντων, όπως ISO 13485:2016, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, καθώς και την απαιτούμενη Δήλωση Συμμόρφωσης (DoC) και τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία έγγραφα συμμόρφωσης/καταχώρησης του προϊόντος. Ειδικότερα: προγεμισμένο κλειστό σύστημα με φορμαλδεΰδη 4%, αποτελούμενο από δοχείο παρασκευάσματος και προγεμισμένο καπάκι με 500 ml ερμητικά σφραγισμένης φορμόλης. Η φορμόλη να διοχετεύεται με ασφαλή τρόπο στο δοχείο παρασκευάσματος, το οποίο να διαθέτει χωρητικότητα 1.000 ml, κατά τη διαδικασία βιδώματος του καπακιού. Το καπάκι να διαθέτει ελαστικό δακτύλιο/φλάντζα στεγανοποίησης για την αποφυγή τυχόν διαρροών.	ΝΑΙ		
80. ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΦΟΡΜΟΛΗ - 900ml - Τα προσφερόμενα είδη να συμμορφώνονται με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις εφαρμοζόμενες απαιτήσεις για τα	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
συγκεκριμένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και να προσκομίζονται τα αντίστοιχα αποδεικτικά συμμόρφωσης. - Ο κατασκευαστής/οικονομικός φορέας να διαθέτει πιστοποιήσεις ποιότητας και συμμόρφωσης που σχετίζονται με την κατασκευή και διάθεση των προσφερόμενων προϊόντων, όπως ISO 13485:2016, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, καθώς και την απαιτούμενη Δήλωση Συμμόρφωσης (DoC) και τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία έγγραφα συμμόρφωσης/καταχώρησης του προϊόντος. Ειδικότερα: προγεμισμένο κλειστό σύστημα με φορμαλδεΰδη 4%, αποτελούμενο από δοχείο παρασκευάσματος και προγεμισμένο καπάκι με 900 ml ερμητικά σφραγισμένης φορμόλης. Η φορμόλη να διοχετεύεται με ασφαλή τρόπο στο δοχείο παρασκευάσματος, το οποίο να διαθέτει χωρητικότητα 2.700 ml, κατά τη διαδικασία βιδώματος του καπακιού. Το καπάκι να διαθέτει ελαστική φλάντζα στεγανοποίησης για την προστασία από τυχόν διαρροές, καθώς και ειδικό δακτύλιο ασφαλείας.			
81. ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 210cm ΜΕ ΡΥΓΧΟΣ YANKAUER 1. Ρύγχος Yankauer • Σχεδιασμός: Διαθέτει ατραυματικό στρογγυλεμένο άκρο για την αποφυγή τραυματισμού των ιστών. • Οπές: Συνήθως φέρει μία κεντρική οπή και 4 πλάγιες οπές για τη διασφάλιση συνεχούς αναρρόφησης χωρίς να «κολλάει» στους ιστούς. • Υλικό & Ορατότητα: Κατασκευασμένο από σκληρό, διαφανές πλαστικό (συχνά K-resin ή PP/PS), που επιτρέπει την άμεση οπτική παρακολούθηση των εκκρίσεων. • Έλεγχος Κενού: Διατίθεται σε εκδόσεις με ή χωρίς οπή ελέγχου (vent/suction control) για τη ρύθμιση της έντασης με το δάχτυλο. • Μέγεθος: Συνηθισμένο μέγεθος CH 24 (εξωτερική διάμετρος περίπου 8.0 mm). 2. Σωλήνας Σύνδεσης • Μήκος: 210 cm, προσφέροντας μεγάλη εμβέλεια στο χειρουργικό πεδίο. • Υλικό: Μαλακό και εύκαμπτο ιατρικό PVC (συχνά χωρίς DEHP/Latex). • Αντοχή: Διαθέτει εσωτερικές ραβδώσεις (star-lumen) ή ενισχυμένα τοιχώματα ώστε να μην τσακίζει (kink-resistant) και να αντέχει στην υψηλή αρνητική πίεση χωρίς να συμπιέζεται. • Συνδετικά: Φέρει θηλυκά συνδετικά (funnel connectors) στα άκρα, τα οποία είναι κωνικά και ελαστικά για να εφαρμόζουν στεγανά σε όλες τις συσκευές αναρρόφησης. 3. Γενικές Προδιαγραφές	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
• Αποστείρωση: Αποστειρωμένος με οξείδιο του αιθυλενίου (ΕΟ) και συσκευασμένος σε ατομική συσκευασία (blister ή peel-pack). • Χρήση: Προϊόν μιας χρήσης (disposable) για την αποφυγή επιμολύνσεων. Πιστοποίηση: Φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν κατηγορίας IIa			
82. ΣΕΤ ΑΙΜΟΡΡΟΪΔΕΚΤΟΜΗΣ Εργαλείο (σετ) αντιμετώπισης αιμορροϊδοπάθειας και Ανάταξης Πρόπτωσης ορθού με καθοδήγηση υπερήχων Angiodin-Procto. Το σετ αποτελείται από: 1) ένα διάφανο πλαστικό πρωκτοσκόπιο πολλαπλών χρήσεων από ιατρικό πλαστικό με ενσωματωμένο φωτισμό led, το οποίο φέρει ειδικό σταθερό οδηγό για καθήλωση βελονοκάτοχου και καθοδήγηση της βελόνης συρραφής. 2) δύο ειδικά βελονοκάτοχα πολλαπλών χρήσεων και έναν προωθητή κόμπων από ιατρικό πλαστικό μ.χ. 3) τουλάχιστον 8 απορροφήσιμα ράμματα ειδικού σχεδιασμού. Παρέχεται ως συνοδευτικός εξοπλισμός μία γεννήτρια υπερήχων με ψυχρό φωτισμό και ενσωματωμένο Doppler συνεχούς αλλά και διακεκομμένου κύματος. Η οθόνη της γεννήτριας είναι έγχρωμη και παρέχει τη δυνατότητα για τον εντοπισμό της θέσης και του βάθους των προς απολίνωση αγγείων.	ΝΑΙ		
83. ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ Ο καθετήρας να έχει ιδιαίτερα χαμηλό εξωτερικό προφίλ. Να έχει σχεδιαστεί για να μειώνει τις γαστρικές διαφυγές, που μπορούν να προκαλέσουν απώλεια σίτισης, καταστροφή του δέρματος και κοκκίωση του ιστού. Το ειδικό σχήμα του μπαλονιού συγκράτησης να διευρύνεται οριζόντια (apple – shaped) για καλύτερη κάλυψη του εσωτερικό στομίου του συριγγίου της στομίας καταλαμβάνοντας λιγότερο χώρο εντός του στομάχου. Να παρέχει κωνική μετάβαση από το δίσκο στήριξης στο σωλήνα, για πιο ασφαλή εφαρμογή. Να διαθέτει βαλβίδα μη επιστροφής, που να μην επιτρέπει την παλινδρόμηση Να διαθέτει ρυθμιζόμενη πλήρωση του μπαλονιού (2-7ml αναλόγως του μεγέθους της στομίας) για την καλύτερη εφαρμογή. Το σημείο πλήρωσης του μπαλονιού να βρίσκεται μακριά από το σώμα για να μειώνεται ο ερεθισμός στο σημείο της στομίας. Να διαθέτει σκληρυντικό στειλεό εισαγωγής διαφορετικού χρώματος για διευκόλυνση της τοποθέτησης. Να διαθέτει σήμανση χαραγμένη με Laser, που να μειώνει τον κίνδυνο λάθος συνδέσεων των σωλήνων σίτισης και των προεκτάσεων και να διατηρεί τα χαρακτηριστικά μεγέθους του υλικού.	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Να παρέχει φωσφορίζον σημείο σύνδεσης, που διευκολύνει τη νυχτερινή σίτιση. Οι σωλήνες σίτισης/αποσυμπίεσης να διαθέτουν συνδέσεις EN-FIT και catheter tip Να διατίθεται σε πληθώρα μεγεθών 12-24Fr διάμετρο και 0,8-10cm μήκος.			
84. ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ-ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (latex free) **● ΒΕΛΟΝΑ ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΟΥΣ (ΡΑΧΙΑΙΑΣ) ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ PENCIL POINT RapID® 27G ΜΗ ΤΟΞΙΚΕΣ. (latex free)** - Με λεία εξωτερική επιφάνεια που ελαχιστοποιεί τον ερεθισμό της μήνιγγας κατά την εισαγωγή. - Στυλεό από ανοξείδωτο ατσάλι που κλείνει πλήρως τον αυλό της βελόνας και τη λοξότομησή της για ευκολία στην προώθηση χωρίς παραμόρφωση. - Ο καινοτόμος σχεδιασμός τους (RapID), επιτρέπει την άμεση και γρήγορη παλινδρόμηση του ΕΝΥ, ελαχιστοποιώντας τις μετεπεμβατικές κεφαλαλγίες. - Φέρει άκρο ακριβείας και ειδικά σχεδιασμένη οπή για ατραυματική εισαγωγή και ελαχιστοποίηση των μετεπεμβατικών κεφαλαλγιών. - Το μέγεθος και η θέση της πλάγιας οπής, ελαχιστοποιούν τις πιθανότητες «διασκληρίδιου τοποθέτησης»(διαμέσου ή κατά μήκος της σκληράς μήνιγγας). Έτσι, εξασφαλίζεται η διάχυση αναισθητικού στον υπαραχνοειδή χώρο. - Φέρει διαφανή δακτυλολαβή που επιτρέπει την άμεση πιστοποίηση της παλινδρόμησης του ΕΝΥ περιορίζοντας τις απώλειές του. - Με ειδικό συνδετικό στο άκρο της, με δυνατότητα περιστροφής 360˚ που βοηθάει στην ομοιόμορφη χορήγηση των υγρών.- Το συνδετικό φέρει σήμανση που δεικνύει την κατεύθυνση ροής.- Φέρει στυλεούς με χρωματική σήμανση για άμεση αναγνώριση του μεγέθους. - Διατίθεται μαζί με βελόνα εισαγωγής για να επιβεβαιώνεται η ακριβής και ασφαλής τοποθέτηση στον υπαραχνοειδή χώρο. **● ΒΕΛΟΝΑ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ TUOHY 18G (latex free)** ● Φέρουν τελείως **ατραυματικό** άκρο Tuohy.● Το **βελτιωμένο σχεδιαστικά άκρο** (Hubb) βοηθάει στην καλύτερη αίσθηση κατά την διάρκεια της εισαγωγής, χωρίς να κόβει τους ιστούς.● Με ενσωματωμένο πλαστικό στυλεό για **ατραυματικό πέρασμα** των ιστών. ● Φέρουν πτερύγια που **τοποθετούνται ή αφαιρούνται** κατά βούληση, προσφέροντας έτσι μέγιστη ευελιξία στην χρήση. **ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 18 (latex free)** ● Κατασκευασμένος από διάφανο συνθετικό nylon (polyether block amide), που παρέχει την βέλτιστη διαύγεια, αντοχή και αντίσταση στο τσάκισμα (kinking)● Διατίθεται σε πολλά νούμερα, με κλειστό άκρο● Φέρει ανατομικό, ατραυματικό άκρο ● Φέρει διαβάθμιση ανά 1cm για να διευκολύνει την ακριβή τοποθέτηση του καθετήρα● Έχει περάσει από ειδικούς ελέγχους που επιβεβαίωσαν την ανεμπόδιστη και σταθερή ροή.● Φέρει	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ειδική σήμανση για το άκρο● Όλοι οι καθετήρες φέρουν συνδετικό ασφαλείας Luer Lock● Με ειδικό σπόγγο σταθεροποίησης καθετήρα **ΣΥΡΙΓΓΑ ΕΠΙΣΚΠΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (latex free)** ●Έχει μικρή και σταθερή τριβή στην κίνηση του εμβόλου, για να παρέχει άριστη ευαισθησία στην ανίχνευση του επισκληριδίου χώρου● Φέρει διαβάθμιση για να δείχνει την πρόοδο του εμβόλου● Κατάλληλη για χρήση στην τεχνική με αέρα και στην τεχνική με φυσιολογικό ορό● Φέρει κατάλληλο συνδετικό για τις βελόνες επισκληριδίου **ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (επίπεδο) (latex free)** ● Φέρει υδρόφιλη μεμβράνη, υψηλής διηθητικής ικανότητας μέχρι 0,2μm, που επιτρέπει το αμφίδρομο φιλτράρισμα και παρέχει την δυνατότητα ελέγχου της αναρρόφησης.● Φέρει συνδετικά ασφαλείας Luer lock (male & female)● Με επίπεδο, ανατομικό σχεδιασμό για την μέγιστη άνεση του ασθενούς● Διάφανο για να επιτρέπει την συνεχή παρακολούθηση. ● Κατάλληλο για χρήση 96 ωρών			
85. ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Τεχνικά Χαρακτηριστικά & Προδιαγραφές • Υλικό Συνδετήρων (Staples): o Κατασκευασμένα από ιατρικού βαθμού ανοξείδωτο ατσάλι (Stainless Steel) ή τιτάνιο. o Διαθέτουν συχνά επίστρωση τεφλόν (non-stick) για εύκολη και ανώδυνη αφαίρεση αργότερα. • Τύποι Συνδετήρων (Μεγέθη): o Wide (W): Για περιοχές με παχύ δέρμα (π.χ. πλάτη, μηρός). o Regular (R): Για γενική χρήση σε λεπτότερο δέρμα. o High Capacity: Για μεγάλες τομές που απαιτούν πολλούς συνδετήρες. • Χωρητικότητα (Αριθμός Συνδετήρων): o Τα πιο συνηθισμένα μοντέλα περιέχουν 35 συνδετήρες. o Υπάρχουν και μικρότερες εκδόσεις (π.χ. 15 ή 25 συνδετήρες) για μικρές τομές. • Σχεδιασμός Λαβής (Trigger): o Εργονομικός σχεδιασμός: Επιτρέπει τη χρήση με το ένα χέρι. o Μηχανισμός ακριβείας: Παρέχει σαφή αίσθηση ("κλικ") κατά την εκτόξευση και σταθερή δύναμη σύσφιξης. o Ορατότητα: Η κεφαλή είναι σχεδιασμένη ώστε ο χειρουργός να βλέπει ακριβώς το σημείο τοποθέτησης. • Δείκτης Αποθέματος (Counter):	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
○ Πολλά μοντέλα διαθέτουν παράθυρο ένδειξης που δείχνει πόσοι συνδετήρες απομένουν στο πιστολάκι. • Αποστείρωση: ○ Παραδίδονται σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία (Sterile, EO). ○ Προορίζονται για χρήση σε έναν μόνο ασθενή (Single Use).			
87. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 15 ΗΜΕΡΩΝ Σύστημα Αρνητικής Πίεσης Μιας Χρήσης ,Για Θεραπεία 15 Ημερών Να αποτελείται από τα κάτωθι: 1) φορητή επαναφορτιζόμενη αντλία μιας χρήσης. Να διαθέτει λειτουργία συνεχόμενης και εναλλασσόμενης θεραπείας αρνητικής πίεσης με δυνατότητα ρύθμισης πίεσης – 125 mmHg και – 80mmHg για την συνεχόμενη και 80mmHg/30mmHg ή 125mmHg/30mmHg για την εναλλασσόμενη. Να διαθέτει 3 οπτικές και ηχητικές ειδοποιήσεις ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργεία της 2) τροφοδοτικό φόρτισης. 3) 2 αποστειρωμένα κάνιστρα 70ml, 4) θήκη μεταφοράς και 5) 5 αποστειρωμένα αυτοκόλλητα επιθέματα. Να συνοδεύονται από ταινίες στήριξης για επιπρόσθετη στεγανοποίηση. Διαστάσεις: 10x30 εκ.	ΝΑΙ		
88. ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΛΥΣΗΣ ΑΡΘΡ/ΣΗΣ ΚΩΔ. 4170223 Σωλήνας πλύσης αρθροσκοπήσεων για λειτουργία με την αντλία πλύσης – αναρρόφησης του κατασκευαστικού Οίκου WOLF	ΝΑΙ		
89. ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΛΥΣΗΣ ΑΡΘΡ/ΣΗΣ ΚΩΔ. 4171223 Σωλήνας πλύσης αρθροσκοπήσεων για λειτουργία με την αντλία πλύσης – αναρρόφησης του κατασκευαστικού Οίκου WOLF	ΝΑΙ		
90. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΛΥΣΗΣ-ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΡΟΗΣ (SUCTION-IRRIGATION SETS) Τεχνικά Χαρακτηριστικά 1. Χειρολαβή (Handpiece) • Εργονομία: Σχεδιασμός τύπου "πιστόλι" (Pistol grip) ή "τρομπέτα" (Trumpet valve) για άνετο χειρισμό με το ένα χέρι. • Έλεγχος Ροής: Διαθέτει δύο διακριτά πλήκτρα με χρωματική κωδικοποίηση (συνήθως Μπλε για την πλύση και Κίτρινο για την αναρρόφηση). • Βαλβίδες: Υψηλής ευαισθησίας για ακριβή ρύθμιση της ροής και άμεση διακοπή (leak-free) για την αποφυγή απώλειας πνευμοπεριτοναίου. 2. Σωλήνας Αναρρόφησης/Πλύσης (Probe)	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
• Διαστάσεις: Συνήθης διάμετρος 5mm (συμβατή με standard trocars) και μήκος 33cm ή 45cm για παχύσαρκους ασθενείς. • Άκρο: Ατραυματικό, συνήθως με πλάγιες οπές (pool tip) για την αποφυγή απόφραξης από ιστούς κατά την αναρρόφηση. • Υλικό: Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι ή άκαμπτο πολυμερές. 3. Σύστημα Σωληνώσεων (Tubing) • Διπλή Διαδρομή: Ξεχωριστοί σωλήνες για την πλύση και την αναρρόφηση, που ενώνονται πριν τη χειρολαβή. • Συνδετικά: o Πλευρά Πλύσης: Αιχμηρό ρύγχος (spike) για σύνδεση με ασκούς φυσιολογικού ορού. o Πλευρά Αναρρόφησης: Κωνικός σύνδεσμος γενικής χρήσης για σύνδεση με το δοχείο συλλογής του πύργου. • Υλικό: Διαφανές, εύκαμπτο ιατρικό PVC (Kink-resistant) για εύκολη παρακολούθηση της ροής. 4. Λειτουργία & Ασφάλεια • Τύπος Ροής: Δυνατότητα σύνδεσης με αντλία (pump) για παροχή υπό πίεση ή λειτουργία μέσω βαρύτητας. • Αποστείρωση: Αποστειρωμένο προϊόν μιας χρήσης (EO Sterilized). • Latex-Free: Κατασκευή χωρίς λάτεξ για την αποφυγή αλλεργιών.			
91. ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΑ ΕΝΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ **Φιάλη & Υλικό Κατασκευής:** Κατασκευασμένη από άθραυστο, διαφανές, νοσοκομειακό PVC, ώστε να διασφαλίζεται υψηλή αντοχή και οπτικός έλεγχος του περιεχομένου. **Χωρητικότητα:** Ο κύριος θάλαμος συλλογής θα πρέπει να έχει χωρητικότητα περίπου 3 λ ιτρων (min. 2000-3000 ml) και να φέρει ευανάγνωστες ογκομετρικές ενδείξεις (σε ml) στο πλάι για συνεχή παρακολούθηση. **Σύστημα Υδατοφραγής (Water Seal):** Διαθέτει σωλήνα καθοδικής ροής με διάμετρο τουλάχιστον \(7 \chi\iota\lambda\iota\omicron\sigma\tau\omega\nu\) (mm). Το άκρο του σωλήνα πρέπει να είναι λοξό ως προς τον άξονά του (λοξοτομημένο) για την αποφυγή απόλυτης επαφής με τον πάτο της φιάλης, εξασφαλίζοντας την ελεύθερη διέλευση αέρα/υγρού. **Εξαερισμός:** Η φιάλη πρέπει να είναι εξοπλισμένη με ειδική θύρα ή σωλήνα εξαερισμού. [**Σωλήνας Σύνδεσης:** Περιλαμβάνει σωλήνα σύνδεσης με τον θωρακικό καθετήρα (drainage tube), ο οποίος φέρει ειδικό ρύγχος προσαρμογής συμβατό με όλους τους τύπους και τα μεγέθη των θωρακικών σωλήνων (chest tubes). [	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Σταθερότητα: Η φιάλη πρέπει να διαθέτει κατάλληλη βάση στήριξης για το δάπεδο (floor stand) ή ειδικούς γάντζους ανάρτησης για το κρεβάτι, ώστε να διατηρείται πάντα σε χαμηλότερο επίπεδο από το στήθος του ασθενούς			
92., 93., 94., 95, 96. ΤΡΟΚΑΡ ΓΙΑ BILLOW, No 16, 20, 24, 28, 32 **Αμβλύ / Μη αιχμηρό Άκρο (Blunt Tip):** Ο εσωτερικός οδηγός (στυλεός) καταλήγει σε ένα απόλυτα στρογγυλεμένο, λείο και κωνικό άκρο. Δεν διαθέτει κοφτερές γωνίες ή πυραμιδοειδείς ακμές, απωθώντας απλώς τους ιστούς κατά την εισαγωγή αντί να τους κόβει. **Υλικό Οδηγού:** Κατασκευάζεται από **ανοξείδωτο ιατρικό χάλυβα** ή **ελαφρύ κράμα αλουμινίου** υψηλής ακαμψίας. Αυτό εμποδίζει την κάμψη ή τη στρέβλωση του εργαλείου υπό την πίεση διέλευσης από το μεσοπλεύριο διάστημα. **Εργονομική Λαβή:** Το πίσω μέρος του τροκάρ είναι ενσωματωμένο σε ανατομική πλαστική λαβή, προσφέροντας στον χειρουργό σταθερό κράτημα και απόλυτο έλεγχο της ασκούμενης δύναμης. **Προδιαγραφές Σώματος Καθετήρα (Σωλήνα)** **Βιοσυμβατό Υλικό:** Κατασκευάζεται από **ιατρικής βαθμίδας (medical grade) θερμοευαίσθητο PVC** ή πολυουρεθάνη. Το υλικό είναι κλινικά καθαρό, ελεύθερο από Latex (Latex-free) και φθαλικές ενώσεις (DEHP-free). **Θερμοευαισθησία & Αντίσταση:** Ο σωλήνας παρουσιάζει υψηλή αντίσταση στο τσάκισμα (kicking resistance) για να μην διακόπτεται η ροή. Παράλληλα, μαλακώνει ελαφρώς σε θερμοκρασία σώματος (37°C), ελαχιστοποιώντας τον εσωτερικό ερεθισμό του υπεζωκότα. **Ατραυματικό Κλειστό Άκρο:** Το περιφερικό άκρο του ίδιου του σωλήνα είναι επίσης στρογγυλεμένο και κλειστό (Closed End), αγκαλιάζοντας τέλεια το αμβλύ τροκάρ για ομαλή είσοδο χωρίς σκαλοπάτια. **Σύστημα Παροχέτευσης & Σύνδεσης** **Οβάλ Στόμια Αποστράγγισης:** Διαθέτει **2 έως 3 ελλειπτικές πλευρικές οπές** (μάτια) με πλήρως λειασμένα εσωτερικά και εξωτερικά χείλη. Είναι τοποθετημένες αντιδιαμετρικά και σε διαφορετικά ύψη (offset), εξασφαλίζοντας συνεχή παροχέτευση αέρα, αίματος ή πυκνών υγρών χωρίς τον κίνδυνο έμφραξης από θρόμβους. **Κωνικός Σύνδεσμος (Funnel):** Το εγγύς (πίσω) άκρο του καθετήρα καταλήγει σε ενσωματωμένη κωνική υποδοχή (τύπου «χοάνης» ή Luer-Lock). Επιτρέπει την άμεση, σταθερή και αεροστεγή προσαρμογή με τους standard σωλήνες των συστημάτων υποπίεσης (μπουκάλια θώρακος **Σημάνσεις & Απεικόνιση** **Ακτινοσκιερότητα (X-Ray Line):** Διαθέτει ενσωματωμένη ακτινοσκιερή γραμμή σε όλο το μήκος του (π.χ. τύπου Sentinel	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Line), καθώς και **ακτινοσκιερό άκρο**. Αυτό καθιστά τον καθετήρα άμεσα ορατό στην ακτινογραφία θώρακος για την επιβεβαίωση της σωστής του θέσης. **Διαγράμμισεις Βάθους:** Φέρει ευκρινείς, ανεξίτηλες αριθμητικές ενδείξεις βάθους ανά **2 cm** (σε μερικούς κατασκευαστές ανά 5 cm). Η μέτρηση ξεκινά από την τελευταία **Τυπικές Διαστάσεις** **Μήκος σωλήνα:** Standard ιατρικό μήκος **38 cm έως 40 cm**. **Διαθέσιμα Μεγέθη:** Κλιμακώνονται σε γαλλική κλίμακα French/Charriere (Fr/Ch). Οι αμβλείς καθετήρες θώρακος χρησιμοποιούνται συνήθως σε μεγέθη από **16 Fr έως 32 Fr** (ενδεικτικά: 16, 20, 24, 28, 32 Fr) ανάλογα με τη σωματική διάπλαση του ασθενούς και το είδος του παροχετευόμενου υλικού. (πλησιέστερη) οπή παροχέτευσης, επιτρέποντας τον ακριβή υπολογισμό του τμήματος που βρίσκεται εντός της κοιλότητας			
97. ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΑ ΤΡΙΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Ενιαία μονάδα θωρακικής αποχέτευσης 3 θαλάμων Αναλυτικά με : Θάλαμο συλλογής υγρών χωρητικότητας τουλάχιστον 2000ml. Θάλαμο που να δείχνει την πνευμονική πίεση του ασθενούς. Θάλαμο νερού για τον έλεγχο της αναρρόφησης. - Το Billaw να μπορεί να λειτουργήσει τόσο με τη βαρύτητα όσο και με την αναρρόφηση. Η συσκευή θα πρέπει να φέρει : - Βαλβίδα εκτόνωσης της πίεσης . - Βαλβίδα ασφαλείας της θετικής πίεσης. - Επιπρόσθετη βαλβίδα ασφαλείας για άμεση εκτόνωση της αρνητικής πίεσης. - Σημείο σύνδεσης με την αναρρόφηση. - Ευανάγνωστες ενδείξεις σε ml σε όλους τους θαλάμους. - Δύο υποδοχές παροχέτευσης (η δεύτερη υποδοχή παροχέτευσης να χρησιμοποιείται κατά απαίτηση των χρηστών και όχι μόνιμα συνδεδεμένο το δεύτερο σωλήνα παροχέτευσης). - Προσυνδεδεμένο σωλήνα σύνδεσης με τον καθετήρα του ασθενούς που να καταλήγει σε ρύγχος (συνδετικό) που να ταιριάζει με όλους τους τύπους και τα νούμερα των θωρακικών καθετήρων. - Η συσκευασία να διαθέτει επιπλέον σωλήνα σύνδεσης με τον καθετήρα του ασθενούς που να καταλήγει σε ρύγχος (συνδετικό) , ώστε να χρησιμοποιείτε κατά περίσταση αν χρειαστεί για δεύτερη γραμμή παροχέτευσης. Αν ο σωλήνας σύνδεσης είναι «μαλακός» να υπάρχει μηχανισμός (σπιράλ) στο σημείο προ της εισόδου στο δοχείο για να μην κάμπτεται (τσακίζει). - Να διαθέτει τρία διαφορετικά σημεία έγχυσης – λήψης δείγματος , με αυτόματο πωματισμό. - Να έχει σταθερή βάση ή περιστρεφόμενο stand, για να μην πέφτει η συσκευή. - Να έχει άνετη χειρολαβή για την μεταφορά και για ανάρτηση στο κρεβάτι. - Να διαθέτουν βαλβίδα ρύθμισης της υποπίεσης (suction control). - Όλο το σύστημα να είναι latex free. - Οδηγίες χρήσης στα ελληνικά στο κάθε τεμάχιο. - Να είναι αποστειρωμένο. - Να είναι εύκολη και όχι χρονοβόρα η προετοιμασία του και εύκολος ο έλεγχος καλής λειτουργίας του. - Να φαίνονται ευκρινώς η ποσότητα και τα χαρακτηριστικά των παροχετευμένων υγρών (αίμα).	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
100. ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ ΜΕ BUTTON ΚΟΠΗΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ Τεχνικά Χαρακτηριστικά & Προδιαγραφές Λειτουργικοί Διακόπτες: Κίτρινο Button: Ενεργοποιεί τη λειτουργία Κοπής (CUT). Μπλε Button: Ενεργοποιεί τη λειτουργία Αιμόστασης/Πήξης (COAG). Αίσθηση (Tactile Feedback): Σχεδιασμένα για σαφή αίσθηση "κλικ" ώστε ο χρήστης να γνωρίζει πότε ενεργοποιούνται. Ηλεκτρόδιο: Υλικό: Συνήθως από ανοξείδωτο ατσάλι ή με επίστρωση Teflon για να μην κολλάει ο ιστός. Σχήμα: Διατίθενται σε μορφή λεπίδας (blade), βελόνας (needle) ή σπάτουλας (spatula). Διάμετρος: Standard υποδοχή 2.36 mm ή 2.4 mm επιτρέποντας την εναλλαγή διαφορετικών άκρων. Ασφάλεια: Εξαγωνική υποδοχή (hexagonal) για την αποφυγή τυχαίας περιστροφής του ηλεκτροδίου κατά τη χρήση. Καλώδιο & Σύνδεση: Μήκος: Συνήθως 3 μέτρα Βύσμα (Plug): Τύπου 3-pin (Valleylab type), το οποίο είναι συμβατό με τις περισσότερες γεννήτριες διαθερμίας της αγοράς (π.χ. Surtron, Gima, Medtronic/Valleylab). Ασφάλεια & Πιστοποίηση: Αποστείρωση: Παραδίδονται σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία (Sterile Pouch). Πρότυπα: Κατασκευή σύμφωνα με το πρότυπο ηλεκτρικής ασφάλειας IEC 60601-2-2. Υλικά: Χρήση ιατρικού βαθμού (medical grade) υλικών όπως ABS για τη λαβή και PVC για το καλώδιο	ΝΑΙ		
101. ΨΑΛΙΔΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΡΑΜΜΑΤΩΝ Τεχνικά Χαρακτηριστικά & Προδιαγραφές Μηχανισμός Λειτουργίας: Διαθέτουν διπλό κάτω άκρο (δύο σταθερά σκέλη) και μονό άνω άκρο (κινητό). Πιέζοντας τη λαβή, το άνω σκέλος "τσακίζει" το κέντρο του μεταλλικού συνδετήρα προς τα κάτω, αναγκάζοντας τα δύο άκρα του να ανοίξουν προς τα έξω και να βγουν από το δέρμα ατραυματικά. Υλικό Κατασκευής: Μιας Χρήσης (Disposable): Κατασκευασμένα από σκληρό πλαστικό (ABS) στις λαβές και ανοξείδωτο ατσάλι στα λειτουργικά άκρα. Πολλαπλών Χρήσεων: Εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι (Stainless Steel) ιατρικού βαθμού, κατάλληλα για αποστείρωση σε αυτόκαυστο.	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Σχεδιασμός Λαβής: Εργονομική σχεδίαση (συχνά τύπου "ψαλιδιού" ή "σκανδάλης") για σταθερό κράτημα και πλήρη έλεγχο της δύναμης που ασκείται. Σχεδιασμένα για να μην γλιστρούν, προσφέροντας ορατότητα στο σημείο αφαίρεσης. Συμβατότητα: Είναι γενικής χρήσης (Universal), δηλαδή συμβατά με όλα τα μεγέθη μεταλλικών συνδετήρων (Regular, Wide, High Capacity) όλων των κατασκευαστών (π.χ. Ethicon, 3M, Weck). Αποστείρωση (για τα μιας χρήσης): Παραδίδονται σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία (Peel-pack) με οξείδιο του αιθυλενίου (ΕΟ).			
102., 103. ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ (STERI-STRIP) 6mm x 75mm (± 1mm), 13mm x 102mm (± 1mm), Τεχνικά Χαρακτηριστικά & Προδιαγραφές Υλικό Κατασκευής: Υπόστρωμα: Μη υφασμένο (non-woven) πορώδες υλικό από πορυεστερικές ίνες ή ρεγιόν. Ενίσχυση: Διαθέτουν διαμήκεις ίνες πολυεστέρα για υψηλή αντοχή στον εφελκυσμό, ώστε να συγκρατούν τα χείλη του τραύματος σταθερά χωρίς να σκίζονται. Συγκολλητική Ουσία: Τύπος: Υποαλλεργική, ευαίσθητη στην πίεση (pressure-sensitive) ακρυλική κόλλα. Ιδιότητες: Σχεδιασμένη να ελαχιστοποιεί τους δερματικούς ερεθισμούς και να μην αφήνει υπολείμματα κατά την αφαίρεση. Διαπερατότητα (Breathability): Το πορώδες υλικό επιτρέπει τη διέλευση του αέρα και των υδρατμών (transpiration), αποτρέποντας τη διαβροχή (maceration) του δέρματος και προάγοντας την επούλωση. Διαστάσεις & Συσκευασία: Μέγεθος ταινίας: 6mm πλάτος x 75mm μήκος/13mm πλάτος x 102mm μήκος Φύλλο (Strip Card): Συνήθως περιέχονται 3 ταινίες ανά καρτέλα (φύλλο). Αποστείρωση: Παρέχονται σε ατομικούς αποστειρωμένους φακέλους (Sterile Pouches) με ακτινοβολία Γ ή οξείδιο του αιθυλενίου (ΕΟ). Χρώμα: Συνήθως λευκό (ή στο χρώμα του δέρματος για αισθητικούς λόγους σε κάποιες εκδόσεις)	ΝΑΙ		
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ **1.1. ΘΗΚΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ & ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ** Θήκες αυτοκόλλητες διαφανείς, αποστειρωμένες, διπλές, διαστάσεων 40Χ30 cm , περίπου.	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Οι προσφερόμενες θήκες διαθερμίας και αναρρόφησης θα πρέπει να είναι αποστειρωμένες, μίας χρήσης και κατάλληλες για χρήση σε αποστειρωμένο χειρουργικό περιβάλλον, συμβάλλοντας στη διατήρηση της ασηψίας και της ορθής οργάνωσης του χειρουργικού πεδίου. Οι θήκες θα πρέπει να είναι διαφανείς, ώστε να επιτρέπεται η άμεση οπτική αναγνώριση του περιεχομένου τους, και να διαθέτουν αυτοκόλλητη επιφάνεια υψηλής ποιότητας, η οποία να εξασφαλίζει σταθερή και ασφαλή προσκόλληση σε χειρουργικά πεδία ή εξοπλισμό, χωρίς να αποκολλάται κατά τη διάρκεια της επέμβασης, αλλά και χωρίς να αφήνει υπολείμματα μετά την αφαίρεσή της. Οι διαστάσεις των θηκών θα πρέπει να είναι περίπου 40 cm x 30 cm, με αποδεκτή απόκλιση ±5%, επαρκείς για την τοποθέτηση και συγκράτηση εργαλείων ή σωλήνων διαθερμίας και αναρρόφησης, διασφαλίζοντας την πρακτικότητα και την εργονομία κατά τη χρήση. Το υλικό κατασκευής θα πρέπει να είναι πλαστικό ιατρικής χρήσης (π.χ. πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο), υψηλής αντοχής, εύκαμπτο, ανθεκτικό σε σχίσιμο και διάτρηση, αδιάβροχο και απαλλαγμένο από λάτεξ (latex-free), ώστε να αποφεύγονται αλλεργικές αντιδράσεις. Επιπλέον, το υλικό θα πρέπει να είναι χαμηλής παραγωγής σωματιδίων (low linting), ώστε να διασφαλίζεται η καθαρότητα του χειρουργικού πεδίου. Οι θήκες θα πρέπει να είναι διπλές (double pouch ή με δύο ανεξάρτητα διαμερίσματα ή/και ενισχυμένη κατασκευή), παρέχοντας αυξημένη ασφάλεια και δυνατότητα καλύτερης οργάνωσης των ιατροτεχνολογικών υλικών κατά τη διάρκεια της χειρουργικής πράξης. Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι αποστειρωμένα με αναγνωρισμένη και πιστοποιημένη μέθοδο αποστείρωσης, όπως οξείδιο του αιθυλενίου (Ethylene Oxide) ή ακτινοβόληση (Gamma irradiation), και να φέρουν ευκρινή ένδειξη αποστείρωσης επί της συσκευασίας. Η διάρκεια ζωής (shelf life) θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία (3) έως πέντε (5) έτη από την ημερομηνία παραγωγής. Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ατομική, διπλή αποστειρωμένη (medical grade), κατάλληλη για άσηπτη παραλαβή και χρήση εντός χειρουργείου. Επί της συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς η παρτίδα (LOT), η ημερομηνία λήξης, τα στοιχεία του κατασκευαστή, καθώς και κάθε άλλη απαιτούμενη σήμανση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι θήκες θα πρέπει να εφαρμόζονται εύκολα και γρήγορα, χωρίς να απαιτούνται πρόσθετα μέσα στερέωσης, και να διατηρούν τη θέση τους καθ' όλη τη διάρκεια της χρήσης, χωρίς να επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του εξοπλισμού ή την εργονομία της χειρουργικής ομάδας. Τα προσφερόμενα προϊόντα θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα και να συμμορφώνονται πλήρως με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/745 (MDR). Ο κατασκευαστής θα			

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 13485 ή ισοδύναμο πρότυπο. Τέλος, τα προϊόντα θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ασφαλούς διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων και, όπου είναι δυνατόν, να πληρούν περιβαλλοντικά κριτήρια ως προς τα υλικά κατασκευής και την απόρριψή τους			
1.2, 1.3. ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ C-ARM ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ 90cm x 230cm, 90cm x 90cm Κάλυμμα διαφανές για ακτινολογικό μηχάνημα, πάνω & κάτω Τα προσφερόμενα καλύμματα ακτινολογικού μηχανήματος τύπου C-ARM θα πρέπει να είναι αποστειρωμένα, μίας χρήσης και κατάλληλα για χρήση σε αποστειρωμένο χειρουργικό πεδίο, διασφαλίζοντας πλήρως την τήρηση των κανόνων ασηψίας κατά τη διάρκεια επεμβατικών πράξεων. Τα καλύμματα θα πρέπει να αποτελούνται από δύο διακριτά τμήματα, ένα για την κάλυψη του άνω μέρους του συστήματος (ενισχυτής εικόνας ή/και κεφαλή απεικόνισης) και ένα για την κάλυψη του κάτω μέρους (σωλήνας ακτίνων X), ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης και ασφαλής κάλυψη του εξοπλισμού καθ' όλη τη διάρκεια της χρήσης του. Οι διαστάσεις των καλυμμάτων θα πρέπει να είναι περίπου 90cm x 230cm/90cm x 90cm με αποδεκτή απόκλιση ±5%, επαρκείς για την πλήρη κάλυψη του εξοπλισμού C-ARM και την ανεμπόδιστη εκτέλεση των απαιτούμενων κινήσεων κατά τη διάρκεια της χειρουργικής πράξης, χωρίς να περιορίζεται η λειτουργικότητα του μηχανήματος. Το υλικό κατασκευής θα πρέπει να είναι πολυαιθυλένιο (PE) ή άλλο ισοδύναμο συνθετικό υλικό ιατρικής χρήσης, διαφανές ή ημιδιαφανές, υψηλής αντοχής σε μηχανικές καταπονήσεις, ανθεκτικό σε σχίσιμο και διάτρηση, πλήρως αδιάβροχο και απαλλαγμένο από λάτεξ (latex-free), προς αποφυγή αλλεργικών αντιδράσεων. Το υλικό δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να επηρεάζει την ποιότητα της παραγόμενης ακτινολογικής εικόνας. Τα καλύμματα θα πρέπει να είναι αποστειρωμένα με αναγνωρισμένη και πιστοποιημένη μέθοδο αποστείρωσης, όπως οξείδιο του αιθυλενίου (Ethylene Oxide) ή ακτινοβόληση (Gamma irradiation), και να φέρουν ευκρινή ένδειξη αποστείρωσης επί της συσκευασίας. Η διάρκεια ζωής (shelf life) του προϊόντος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία (3) έως πέντε (5) έτη από την ημερομηνία παραγωγής. Η συσκευασία θα πρέπει να είναι ατομική, διπλή, αποστειρωμένη, κατασκευασμένη από υλικά κατάλληλα για ιατροτεχνολογικά προϊόντα (medical grade), επιτρέποντας την άσηπτη μεταφορά και τοποθέτηση του καλύμματος στο χειρουργικό πεδίο. Επί της συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς η παρτίδα παραγωγής (LOT), η ημερομηνία λήξης, τα στοιχεία του κατασκευαστή και κάθε άλλη απαιτούμενη επισήμανση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Τα καλύμματα θα πρέπει να διαθέτουν εργονομικό σχεδιασμό που να επιτρέπει την εύκολη, γρήγορη και ασφαλή εφαρμογή τους, όπως σύστημα πτυσσόμενης ή τηλεσκοπικής ανάπτυξης ή/και ενσωματωμένο δακτύλιο εφαρμογής, εξασφαλίζοντας σταθερή τοποθέτηση χωρίς ολίσθηση κατά τη διάρκεια της χρήσης και χωρίς να απαιτείται επανατοποθέτηση. Επιπλέον, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η πλήρης κινητικότητα του C-ARM σε όλες τις κατευθύνσεις, χωρίς περιορισμούς ή παρεμβολές, ώστε να μην επηρεάζεται η ακρίβεια και η ασφάλεια της ιατρικής πράξης. Τα προσφερόμενα προϊόντα θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα και να συμμορφώνονται πλήρως με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/745 (MDR). Ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 13485 ή ισοδύναμο πρότυπο. Τα καλύμματα θα πρέπει να είναι κατάλληλα για χρήση σε ευρύ φάσμα χειρουργικών ειδικοτήτων, όπως ενδεικτικά ορθοπεδικές, αγγειοχειρουργικές και άλλες επεμβάσεις που απαιτούν συνεχή ακτινοσκοπικό έλεγχο με C-ARM. Παράλληλα, θα πρέπει να είναι χαμηλής παραγωγής σωματιδίων (low linting), ώστε να διασφαλίζεται η καθαρότητα του χειρουργικού πεδίου. Τέλος, τα προϊόντα θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ασφαλούς διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων και, όπου είναι εφικτό, να πληρούν περιβαλλοντικά κριτήρια ως προς τα υλικά κατασκευής και την απόρριψή τους			
1.4. ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΜΕΡΑΣ (ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 14 x 250cm) Τεχνικά Χαρακτηριστικά 1. Διαστάσεις & Συσκευασία Μήκος: 250 cm, το οποίο επιτρέπει την πλήρη κάλυψη του καλωδίου, εξαλείφοντας την ανάγκη για επιπλέον αποστείρωση των καλωδίων μεταξύ των επεμβάσεων. Πλάτος: 14 cm, προσφέροντας άνετη εφαρμογή σε όλους τους τύπους κεφαλών ενδοσκοπικών καμερών (HD, 4K). Συσκευασία: Ατομική αποστειρωμένη συσκευασία (peel-pack) με ένδειξη αποστείρωσης. 2. Υλικό & Κατασκευή Υλικό: Υψηλής ποιότητας πολυαιθυλένιο (PE), διάφανο για εύκολη αναγνώριση των κουμπιών της κάμερας. Αντοχή: Εξαιρετικά ανθεκτικό σε τρυπήματα και σχισίματα, λειτουργώντας ως αξιόπιστος μικροβιακός φραγμός. Ανταύγειες: Ειδική επεξεργασία για μειωμένη αντανάκλαση, ώστε να μην εμποδίζεται η ορατότητα του χειρουργού. 3. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Τηλεσκοπική Αναδίπλωση (Telescopic Fold): Είναι διπλωμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να ανοίγει εύκολα κατά μήκος του καλωδίου χωρίς να έρχεται σε επαφή με μη αποστειρωμένες επιφάνειες. Σύστημα Στερέωσης: Διαθέτει αυτοκόλλητη ταινία (fixation tape) στο άκρο για σταθερή εφαρμογή γύρω από το οπτικό ή την κάμερα.	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Ελαστικότητα: Το υλικό είναι εύκαμπτο για να μην περιορίζει τις κινήσεις του χειρουργού κατά τη διάρκεια της επέμβασης. 4. Πιστοποιήσεις Αποστείρωση: Με Οξείδιο του Αιθυλενίου (ΕΟ). Ασφάλεια: Ελεύθερο από Latex και φθαλικές ενώσεις (DEHP-free). Σήμανση: Πιστοποίηση CE (Class Is).			
1.5. ΦΩΤΟΛΑΒΕΣ (Η ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΛΑΒΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΑ) Τεχνικές Προδιαγραφές 1. Σχεδιασμός & Εφαρμογή Συμβατότητα: Σχεδιασμένες με γενική εφαρμογή (Universal) ώστε να ταιριάζουν στους περισσότερους τύπους χειρουργικών προβολέων (π.χ. Maquet, Dräger, Steris, Martin). Σύστημα Στερέωσης: Διαθέτουν ειδικό δακτύλιο ή προσαρμογέα (adapter) στη βάση τους που ασφαλίζει με ένα "κλικ", διασφαλίζοντας ότι η λαβή δεν θα γλιστρήσει κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Εργονομία: Η επιφάνεια είναι συνήθως ανάγλυφη ή με ραβδώσεις (non-slip) για σταθερό κράτημα, ακόμα και με βρεγμένα γάντια. 2. Υλικό Κατασκευής Σύνθεση: Κατασκευασμένες από σκληρό ή ημίσκληρο πολυπροπυλένιο (PP) ή πολυστυρένιο, ιατρικού τύπου. Αντοχή: Ανθεκτικές στη θερμότητα που εκπέμπει ο προβολέας και στα απολυμαντικά μέσα. Latex-Free: Πλήρως απαλλαγμένες από φυσικό λάτεξ. 3. Τύποι Φωτολαβών Μονές (Single): Ένα τεμάχιο ανά αποστειρωμένη συσκευασία. Διπλές (Double/Pair): Δύο τεμάχια ανά συσκευασία για προβολείς με δύο κεφαλές. Εύκαμπτα Καλύμματα: Υπάρχουν και μαλακά καλύμματα (σαν θήκες) από πολυαιθυλένιο για παλαιότερους τύπους λαβών. 4. Αποστείρωση & Πιστοποίηση Αποστείρωση: Με Οξείδιο του Αιθυλενίου (ΕΟ) ή ακτινοβολία Γάμμα. Συσκευασία: Ατομική αποστειρωμένη συσκευασία (peel-pack) που διατηρεί τη στείρα κατάσταση για τουλάχιστον 3-5 έτη. Σήμανση: Πιστοποίηση CE (Class Is).	ΝΑΙ		
5. ΚΑΛΤΣΕΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΕΣ Να είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό ελαστικό υλικό, non-woven (μη υφαντό), το οποίο να έχει εσωτερικό απορροφητικό στρώμα που δεν σχίζεται και δεν χνουδιάζει, υγροαπωθητική και αεροδιαπερατή ταυτόχρονα, σε διάφορα μεγέθη και αποστειρωμένες ανά τεμάχιο. Οι προσφερόμενες ορθοπεδικές κάλτσες μίας χρήσης θα πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση σε χειρουργικό και ορθοπεδικό περιβάλλον, εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο υγιεινής, προστασίας και άνεσης για τον ασθενή.	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Οι κάλτσες θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από ανθεκτικό ελαστικό υλικό μη υφασμένο (non-woven), ιατρικής χρήσης, κατάλληλο για εφαρμογή σε ορθοπεδικές και χειρουργικές διαδικασίες. Θα πρέπει να διαθέτουν εσωτερικό απορροφητικό στρώμα, το οποίο να μην σχίζεται και να μην χνουδιάζει κατά τη χρήση, εξασφαλίζοντας σταθερότητα, αντοχή και άνεση. Το υλικό θα πρέπει να είναι ταυτόχρονα υγροαπωθητικό και αεροδιαπερατό, ώστε να επιτυγχάνεται ισορροπία μεταξύ προστασίας από υγρά και επαρκούς αερισμού του άκρου, μειώνοντας τον κίνδυνο ερεθισμών και δυσφορίας. Οι κάλτσες θα πρέπει να είναι υποαλλεργικές και φιλικές προς το δέρμα, κατάλληλες για παρατεταμένη χρήση χωρίς να προκαλούν ερεθισμούς ή αλλεργικές αντιδράσεις. Το προϊόν θα πρέπει να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη, ώστε να καλύπτει διαφορετικούς σωματότυπους και κλινικές ανάγκες, εξασφαλίζοντας σωστή εφαρμογή και λειτουργικότητα. Οι ορθοπεδικές κάλτσες θα πρέπει να είναι αποστειρωμένες, μίας χρήσης, συσκευασμένες ανά τεμάχιο, σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία ιατρικής ποιότητας, κατάλληλη για άσηπτη χρήση στο χειρουργικό περιβάλλον. Θα πρέπει να φέρουν ευκρινή σήμανση αποστείρωσης και πλήρη στοιχεία ιχνηλασιμότητας (LOT, ημερομηνία λήξης, στοιχεία κατασκευαστή). Το προϊόν θα πρέπει να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και να συμμορφώνεται πλήρως με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/745 (MDR), καθώς και με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές για προϊόντα μίας χρήσης. Τέλος, οι ορθοπεδικές κάλτσες θα πρέπει να εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο υγιεινής, άνεσης και προστασίας, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ασφάλειας και της φροντίδας του ασθενούς σε ορθοπεδικό και χειρουργικό περιβάλλον			
6., 7. ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Large, και Extra Large, Να είναι κατασκευασμένο από υλικό non woven, να φέρει κορδόνι ή λάστιχο στο παντελόνι να διατίθεται σε XL. Τα προσφερόμενα χειρουργικά κουστούμια μίας χρήσης θα πρέπει να είναι κατάλληλα για χρήση σε χειρουργικά και νοσοκομειακά περιβάλλοντα, εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο υγιεινής, άνεσης και προστασίας του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Τα κουστούμια θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από μη υφασμένο υλικό (non-woven), ιατρικής χρήσης, κατάλληλο για παροχή βασικού φραγμού έναντι υγρών και σωματιδίων, διατηρώντας παράλληλα την άνεση και την ευκολία κινήσεων κατά τη διάρκεια της εργασίας. Το σετ θα πρέπει να αποτελείται από άνω και κάτω ένδυμα (μπλούζα και παντελόνι), σχεδιασμένα για επαγγελματική χρήση σε χειρουργικό περιβάλλον.	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Το παντελόνι θα πρέπει να διαθέτει κορδόνι ή ελαστική μέση (λάστιχο), ώστε να εξασφαλίζεται σταθερή και άνετη εφαρμογή σε διαφορετικούς σωματότυπους, χωρίς να περιορίζει την κινητικότητα του χρήστη. Τα κουστούμια θα πρέπει να διατίθενται σε μέγεθος Large (L), και Extra Large (XL), κατάλληλο για την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού. Το προϊόν θα πρέπει να είναι μίας χρήσης, μη αποστειρωμένο, κατάλληλο για γενική χρήση σε νοσοκομειακούς χώρους, με στόχο τη μείωση του κινδύνου διασταυρούμενων λοιμώξεων και τη διατήρηση υψηλών προτύπων υγιεινής. Η κατασκευή θα πρέπει να εξασφαλίζει επαρκή αντοχή σε καθημερινή χρήση, χωρίς εύκολη ρήξη του υλικού, καθώς και ικανοποιητική διαπνοή για τη μείωση της θερμικής καταπόνησης του χρήστη. Το προϊόν θα πρέπει να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν όπου απαιτείται και να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές για προστατευτικό ιματισμό μίας χρήσης. Τέλος, τα χειρουργικά κουστούμια θα πρέπει να εξασφαλίζουν λειτουργικότητα, υγιεινή και άνεση, συμβάλλοντας στην ασφαλή και αποτελεσματική εργασία του προσωπικού σε κλινικό και χειρουργικό περιβάλλον.			
ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Να είναι ελεγμένες σύμφωνα με το ISO 10993, που είναι το συνιστώμενο στάνταρτ ελέγχου για την βιοσυμβατότητα του προϊόντος (δηλ. ότι δεν είναι κυτταροτοξικό, δεν ερεθίζει το δέρμα η δεν προκαλεί αλλεργικές αντιδράσεις). Να είναι υγροαπωθητική στα σωματικά υγρά και να επιτρέπει την άνετη λειτουργία της αναπνοής. Να φέρει επιρρίνειο έλασμα, να είναι υποαλλεργικές τριών στρωμάτων, με εσωτερικό επιρρίνειο έλασμα σε όλο το μήκος, δετή με κορδόνια, να έχει αναδιπλώσεις και να επιτρέπουν την άνετη αναπνοή χωρίς ρινίσματα υαλοβάμβακα. - Απλές. - Αντιθαμβωτικές με σφουγγαράκι. - Με ασπίδα προστασίας. Οι προσφερόμενες ιατρικές μάσκες μίας χρήσης θα πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση σε υγειονομικούς χώρους, εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο προστασίας, άνεσης και βιοσυμβατότητας για τον χρήστη. Οι μάσκες θα πρέπει να είναι ελεγμένες σύμφωνα με το πρότυπο ISO 10993, το οποίο αποτελεί το συνιστώμενο διεθνές πρότυπο αξιολόγησης της βιοσυμβατότητας ιατροτεχνολογικών προϊόντων, πιστοποιώντας ότι το προϊόν δεν είναι κυτταροτοξικό, δεν προκαλεί ερεθισμό στο δέρμα και δεν δημιουργεί αλλεργικές αντιδράσεις. Θα πρέπει να είναι υγροαπωθητικές έναντι σωματικών υγρών, εξασφαλίζοντας αποτελεσματική προστασία από σταγονίδια	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
και μικροβιακούς παράγοντες, ενώ παράλληλα να επιτρέπουν την άνετη και ανεμπόδιστη αναπνευστική λειτουργία. Οι μάσκες θα πρέπει να είναι υποαλλεργικές και κατασκευασμένες από τρία (3) στρώματα φίλτρανσης, με υψηλή ικανότητα συγκράτησης σωματιδίων και μικροοργανισμών. Θα πρέπει να φέρουν εσωτερικό επιρρίνειο έλασμα σε όλο το μήκος, ώστε να εξασφαλίζεται άριστη εφαρμογή στη ρινική περιοχή και να μειώνεται η διαρροή αέρα προς τα πάνω. Η στερέωση θα πρέπει να γίνεται με κορδόνια ή ελαστικούς ιμάντες, εξασφαλίζοντας σταθερή εφαρμογή και άνεση κατά τη χρήση. Ο σχεδιασμός θα πρέπει να περιλαμβάνει αναδιπλώσεις (pleats), ώστε να διευκολύνεται η προσαρμογή στο πρόσωπο και να επιτρέπεται η άνετη αναπνοή χωρίς χρήση υλικών που προκαλούν ερεθισμούς ή παρουσία ρινισμάτων υαλοβάμβακα. Οι μάσκες θα πρέπει να διατίθενται στους παρακάτω τύπους: Απλές χειρουργικές μάσκες μίας χρήσης Αντιθαμβωτικές μάσκες με ενσωματωμένο σφουγγαράκι στην περιοχή της μύτης για αποφυγή θάμβωσης Μάσκες με ενσωματωμένη διαφανή ασπίδα προστασίας (face shield) για επιπλέον κάλυψη του προσώπου Ολες οι μάσκες θα πρέπει να είναι αποστειρωμένες όπου απαιτείται ή έτοιμες προς χρήση, μίας χρήσης, και συσκευασμένες κατάλληλα ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και η ακεραιότητα του προϊόντος έως τη στιγμή της χρήσης. Θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα και να συμμορφώνονται πλήρως με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/745 (MDR), καθώς και με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα για ιατρικές μάσκες (EN 14683 όπου εφαρμόζεται). Τέλος, τα προϊόντα θα πρέπει να εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας του προσωπικού υγείας και των ασθενών, συμβάλλοντας στη μείωση του κινδύνου μετάδοσης λοιμώξεων σε κλινικό περιβάλλον.			
11. ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΙΑ TUR-T. (XL,XXL) Κατασκευασμένες από αδιαπερατό & υδροαπωθητικό non woven στο στήθος και στους ώμους και από πλαστικό αδιάβροχο φιλμ στα μανίκια και το υπόλοιπο σώμα. Φαρδιά πιέτα στο κέντρο του στήθους που να εξασφαλίζει άνεση κινήσεων στον γιατρό και πλήρη προστασία από τα υγρά. Αναλυτικά : Οι προσφερόμενες ουρολογικές μπλούζες μίας χρήσης για επεμβάσεις TUR-T θα πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση σε χειρουργικό ουρολογικό περιβάλλον υψηλής έκθεσης σε υγρά, εξασφαλίζοντας μέγιστη προστασία του ιατρικού προσωπικού και διατήρηση άσηπτων συνθηκών. Οι μπλούζες θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από συνδυασμό υλικών υψηλής προστασίας, με αδιαπερατό και υδροαπωθητικό μη υφασμένο υλικό (non-woven) στο στήθος και στους ώμους, ώστε να παρέχεται ενισχυμένη προστασία στα σημεία υψηλής έκθεσης σε υγρά.	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Τα μανίκια και το υπόλοιπο σώμα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από αδιάβροχο πλαστικό φιλμ, εξασφαλίζοντας πλήρη στεγανοποίηση έναντι υγρών και βιολογικών υλικών κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Ο σχεδιασμός θα πρέπει να περιλαμβάνει φαρδιά κεντρική πιέτα στο στήθος, η οποία να επιτρέπει αυξημένη ελευθερία κινήσεων του ιατρού κατά τη διάρκεια της χειρουργικής πράξης, χωρίς περιορισμούς στην εργονομία και την άνεση. Οι μπλούζες θα πρέπει να παρέχουν πλήρη προστασία από υγρά, μειώνοντας τον κίνδυνο διαβροχής και επιμόλυνσης του προσωπικού κατά τη διάρκεια επεμβάσεων με υψηλή ροή υγρών, όπως οι ουρολογικές ενδοσκοπικές πράξεις. Το προϊόν θα πρέπει να είναι μίας χρήσης, μη αποστειρωμένο, κατάλληλο για χρήση σε χειρουργικό περιβάλλον υψηλού κινδύνου έκθεσης σε υγρά. Οι μπλούζες θα πρέπει να διατίθενται σε μεγέθη Extra Large (XL) και Extra Extra Large (XXL), ώστε να καλύπτουν διαφορετικούς σωματότυπους και ανάγκες του ιατρικού προσωπικού. Θα πρέπει να είναι ανθεκτικές στο σχίσιμο, άνετες στη χρήση και κατάλληλες για παρατεταμένες χειρουργικές επεμβάσεις, χωρίς να περιορίζουν την κινητικότητα του χρήστη. Το προϊόν θα πρέπει να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν όπου απαιτείται και να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές για προστατευτικό ιματισμό μίας χρήσης. Τέλος, οι ουρολογικές μπλούζες θα πρέπει να εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας, εργονομίας και ασφάλειας, συμβάλλοντας στη μείωση του κινδύνου επαγγελματικής έκθεσης σε βιολογικά υγρά κατά τη διάρκεια ουρολογικών επεμβάσεων TUR-T			
12., 13., 14. ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ (ΤΡΙΩΝ (3) ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΓΕΘΩΝ) ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Μ.Χ. αποστειρωμένες (τριών (3) τουλάχιστον μεγεθών) → να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 13795. → να είναι κατασκευασμένη από υλικό non wowen, υδροαπωθητικό άριστης ποιότητας . → να είναι sontara. → να είναι απαλή στην αφή και να έχει συμπεριφορά υφάσματος. → να είναι φιλική με το δέρμα και να αναπνέει ώστε να μη δημιουργεί έντονη εφίδρωση στον χρήστη. → να έχει ελαστικές μακριές μανσέτες και να εφαρμόζουν σφικτά στους καρπούς. → να φέρει ρυθμιζόμενο κλείστρο (velcro) στο λαιμό. → να είναι ειδικά διπλωμένη για άσηπτη και γρήγορη τοποθέτηση της. → να έχει διπλή αλληλοκαλυπτόμενη πλάτη.	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
→ να φέρει κορδόνια εσωτερικά και εξωτερικά τα οποία να είναι θερμοσυγκολημένα στο κυρίως σώμα της μπλούζας. → να έχει ενισχυμένες ραφές (πλακοραφή). → να έχει ρέλι γύρω στο λαιμό. → να έχει εσωτερική αδιάβροχη ενίσχυση στα μανίκια με ραφή θερμοσυγκολημένη. → να έχει θερμοσυγκολημένη αδιάβροχη ενίσχυση, η οποία να καλύπτει όλο το θώρακα μέχρι τα πόδια. → Σε κάθε πακέτο μπλούζας, να υπάρχουν 2 χειροπεσέτες → να διατίθεται σε τουλάχιστον 3 μεγέθη L-XL-XXL. Οι προσφερόμενες μπλούζες χειρουργείου μίας χρήσης θα πρέπει να είναι αποστειρωμένες και κατάλληλες για χρήση σε χειρουργικό περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων, εξασφαλίζοντας μέγιστη προστασία, άνεση και ασφάλεια για το ιατρικό προσωπικό. Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13795 για χειρουργικά ενδύματα, το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις απόδοσης για την καθαρότητα, την αντοχή και τη μικροβιακή προστασία των υλικών. Οι μπλούζες θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από μη υφασμένο υλικό (non-woven) υψηλής ποιότητας, υδροαπωθητικό, κατάλληλο για χειρουργική χρήση, εξασφαλίζοντας αποτελεσματική προστασία έναντι υγρών και μικροβιακών παραγόντων. Το υλικό θα πρέπει να είναι τύπου Sontara ή ισοδύναμο υψηλής απόδοσης, προσφέροντας εξαιρετική αντοχή και ταυτόχρονα απαλή υφή με συμπεριφορά υφάσματος. Θα πρέπει να είναι φιλικό προς το δέρμα και διαπνέον, ώστε να μειώνεται η θερμική καταπόνηση και η εφίδρωση του χρήστη κατά τη διάρκεια παρατεταμένων χειρουργικών επεμβάσεων. Οι μπλούζες θα πρέπει να διαθέτουν ελαστικές μακριές μανσέτες, οι οποίες να εφαρμόζουν σταθερά και σφιχτά στους καρπούς, εξασφαλίζοντας προστασία και αποφυγή εισχώρησης υγρών. Θα πρέπει να φέρουν ρυθμιζόμενο κλείσιμο στον λαιμό με σύστημα Velcro, ώστε να επιτρέπεται η εύκολη προσαρμογή και ασφαλής εφαρμογή. Το προϊόν θα πρέπει να είναι ειδικά διπλωμένο για άσηπτη και γρήγορη τοποθέτηση, διευκολύνοντας τη διαδικασία στο χειρουργικό πεδίο χωρίς διατάραξη της αποστείρωσης. Θα πρέπει να διαθέτει διπλή αλληλοκαλυπτόμενη πλάτη για ενισχυμένη προστασία του χρήστη και αποφυγή έκθεσης του σώματος. Οι μπλούζες θα πρέπει να φέρουν εσωτερικά και εξωτερικά κορδόνια, τα οποία να είναι θερμοσυγκολλημένα στο κυρίως σώμα του ενδύματος, εξασφαλίζοντας σταθερότητα και ασφάλεια κατά τη χρήση.			

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Οι ραφές θα πρέπει να είναι ενισχυμένες (πλακοραφή), για αυξημένη μηχανική αντοχή και ανθεκτικότητα σε έντονες χειρουργικές συνθήκες. Ο λαιμός θα πρέπει να φέρει ρέλι ενίσχυσης για μεγαλύτερη αντοχή και άνεση. Θα πρέπει να διαθέτουν εσωτερική αδιάβροχη ενίσχυση στα μανίκια με θερμοσυγκολλημένες ραφές, καθώς και θερμοσυγκολλημένη αδιάβροχη ενίσχυση στο πρόσθιο μέρος, η οποία να καλύπτει πλήρως τον θώρακα μέχρι και την περιοχή των ποδιών, εξασφαλίζοντας μέγιστη προστασία από υγρά. Σε κάθε συσκευασία μπλουζών θα πρέπει να περιλαμβάνονται δύο (2) χειροπετσέτες, κατάλληλες για χρήση στο χειρουργικό πεδίο. Το προϊόν θα πρέπει να διατίθεται σε τουλάχιστον τρία (3) μεγέθη: Large (L), Extra Large (XL) και Extra Extra Large (XXL), ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του ιατρικού προσωπικού. Οι μπλούζες θα πρέπει να είναι αποστειρωμένες, μίας χρήσης, με ευκρινή σήμανση αποστείρωσης και πλήρη στοιχεία ιχνηλασιμότητας. Θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα και να συμμορφώνονται πλήρως με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/745 (MDR) και το πρότυπο EN 13795. Τέλος, οι μπλούζες χειρουργείου θα πρέπει να εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας, εργονομίας και άνεσης, συμβάλλοντας στη διατήρηση άσηπτων συνθηκών και στη μείωση του κινδύνου ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.			
15. ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Καλύμματα παπουτσιών από χλωριωμένο πολυαιθυλένιο μιας χρήσης σε συσκευασίες των 100 τεμαχίων, των οποίων τα τεμάχια δεν είναι συν κολλημένα μεταξύ τους (ξεχωριστά).	ΝΑΙ		
16. ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ (ΖΕΥΓΟΣ) 80 x 140 Τεχνικά Χαρακτηριστικά 1. Διαστάσεις & Συσκευασία Διαστάσεις: 80 x 140cm, μέγεθος που εξασφαλίζει την πλήρη κάλυψη των ποδιών και των στηριγμάτων της γυναικολογικής κλίνης. Μορφή: Διατίθενται σε ζεύγος (2 τεμάχια ανά αποστειρωμένη συσκευασία). Συσκευασία: Ατομική αποστειρωμένη συσκευασία (peel-open pack) που επιτρέπει την άσηπτη αφαίρεση του περιεχομένου. 2. Υλικό Κατασκευής Σύνθεση: Συνήθως κατασκευασμένα από μη υφασμένο ύφασμα (Non-Woven) διπλής ή τριπλής επίστρωσης (όπως το SMS ή συνδυασμό πολυπροπυλενίου/πολυαιθυλενίου). Ιδιότητες: Το υλικό είναι αδιάβροχο (impervious) για την αποφυγή διείσδυσης υγρών και ταυτόχρονα απορροφητικό στην εξωτερική του πλευρά. Αντοχή: Υψηλή αντοχή σε σχίσιμο και διαπερατότητα από μικροοργανισμούς, σύμφωνα με το πρότυπο EN 13795.	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
3. Σχεδιασμός & Χρήση Εφαρμογή: Διαθέτουν ευρύ άνοιγμα για εύκολη τοποθέτηση πάνω από τα στηρίγματα (stirrups) και τα πόδια της ασθενούς. Ασφάλεια: Είναι χαμηλού χνουδιού (low-linting) για να μην μολύνουν το χειρουργικό πεδίο και υποαλλεργικά (Latex-free). Αποστείρωση: Αποστειρωμένα με ακτινοβολία Γάμμα ή Οξείδιο του Αιθυλενίου (ΕΟ).			
17., 18., 19. ΣΚΟΥΦΙΕΣ Να είναι από υλικό non- woven με ορατή διάτρηση που να επιτρέπει τον αερισμό της κεφαλής, ανθεκτικά στο σχίσιμο, χωρίς ινίδια, υψηλής απαλότητας, υποαλλεργικά, συσκευασμένα σε κουτί και να προσφέρονται στους παρακάτω τύπους. • Ανδρών δετά • γυναικών με λάστιχο πίσω. • γυναικών με λάστιχο περιμετρικά. • ολικής κάλυψης προσώπου τύπου hood. Αναλυτικά : Τα προσφερόμενα καλύμματα κεφαλής μίας χρήσης θα πρέπει να είναι κατάλληλα για χρήση σε χειρουργικό και υγειονομικό περιβάλλον, εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο υγιεινής, άνεσης και προστασίας από επιμόλυνση. Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από μη υφασμένο υλικό (non-woven), ιατρικής χρήσης, με ορατή διάτρηση ή μικροπορώδη δομή, η οποία να επιτρέπει τον επαρκή αερισμό της κεφαλής, μειώνοντας τη θερμική καταπόνηση κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης. Το υλικό θα πρέπει να είναι ανθεκτικό στο σχίσιμο, χωρίς αποβολή ινιδίων, υψηλής απαλότητας και υποαλλεργικό, ώστε να είναι κατάλληλο για παρατεταμένη χρήση χωρίς ερεθισμούς του δέρματος ή του τριχωτού της κεφαλής. Τα καλύμματα θα πρέπει να είναι συσκευασμένα σε κουτί, κατάλληλο για υγειονομική αποθήκευση και εύκολη διανομή εντός νοσοκομειακού περιβάλλοντος, διασφαλίζοντας την υγιεινή και την προστασία του προϊόντος έως τη χρήση. Το προϊόν θα πρέπει να διατίθεται στους παρακάτω τύπους: • Ανδρικά σκουφιά δετά (με κορδόνια για σταθερή εφαρμογή) • Γυναικεία σκουφιά με λάστιχο στο πίσω μέρος • Γυναικεία σκουφιά με περιμετρικό λάστιχο για πλήρη εφαρμογή • Καλύμματα ολικής κάλυψης προσώπου τύπου hood, κατάλληλα για μέγιστη προστασία και απομόνωση Ολοι οι τύποι θα πρέπει να εξασφαλίζουν άνετη εφαρμογή, σταθερότητα και επαρκή κάλυψη, χωρίς να περιορίζουν την κινητικότητα ή την άνεση του χρήστη. Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι μίας χρήσης, μη αποστειρωμένα, κατάλληλα για υγειονομική χρήση, με στόχο τη μείωση του κινδύνου διασταυρούμενων λοιμώξεων. Θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα όπου απαιτείται και να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ευρωπαϊκές προδιαγραφές για προϊόντα προστατευτικού ιματισμού μίας χρήσης. Τέλος, τα καλύμματα κεφαλής θα πρέπει να εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο υγιεινής, άνεσης και λειτουργικότητας, συμβάλλοντας στην ασφάλεια του προσωπικού και στη διατήρηση άσηπτων συνθηκών σε κλινικό και χειρουργικό περιβάλλον.			
21. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΟΘΟΝΙΟ ΤΟΜΩΝ (STERIL DRAPE) 35 x 40, 35 x 60, 45 x 60, 90 x 60 Τεχνικά Χαρακτηριστικά 1. Διαστάσεις & Συσκευασία • Μήκος: 250 cm, το οποίο επιτρέπει την πλήρη κάλυψη του καλωδίου, εξαλείφοντας την ανάγκη για επιπλέον αποστείρωση των καλωδίων μεταξύ των επεμβάσεων. • Πλάτος: 14 cm, προσφέροντας άνετη εφαρμογή σε όλους τους τύπους κεφαλών ενδοσκοπικών καμερών (HD, 4K). • Συσκευασία: Ατομική αποστειρωμένη συσκευασία (peel-pack) με ένδειξη αποστείρωσης. 2. Υλικό & Κατασκευή • Υλικό: Υψηλής ποιότητας πολυαιθυλένιο (PE), διάφανο για εύκολη αναγνώριση των κουμπιών της κάμερας. • Αντοχή: Εξαιρετικά ανθεκτικό σε τρυπήματα και σχισίματα, λειτουργώντας ως αξιόπιστος μικροβιακός φραγμός. • Ανταύγειες: Ειδική επεξεργασία για μειωμένη αντανάκλαση, ώστε να μην εμποδίζεται η ορατότητα του χειρουργού. 3. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά • Τηλεσκοπική Αναδίπλωση (Telescopic Fold): Είναι διπλωμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να ανοίγει εύκολα κατά μήκος του καλωδίου χωρίς να έρχεται σε επαφή με μη αποστειρωμένες επιφάνειες. • Σύστημα Στερέωσης: Διαθέτει αυτοκόλλητη ταινία (fixation tape) στο άκρο για σταθερή εφαρμογή γύρω από το οπτικό ή την κάμερα. • Ελαστικότητα: Το υλικό είναι εύκαμπτο για να μην περιορίζει τις κινήσεις του χειρουργού κατά τη διάρκεια της επέμβασης. 4. Πιστοποιήσεις • Αποστείρωση: Με Οξείδιο του Αιθυλενίου (EO). • Ασφάλεια: Ελεύθερο από Latex και φθαλικές ενώσεις (DEHP-free). Σήμανση: Πιστοποίηση CE (Class Is).	ΝΑΙ		
22. ΟΘΟΝΙΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ 320 x 250 cm Το χειρουργικό κάλυμμα πρέπει να φέρει της διαστάσεις 320 x 250cm περίπου, με ενσωματωμένο steri drape 60 x 30cm τουλάχιστον στην περιοχή του χειρουργικού πεδίου, με ενσωματωμένο σάκο περισυλλογής εκκρίσεων, να έχει θήκες διαθερμίας και προσαρτήσεις καλωδίων.	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Τα προσφερόμενα οθόνια κάθετης απομόνωσης θα πρέπει να είναι κατάλληλα για χρήση σε χειρουργικές επεμβάσεις, με σκοπό τη δημιουργία αποστειρωμένου και πλήρως απομονωμένου χειρουργικού πεδίου, εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο ασφάλειας, υγιεινής και ελέγχου των εκκρίσεων. Το χειρουργικό κάλυμμα θα πρέπει να διαθέτει συνολικές διαστάσεις περίπου 320 x 250 cm (ή αντίστοιχα 330 x 244 cm), με αποδεκτή μικρή απόκλιση, ώστε να καλύπτει επαρκώς το χειρουργικό πεδίο και να επιτρέπει την άνετη και ασφαλή εφαρμογή του. Θα πρέπει να φέρει ενσωματωμένο αποστειρωμένο αυτοκόλλητο πεδίο (steri drape) διαστάσεων τουλάχιστον 60 x 30 cm στην περιοχή του χειρουργικού πεδίου, εξασφαλίζοντας σταθερή προσκόλληση στο δέρμα και αποτελεσματική απομόνωση της περιοχής επέμβασης. Το προϊόν θα πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένο σάκο περισυλλογής εκκρίσεων, κατάλληλο για τη συλλογή υγρών κατά τη διάρκεια της χειρουργικής πράξης, συμβάλλοντας στη διατήρηση καθαρού και ξηρού χειρουργικού πεδίου. Επιπλέον, το κάλυμμα θα πρέπει να διαθέτει ειδικές θήκες για τη διαθερμία και κατάλληλες προσαρτήσεις για καλώδια, εξασφαλίζοντας την οργανωμένη και ασφαλή διαχείριση του χειρουργικού εξοπλισμού κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Τα υλικά κατασκευής θα πρέπει να είναι υψηλής αντοχής, αδιάβροχα και ταυτόχρονα διαπερατά από υδρατμούς όπου απαιτείται, ώστε να επιτρέπουν τη διατήρηση της άσηπτης συνθήκης και τη μείωση του κινδύνου επιμολύνσεων. Το προϊόν θα πρέπει να είναι αποστειρωμένο, μίας χρήσης, και συσκευασμένο σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία ιατρικής ποιότητας, κατάλληλη για άσηπτη τεχνική ανοίγματος στο χειρουργείο. Θα πρέπει να φέρει πλήρη στοιχεία ιχνηλασιμότητας (LOT, ημερομηνία λήξης, στοιχεία κατασκευαστή) και ευκρινή ένδειξη αποστείρωσης. Το προϊόν θα πρέπει να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και να συμμορφώνεται πλήρως με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/745 (MDR), καθώς και με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα για χειρουργικά οθόνια. Τέλος, το χειρουργικό κάλυμμα θα πρέπει να διασφαλίζει υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας και ασφάλειας, συμβάλλοντας στην αποτελεσματική οργάνωση του χειρουργικού πεδίου και στη μείωση του κινδύνου ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.			
23. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ **23.1. ΑΠΛΑ ΠΕΔΙΑ 2 PLY, 75 x 90cm, 150 x 240cm** Από ενισχυμένο non woven, μη αυτοκόλλητα, αποστειρωμένα. Από non woven ειδικής κατασκευής για μεγάλη απορροφητικότητα και ταυτόχρονα αδιαπερατότητα στα υγρά και τα μικρόβια. Να διαθέτουν ισχυρή συγκόλληση μεταξύ των στρωμάτων χωρίς κόλλα. Να ξεδιπλώνονται με άσηπτη τεχνική.	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
23.2. ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ 2 PLY, 75 x 90cm, 150 x 240cm Αποστειρωμένα, υπερενισχυμένα με αυτοκόλλητη ταινία. Να είναι ελεύθερα ινών, με υψηλή και ταχεία απορροφητικότητα και αδιαπερατότητα στα υγρά. Να μη σχίζονται. Να διαθέτουν ισχυρή συγκόλληση μεταξύ των στρωμάτων χωρίς κόλλα, φιλική προς το δέρμα. Να ξεδιπλώνονται με άσηπτη τεχνική. **23.3. ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΟΠΗ 2 PLY, 75 x 90cm** Από υπερενισχυμένο υλικό non woven. Να είναι ελεύθερο ινών, απορροφητικό και αδιαπέραστο σε υγρά και βακτηρίδια. Να διαθέτουν αυτοκόλλητη οπή. Να διαθέτουν ισχυρή συγκόλληση μεταξύ των στρωμάτων χωρίς κόλλα, και να ξεδιπλώνονται με άσηπτη τεχνική.	ΝΑΙ		
23.4. ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ 150 Χ 200 ΠΕΡΙΠΟΥ Αδιάβροχο, αντιολισθητικό 150 x 200cm περίπου.	ΝΑΙ		
24. ΣΕΝΤΟΝΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Σεντόνι μιας χρήσης μεταφοράς ασθενών και κάλυψης χειρουργικής τράπεζας. • Να διαθέτει 4 χειρολαβές σε κάθε πλευρά, με ελάχιστη μεταφορά βάρους 200kg για την ασφαλή μεταφορά ασθενών. • Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα και ως κάλυμμα χειρουργικής τράπεζας με ασφάλεια.. • Η εξωτερική επιφάνεια του καλύμματος – σεντονιού να είναι αεριζόμενη , κατασκευασμένη από φύλλο πολυεθυλενίου και κατά προτίμηση μπλε χρώματος . • Το εσωτερικό του να είναι από υδρόφιλο πολυπροπυλένιο . • Να είναι ασφαλής και φιλικό τις τον ασθενή. • Σε διαστάσεις 80x210 περίπου. • Να είναι υπέρ απορροφητικό, με δυνατότητα απορρόφησης 4 λίτρων υγρού περίπου. • Να είναι ελαφρύ και να μην ξεπερνάει 500gr. • Να κατατεθεί δείγμα. • Να φέρει τις ανάλογες πιστοποιήσεις ως τις την χρήση. • Να φέρει CE			
25. ΣΕΝΤΟΝΙ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ - 1 χειρουργικό κάλυμμα, διαστάσεων 180 x 250 x 200cm περίπου, να φέρει ενσωματωμένα πτυσσόμενα ποδονάρια, δακτυλοθήκη, οπή υπερηβικής 6cm περίπου και να φέρει σάκο περισυλλογής εκκρίσεων ή μόνο δίχτυ. - Το υλικό κατασκευής να είναι non-woven, αδιάβροχο. - Να αναγράφεται σε κάθε σεντόνι η ημερομηνία λήξης του χρόνου αποθήκευσης του προϊόντος.			
<u>ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ :</u>			

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Ο αποστειρωμένος ιματισμός μιας χρήσεως είτε είναι απλά χειρουργικά πεδία συσκευασμένα ατομικά, είτε συνδυασμός πολλών χειρουργικών πεδίων ή και άλλων υλικών σε ενιαία συσκευασία, πρέπει να είναι κατασκευασμένος με συγκεκριμένο τρόπο και ιδιότητες ώστε να πληροί απόλυτα τις ανάγκες και απαιτήσεις του χειρουργείου. Να είναι κατασκευασμένος από υλικά 2 και 3 στρωμάτων και σε περιπτώσεις με περιστατικά μεγάλης διάρκειας που απελευθερώνονται και μεγάλες ποσότητες υγρών να είναι 4 στρωμάτων γύρω από την περιοχή τις τομής. Το υλικό να μην αφήνει αιωρούμενα μικροσωματίδια. Να είναι υψηλής απορροφητικότητας. Το υλικό να είναι ανθεκτικό, σε δύσκολους χειρισμούς χωρίς να σχίζεται. Να μην είναι διαπερατό στην αναπνοή (διατήρηση θερμοκρασίας σώματος ασθενούς) να είναι μαλακό, ελαφρύ και να καλύπτει με άνεση τον ασθενή. Να έχουν χρώμα φιλικό το οποίο δεν αντανακλά τις λάμψεις από το χειρουργικό προβολέα στα μάτια των χρηστών. **Τα αυτοκόλλητα σεντόνια**: - θα πρέπει να παραμένουν κολλημένα ακόμα και σε επεμβάσεις με πολλά υγρά. - Η κόλλα να είναι υποαλλεργική. - Να μην αφήνουν υπολείμματα κόλλας. - Να μην κολλούν στα χειρουργικά γάντια κατά την τοποθέτησή τις. Να φέρουν σήμανση CE. Να αναγράφεται σε κάθε ατομική συσκευασία η ημερομηνία λήξης αποθήκευσης του προϊόντος Να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες ως παρακάτω : • για το σύνολο τις διαδικασίας – κατασκευής – συσκευασίας και αποστείρωσης να τεκμηριώνεται με το EN 13795. • για την αντοχή των υλικών να τεκμηριώνεται με ISO 9073-3. • για την απορροφητικότητα των υγρών να τεκμηριώνεται με ISO 9073-6. για την μη διείσδυση των υγρών να τεκμηριώνεται με EN 20811			
ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ **1. BOWE - DICK TEST, ΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΛΙΒΑΝΩΝ** 1) Να ακολουθούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ και ISO. 2) Να ελέγχει όλες τις παραμέτρους κλιβανισμού (χρόνο, θερμοκρασία, υγρασία) και να ελέγχει την παρουσία αέρος στον κλίβανο. 3) Να έχει ημερομηνία λήξης.	ΝΑΙ		
2. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΤΜΟΥ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΛΕΠΤΟΥ	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
• Να παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα έπειτα από επώαση λιγότερο από 1 λεπτό (7 δευτερολέπτων). • Κατάλληλοι για κύκλους αποστείρωσης με υποβοήθηση κενού σε 132ºC-135ºC. • Ο κατασκευαστής να διαθέτει EN ISO 13485 βάσει κατηγοριοποίησης ΕΛΟΤ. • Στη συσκευασία του προϊόντος να αναγράφονται: κωδικός και περιγραφή προϊόντος, αριθμός παρτίδας, βακτηριακό στέλεχος (το θρεπτικό υλικό να βρίσκεται σε γυάλινη αμπούλα για μεγαλύτερη ασφάλεια από κινδύνους επιμόλυνσης) και φορτίο, ημερομηνία παραγωγής και λήξης. • Να διατίθεται δωρεάν συνοδός εξοπλισμός – επωαστήρας με φωτεινή ένδειξη του τελικού αποτελέσματος και εκτυπωτής για την εκτύπωση των παραμέτρων επώασης σε πραγματικό χρόνο για τη διατήρηση αρχείου (ιστορικού) και για δυνητικό έλεγχο. Ο επωαστήρας να διαθέτει προστατευτικό καπάκι για τη διατήρηση της θερμοκρασίας και την αποφυγή εισόδου μικροσωματιδίων που εμποδίζουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας του φθορισμού. Επίσης να υπάρχει η δυνατότητα διασύνδεσης με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για ποιοτικό έλεγχο και ιχνηλασιμότητα των διαδικασιών. **Α/Α 3: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ** • Να παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα έπειτα από επώαση 5 λεπτών. • Κατάλληλοι για κύκλους αποστείρωσης με χρήση Υπεροξειδίου του Υδρογόνου (H2O2 – PLASMA) • Ο κατασκευαστής να διαθέτει EN ISO 13485 βάσει κατηγοριοποίησης ΕΛΟΤ. • Στη συσκευασία του προϊόντος να αναγράφονται: κωδικός και περιγραφή προϊόντος, αριθμός παρτίδας, βακτηριακό στέλεχος (το θρεπτικό υλικό να βρίσκεται σε γυάλινη αμπούλα για μεγαλύτερη ασφάλεια από κινδύνους επιμόλυνσης) και φορτίο, ημερομηνία παραγωγής και λήξης. • Να διατίθεται δωρεάν συνοδός εξοπλισμός – επωαστήρας με φωτεινή ένδειξη του τελικού αποτελέσματος και εκτυπωτής για την εκτύπωση των παραμέτρων επώασης σε πραγματικό χρόνο για τη διατήρηση αρχείου (ιστορικού) και για δυνητικό έλεγχο. Ο επωαστήρας να διαθέτει προστατευτικό καπάκι για τη διατήρηση της θερμοκρασίας και την αποφυγή εισόδου μικροσωματιδίων που εμποδίζουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας του φθορισμού. Επίσης να υπάρχει η δυνατότητα διασύνδεσης με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για ποιοτικό έλεγχο και ιχνηλασιμότητα των διαδικασιών.			
4. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ 1) Να είναι σύμφωνοι με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN και ISO. 2) Να είναι αυτοκόλλητη και η κόλλα της να είναι κατάλληλη για χρήση για ιματισμό και χαρτί αποστείρωσης. 3) Να έχει την κατάλληλη συσκευασία για να προστατεύεται η κόλλα. 4) Να	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
έχει μορφή ρολού 3/4 Χ 60y με την ένδειξη απ/σης. 5) Να διατίθεται σε διάφορους χρωματισμούς (εάν είναι δυνατόν).			
5. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ 1) Να είναι σύμφωνοι με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ και ISO. 2) Να έχει εκτυπωμένο το χρώμα αλλαγής (αναφορά). 3) Να λαμβάνεται υπ' όψιν όλες τις παραμέτρους αποστείρωσης. 4) Να υπάρχουν τυπωμένα στη συσκευασία τα στοιχεία παραγωγής και ημερομηνία λήξης	ΝΑΙ		
6. ΘΗΚΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, 90 x 260mm, 130 x 280mm, 200 x 350mm, 250 x 430mm, 300 x 470mm (± 10mm) Θήκες αυτοκόλλητες, για αποστείρωση σε κλίβανο ατμού. Με χημικούς δείκτες μεγάλου μεγέθους και απότομης χρωματικής αλλαγής, εκτός του πεδίου εργασίας, στο εσωτερικό μέρος της χάρτινης πλευράς αλλά εκτός της περιοχής εργασίας ώστε να υπάρχει άμεση οπτική επαφή και να εμποδίζεται η διαρροή μελανιών προς το περιεχόμενο. Το χαρτί να είναι μη ανακυκλωμένο που ανθίσταται στην υγρασία και παρέχει υψηλό επίπεδο προστασίας. Να υπάρχει ένδειξη της φοράς ανοίγματος που αποκλείει κατά το άνοιγμα του πακέτου να πέσουν ινίδια στα αποστειρωμένα υλικά. Η αυτοκόλλητη επιφάνεια να είναι προδιπλωμένη. Η ένωση της ραφής των δυο πλευρών να είναι συνεχής και ομοιόμορφη σε όλο το μήκος	ΝΑΙ		
7. ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1) Να ακολουθούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ και ISO 2) Να είναι ανθεκτικά σε ανάλογες συνθήκες χειρισμών και μεταφοράς. 3) Να αποτελούν φράγμα κατά των μικροβίων και να έχουν δυνατότητα διατήρησης της αποστείρωσης μέχρι 4 μήνες. Αυτό να αποδεικνύεται με έγγραφη πιστοποίηση από την εταιρεία. 4) Να έχουν συμπεριφορά υφάσματος και μειωμένη μηχανική μνήμη για άσηπτη παραλαβή του περιεχομένου. 5) Να έχουν υψηλή υγροαπωθητικότητα. 6) Να είναι απηλαγμένο από διάφορες χημικές ουσίες που μπορεί να είναι επικίνδυνες για τα υλικά που αποστειρώνονται. 7) Να μην απελευθερώνουν ινίδια. Όλες οι προδιαγραφές να αποδεικνύονται με έγγραφη πιστοποίηση κάθε εταιρείας. Να είναι ενισχυμένο χαρτί με ισχυρές ανθεκτικές ίνες για τύλιγμα μεγάλων ορθοπεδικών πακέτων και κατάλληλο για χειρουργικά πεδία, σε διάσταση περίπου 1,00 × 1,40m	ΝΑΙ		
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Όλα τα ανωτέρω περιγραφόμενα ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα πρέπει να πληρούν στο σύνολό τους τις ισχύουσες ευρωπαϊκές και εθνικές κανονιστικές απαιτήσεις για την κυκλοφορία και χρήση τους σε νοσοκομειακό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους συμμόρφωσης με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/745 (MDR), όπου αυτό απαιτείται.	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Τα προϊόντα οφείλουν να είναι υψηλής ποιότητας, αποδεδειγμένης κλινικής αποτελεσματικότητας και ασφάλειας, κατάλληλα για χρήση σε χειρουργικό περιβάλλον, και να υποστηρίζονται από επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση, πιστοποιητικά συμμόρφωσης και τεχνικά δεδομένα που αποδεικνύουν τη λειτουργικότητα και τη βιοσυμβατότητά τους. Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι αποστειρωμένα (όπου απαιτείται), μίας χρήσης, με σαφή στοιχεία ιχνηλασιμότητας (LOT, ημερομηνία λήξης, στοιχεία κατασκευαστή) και κατάλληλη συσκευασία ιατρικής χρήσης, η οποία να διασφαλίζει την ακεραιότητα του προϊόντος έως τη στιγμή της χρήσης. Επιπλέον, οι προμηθευτές οφείλουν να διαθέτουν πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 13485 ή ισοδύναμο πρότυπο, καθώς και όλα τα απαραίτητα τεχνικά δελτία (TDS), δελτία δεδομένων ασφαλείας (SDS) όπου απαιτείται, και κάθε άλλο συνοδευτικό έγγραφο που τεκμηριώνει την καταλληλότητα και την ασφάλεια των προϊόντων. Τέλος, όλα τα προϊόντα θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες αρχές της τεκμηριωμένης ιατρικής πρακτικής (evidence-based medicine), να εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια για τον ασθενή και το ιατρικό προσωπικό, και να συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. «Για κάθε προσφερόμενο είδος, ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίζει δείγμα προς αξιολόγηση/επίδειξη, το οποίο θα συνοδεύει την προσφορά. Η μη προσκόμιση δείγματος δύναται να αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.»			

για όλα τα αναγραφόμενα σε αυτό, να υπάρχει παραπομπή στην συγκεκριμένη σελίδα και παράγραφο των επίσημων φυλλαδίων (όχι φωτοαντίγραφα) ή επισήμων βεβαιώσεων του κατασκευαστικού οίκου, για ότι δεν αναγράφεται στα ξενόγλωσσα φυλλάδια. Η μη ύπαρξη του πιο πάνω, αποτελεί λόγο αποκλεισμού.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΗΛΙΑΝΑ ΚΑΪΝΤΑΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ	Α/Α ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ/ΤΙΜΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας: _____
Κατάστημα : _____
(Δ/νση οδός-αριθμός Τ.Κ. FAX)

Ημερομηνία έκδοσης: _____
ΕΥΡΩ: _____

ΠΡΟΣ:
(Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται).
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ:_____**€**_____

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ_____ (ολογράφως και αριθμητικώς) υπέρ της εταιρείας _____ Δ/νση _____ δια τη συμμετοχή της εις το διενεργούμενο διαγωνισμό της _____ για την προμήθεια _____ σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. _____ Δ/ξή σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ΄ όλο το χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσού τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη την δήλωσή σας, ολικά ή μερικά χωρίς καμία από τους μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσία σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την _____.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ:

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ/ξη.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας: _____
Κατάστημα : _____
(Δ/νση οδός-αριθμός Τ.Κ. FAX)

Ημερομηνία έκδοσης: _____
ΕΥΡΩ: _____

ΠΡΟΣ:
(Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται).

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ:_____**€**_____
Σας γνωρίζουμε με αυτήν την εγγυητική επιστολή ότι παρέχουμε την εγγύησή μας ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα και παραιτούμαστε από το ευεργέτημα της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ της εταιρείας _____ Δ/νση _____, και μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ_____ (ολογράφως και αριθμητικώς), στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας για την καλή εκτέλεση της σύμβασης υπ' αριθμ. …… για .....

Το παραπάνω ποσό το κρατάμε στη διάθεσή σας και θα σας το καταβάλλουμε, ολόκληρο ή μέρος του, χωρίς αντίρρηση σε περίπτωση μερικής ή ολικής κατάπτωσης της εγγύησης και μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την σχετική έγγραφη ειδοποίησή σας και την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής.

Η εγγυητική επιστολή ισχύει μέχρι την …… (ολογράφως) και όχι πέραν αυτής και μέχρι τότε θα πρέπει να μας κοινοποιηθεί νομότυπα η αξίωσή σας, μετά δε την πάροδο της ημερομηνίας αυτής θεωρείται αυτοδικαίως μη υφιστάμενη και ανίσχυρη και δε μπορεί να προβληθεί κατά της Τράπεζας καμία αξίωση από αυτήν και ασχέτως αν μας επιστραφεί ή όχι το σώμα της Εγγυητικής Επιστολής.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ' αριθμ. …….

ΜΕΤΑΞΥ Τ…… …….

ΚΑΙ

ΤΗΣ ……..…….

ΓΙΑ ΤΗΝ …….

Συμβατικού Τιμήματος …… € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ
ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΙΜΕΣ
ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 5 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 6 ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 7 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 8 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
ΑΡΘΡΟ 10 ΕΚΠΕΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΡΘΡΟ 11 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
ΑΡΘΡΟ 12 ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 13 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 14 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 15 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. .....

Στους Φιλιάτες, σήμερα την .... …….. του έτους ……., οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:

Αφενός

Το Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, που εδρεύει στους Φιλιάτες, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από …….., και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή»

και αφετέρου

Η εταιρεία με την επωνυμία …….. που εδρεύει …… …….. , έχει αριθμό φορολογικού μητρώου ....., υπάγεται στη ΔΟΥ..... και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο ……..,…….. της εταιρείας, σύμφωνα με το ..... και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Προμηθευτής»,

Λαμβάνοντας υπόψη :

1) Την υπ. αριθ. …….. από ……. διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής.

2) Την από …….. προσφορά του προμηθευτή, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης.

3) Την υπ. αριθ. ..... απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης, στον Προμηθευτή.

4) Την υπ. αρ. ..... και με αριθμό καταχώρησης ….. απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ….....).

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ σχετικά με την υλοποίηση της σύμβασης.

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών.

Προμήθεια : …….., όπως εξειδικεύεται στη Σύμβαση.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα.

Επιτροπή Παραλαβής : Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την τμηματική – οριστική παραλαβή της προμήθειας.

Παραδοτέα: Τα είδη που ο προμηθευτής θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τη Σύμβαση.

Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος.

Προσφορά: η από …….. προσφορά του Προμηθευτή προς την Αναθέτουσα Αρχή.

Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση της προμήθειας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.

Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α) τη Σύμβαση, β) τη Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.

Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΙΜΕΣ

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση της προμήθειας «…..……..». Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, σε συνδυασμό με τους όρους της από …….. διακήρυξης και την υπ' αριθμ. ..... απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής.

Συγκεκριμένα, ο προμηθευτής θα προμηθεύσει το Νοσοκομείο, με τα παρακάτω είδη στις αντίστοιχες τιμές :

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ενενήντα (90) ημέρες

ΑΡΘΡΟ 4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

- Για την τμηματική – οριστική παραλαβή των ειδών θα συσταθεί από το Νοσοκομείο Επιτροπή Παραλαβής.
- Η Οριστική Παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιείται μέσα σε ……. (……) ημερολογιακές ημέρες μετά την προσκόμισή τους στο Νοσοκομείο.
- Τα πρακτικά οριστικής παραλαβής, ποιοτικής και ποσοτικής, θα αναφέρουν ρητά το εμπρόθεσμο της παράδοσης και γενικά την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης που θα συναφθεί.

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

- Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης είδους με υπαιτιότητα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, επιβάλλονται κυρώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 207 του Ν. 4412/2016.
- Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Προμηθευτής αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή στην Αναθέτουσα Αρχή.

- Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Προμηθευτή αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Σε περίπτωση κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016.

- Οι ποινικές ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσα Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 6. ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται για το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών και μέσα στη νόμιμη προθεσμία που προβλέπεται στην υποπαράγραφο Ζ5 του Ν. 4152 (ΦΕΚ 107/09-05-2013, τ. Α΄)

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

2. Τον προμηθευτή (-τες) που θα αναδειχθούν βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις που διέπονται από το Ν.2286/95 ήτοι:
2.1) 2% υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β' /24-3-'09).
2.2) 0,10% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ (άρθρο 7, παρ. 3 του Ν. 4912/17-03-2022/ΦΕΚ 59 Α΄).
2.3) 4% παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με το Ν.2198/1994.
2.4) Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο.

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

- Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Προμηθευτής κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με αριθμό ……. εγγυητική επιστολή της …….. ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ποσού …….. ευρώ (……. €) (4% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας), ισχύος μέχρι την επιστροφή της, η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της Διακήρυξης.

- Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή όλων των ειδών, ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου.

- Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Προμηθευτή σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση.

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του συστήματος Λιθοτριψίας για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια από την οριστική παραλαβή του (περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας) κατά τους όρους της διακήρυξης και τις ισχύουσες διατάξεις, με έγγραφη δέσμευση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/ΕΕC.
- Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη του προσφερόμενου εξοπλισμού. Ο χρόνος αυτός θα αρχίζει από την οριστική παραλαβή του συγκροτήματος πλήρως συναρμολογημένου, εγκατεστημένου και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας.
- Κατά τη διάρκεια της εγγύησης η αναθέτουσα αρχή δεν θα ευθύνεται για καμία βλάβη του όλου συστήματος Λιθοτριψίας προερχομένη από τη συνήθη και ορθή χρήση του, και δεν κα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για τα εργατικά, ανταλλακτικά, ακτινολογικές λυχνίες, ανιχνευτές, υλικά, κλπ. Εξαιρούνται τα αναλώσιμα λειτουργίας/χρήσης, τα οποία είναι τα μέσα αποθήκευσης (cd, dvd, usb stick), φιλμ, χαρτί και σκιαγραφικών (πλην των αρχικών για επίδειξη λειτουργίας) και τα οποία να υπάρχουν διαθέσιμα στην Ελληνική αγορά και να μην είναι αποκλειστικής προμήθειας. Στην πλήρη εγγύηση περιλαμβάνεται υποχρέωση του διαγωνιζόμενου και για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, ώστε το συγκρότημα να είναι πάντα σε κατάσταση ετοιμότητας. Η εργασία για τα ως άνω θα είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, του βαθμού ακρίβειας που απαιτεί το συγκεκριμένο εξάρτημα και της θέσης ή του τρόπου λειτουργίας του, ενώ και τα ανταλλακτικά θα είναι αμεταχείριστα και πιστοποιημένα από τον κατασκευαστικό οίκο.
- Ο προμηθευτής αναλαμβάνει τη δέσμευση για την ύπαρξη και την διάθεση αμεταχείριστων ανταλλακτικών, ως και των αντίστοιχων κατάλληλων υλικών για την πλήρη λειτουργία και απόδοση του συστήματος ψηφιακής μαστογραφίας, επί δέκα (10) τουλάχιστον συνολικά έτη από την οριστική παραλαβή.
- Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, θα ισχύουν οι όροι της σύμβασης πλήρους συντήρησης του Παραρτήματος Ι των Τεχνικών Προδιαγραφών.
- Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει στην Ελλάδα μόνιμα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης αυτού από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/ΕΕC, για την συντήρηση των αντίστοιχων μηχανημάτων. Η σύνθεση του συνεργείου συντήρησης, ο χρόνος ενασχόλησής τους, καθώς και τα τυπικά κλπ. προσόντα των απασχολουμένων θα πρέπει να αναφερθούν αναλυτικά στην προσφορά, καθώς και τα αντίστοιχα διακριβωμένα προς τις ανωτέρω ενέργειες συντήρησης- επισκευής όργανα.
- Σε περίπτωση αφαίρεσης της εξουσιοδότησης του κατασκευαστικού οίκου ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/ΕΕC, προς τον ανάδοχο, για παροχή ανταλλακτικών - συντηρήσεων - τεχνικής υποστήριξης - εγγυήσεων κλπ. και εντός της απαιτούμενης δεκαετίας, θα πρέπει να κατατεθεί βεβαίωση δέσμευσης του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/ΕΕC, για την συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος ψηφιακής μαστογραφίας, με τους ίδιους ζητούμενους όρους μέχρις συμπλήρωσης της δεκαετίας τουλάχιστον.

ΑΡΘΡΟ 9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

- Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.

- Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Με την τοποθέτηση των μηχανήματων να γίνει πλήρης εγκατάσταση, επίδειξη και απαραιτήτως εκπαίδευση των χρηστών και των τεχνικών της Βιοιατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου.

ΑΡΘΡΟ 11. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

- Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

- Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει

στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 12. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Στην περίπτωση αυτή ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν δικαιούται καμία αποζημίωση άλλως παραιτείται αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί.

- Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Στη περίπτωση αυτή, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ πέραν της αμοιβής των παραγγελιών προϊόντων, που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν, δεν δικαιούται άλλο ποσό.
- Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα.
- Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 13. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά όλη η ζητούμενη ποσότητα των ειδών, και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 14. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- Ο Νόμος Προμηθειών Δημοσίου, η υπ' αριθμ. …….. διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού και η από …….. κατατεθείσα προσφορά του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:

α) Η παρούσα σύμβαση
β) Ο Νόμος Προμηθειών Δημοσίου
γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού
δ) Η προσφορά του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

- Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ΄ όψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση.
- Αντίκλητος του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ορίζεται με την παρούσα ο κ……., κάτοικος ……., ΤΚ …….. τηλ: 210 …… , fax 210 ……., 210 ……..
- Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ θα γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση αυτή ή με φαξ.

ΑΡΘΡΟ 15. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

- Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

- Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό.

- Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφτεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με

όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε δύο πρωτότυπα, ένα έλαβε έκαστο συμβαλλόμενο μέρος.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Σημείωση: Τα αναφερόμενα στο παρόν υπόδειγμα εκτελεστικής σύμβασης στοιχεία είναι τα ελάχιστα και αυτά είναι δυνατόν να συμπληρωθούν ή τροποποιηθούν κατά το στάδιο υπογραφής της σχετικής σύμβασης, καθόσον αυτό θα εξαρτηθεί και από τη σχετική προσφορά των υποψηφίων σε συνδυασμό με τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ [ΕΕΕΣ]

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει συντάξει το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) με την χρήση της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει την δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του.

Η σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στην Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ «www.promitheus.gov.gr».

Το περιεχόμενο ως αρχείο PDF, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.

Το αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ τη σχετική τους απάντηση.